

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup i dostawy odczynników, kontroli, kalibratorów i części zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów

Numer referencyjny: ZP.3311.13-1.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. **Pytanie:** *"Dot. punktu 6. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie analizatora backup, który podaje odsetki mikrocytów i makrocytów jako parametry badawcze. Wymienione parametry stanowią dodatkowe informacje służące do diagnozy pacjentów, przy czym obecność mikrocytów i makrocytów jest określana za pomocą innego parametru – MCV. Kliniczne decyzje lekarzy nie opierają się na wykorzystaniu wyłącznie tych parametrów, a zastosowanie takiego zapisu w wymaganiach technicznych analizatora może obniżyć konkurencyjność postępowania. Parametry te są w pełni raportowane na analizatorze głównym."*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. **Pytanie:** *"Dot. punktu 9. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od punktu 9 parametrów granicznych. Postawienie wymagania dotyczącego ww. parametrów wskazuje na konkretnego producenta analizatorów hematologicznych i znacznie ogranicza konkurencyjność postępowania, gdyż uniemożliwia złożenie oferty innym Wykonawcom posiadającym w swojej ofercie analizatory hematologiczne, które również pozwoliłyby na realizację zamówienia."*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. **Pytanie:** *"Dot. punktu 20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontroli hematologicznej w osobnych fiolkach dla parametrów morfologii krwi i retikulocytów? Wskazane rozwiązanie jest równoważne i nie utrudni pracy na oferowanym analizatorze, a obecny zapis obniża konkurencyjność postępowania, a co za tym idzie zawęża krąg potencjalnych wykonawców."*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

mgr Agnieszka Kruk
/podpis/