

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku**
Numer referencyjny: **ZP.3311.49-13.2024**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

- Pytanie:** „Dotyczy: Formularz ofertowo-cenowy załącznik nr 1 - Pakiet 13 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania zestaw jednorazowy kompatybilny ze wstrzykiwaczem kontrastu Accutron MR firmy Medtron AG, o wytrzymałości do 21 barów/305 psi, składający się z: dwóch strzykawek o poj. maks. 65 ml z miarką na opakowaniu, systemu rurek (złącze Y umożliwiające swobodne podłączenie wkładów zamontowanych już we wstrzykiwaczu - długość min. 40 cm (licząc od wkładu CM do wkładu NaCl), strona kontrastowa oznaczona na zielono, ze zintegrowanym wężykiem pacjenta (mim. 180 cm), dwóch ostrzy do napełniania wkładów. Wszystkie elementy zestawu zapakowane razem (jedno opakowanie dla jednego pacjenta)?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

mgr Agnieszka Kruk
/podpis/