



EP.26.55.2022

Warszawa, dnia 06 września 2022 r.

ODPOWIEDZI
na zapytania do SWZ

Dotyczy: postępowania na „Dostawę produktów do dializ na potrzeby Szpitala Wolskiego - II”; EP/81/2022.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „Dostawę produktów do dializ na potrzeby Szpitala Wolskiego”, numer sprawy EP/81/2022, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2022.1710) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 w związku z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

PYTANIE NR 1

Dotyczy pakietu nr 1:

1. Czy Zamawiający w zakresie poz. nr 3 oczekuje zaoferowania płynu o zawartości 113,5 mmol/l Cl?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

2. Czy Zamawiający w zakresie poz. nr 5 oczekuje zaoferowania płynu o zawartości 120,5 mmol/l Cl?


Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

3. Ze względu na brak występowania na rynku polskim cewników z powłoką bizmutową o długości 175mm oraz przekroju 11 Fr, prosimy o możliwość wyceny cewników wyłącznie w rozmiarach: 11,5 lub 13 Fr, dostępnych długościach 150; 200; 250 mm.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

DYREKTOR



.....Robert Mazur.....

Sporządził: Marta Leoniak