

Nazwa urządzenia	Numer seryjny	Oddział	data ostatniego przeglądu	data następnego przeglądu	
Aparat do mycia i dezynfekcji KD 20.2AP MEIKO	10113288	Wewnętrzny	13.04.2022	13.04.2023	
	10113290	Uraz.-Ortoped.	13.04.2022	13.04.2023	
	10113300	Neurologia	13.04.2022	13.04.2023	
	10113301	Pediatryczny	13.04.2022	13.04.2023	
Aparat do mycia i dezynfekcji TOPLINE 20 MEIKO	10080427	Wewnętrzny	21.02.2022	21.02.2023	
	1003190	SOR/OAiIT	8.03.2023	08.03.2024	Naprawione 08.03.2023
	1003191	SOR/OAiIT	8.03.2023	08.03.2024	Naprawione 08.03.2023
Myjnia dezynfektor STEELCO BP100HE	2003E11E2476	Ch.-O.	30.06.2022	3.07.2023	
	2003E11E2471	Gin.-Poł	30.06.2022	30.06.2023	
	2003E11GQ717	Gin.-Poł	30.06.2022	30.06.2023	
	2003E11E2469	U.- O.	30.06.2022	30.06.2023	
	2003E11E2470	OAIIT	30.06.2022	30.06.2023	
	2003E11E2462	Zakaźny	30.06.2022	30.06.2023	
	2003E11GQ718	Urologia	30.06.2022	30.06.2023	
	2003E11E2484	SOR	NOWA	30.06.2023	
Zamglawiacz Bio-Spray FG-300W 2020 r.	520	SOR	17.02.2023	17.02.2024	
NocoSpray 1000 USB 2020 r.	172410071	Zakaźny	10.11.2022	10.11.2023	
NOCOSPRAY 1000 USB Firmy OXY'PHAPM 2020 r.	172Y9329	C.S.	10.11.2022	11.10.2023	
NOCOSPRAY 1000 USB Firmy OXY'PHAPM 2020 r.	172Y4738	C.S.	23.11.2022	23.11.2023	

 Ostatni przegląd gwarancyjny-producenta

W/w myjnie są sprawne techniczne, z aktualnym przeglądem technicznym