

Bytom dnia: 2021-08-06

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Dostawa Specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **22/22PN/2021**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 20

Pakiet nr 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, mikrobiologicznie czystego noworodkowego układu oddechowego z ogrzewanym ramieniem wdechowym i wydechowym, z automatyczną komorą nawilżacza do aktywnego nawilżania z F&P MR850, z podstawą przeciw oparzeniową przeznaczonego do stosowania u noworodków.. Średnica rur 10mm, rury gładkie w środku, grzałka wzdłuż ścian w świetle obwodu, wszystkie komponenty przewodzące gaz nie zawierają lateksu, DEHP, długość rur 1,2m. Łącznik Y odłączalny, wejście układu zabezpieczone kapturkiem, rury karbowane z zewnątrz, kodowanie kolorystyczne (biała -zielona). Układ zoptymalizowany do HFO, wejście do układu zabezpieczone kapturkiem; układ kompatybilny z respiratorem Babylog VN500

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek anestetycznych wielorazowego użytku, przezroczysta wykonana w całości z silikonu, delikatny otwarty mankiet ukształtowany zgodnie z budową anatomiczną twarzy bezzapachowa kopuła maski wzmocniona wtopionym w nią białym tworzywem w roz. 5, 4 i 3 roz. 00, 0, 1 i 2 w kształcie okrągłym, maski do sterylizacji w autoklawie w temp. 134°C. 7 rozmiarów od 00 do 5.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet nr 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego czystego mikrobiologicznie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet nr 106

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul nosowych w rozmiarach S, M i L.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga rozmiarów zgodnych z SWZ.

Pakiet nr 116

Pytanie do poz 1 pakiet 116: Czy zamawiający dopuści układ bez zabezpieczenia przeciwdrobnoustrojowego, firmy Vyaire pozwalający na prowadzenie terapii przez 30 dni wraz z generatorem firmy CareFusion charakteryzujący się jednym z najniższych współczynników WOB.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie do poz 7 pakiet 116 Prosimy o wydzielenie z pakietu pozycji nr 7, co pozwoli na złożenie bardziej konkurencyjnej cenowo oferty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 121

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o typie filtracji hydrofobowej, mechanicznej o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999%, przeciwwirusowej 99,999%, przeciwpłatkowej 99,999% o wadze 30g, przestrzeni martwej 63mm, o objętości oddechowej od 200-1200mm, z nadrukiem na obwodzie filtra, posiadający standardowe złącze 22F-22M/15F.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet nr 133 (134) OPRZYRZĄDOWANIE DO RESPIRATORA FABIAN HFO

Czy w pakiecie o tytule OPRZYRZĄDOWANIE DO RESPIRATORA FABIAN HFO nie nastąpiła oczywista pomyłka pisarska i pakiet powinien mieć kolejny nr tj. 134?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający informuje, iż omyłka pisarska.

Pytanie do poz 1 pakiet 133 (134) Oprzyrządowanie do respiratora Fabian HFO: Czy zamawiający dopuści podwójnie ogrzewany układ bez zabezpieczenia przeciwdrobnoustrojowego firmy Vyaire pozwalający na prowadzenie terapii przez 30 dni. Skład zestawu: odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2m., odcinek wydechowy podgrzewany, odcinek przedłużający do inkubatora 0,3m., dren ciśnieniowy, zestaw adapterów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie do poz 2 pakiet 133 (134) Oprzyrządowanie do respiratora Fabian HFO: Czy zamawiający dopuści podwójnie ogrzewany układ bez zabezpieczenia przeciwdrobnoustrojowego z gładką powierzchnią wewnątrz układu dedykowany do terapii HFO firmy Vyaire pozwalający na prowadzenie terapii przez 14 dni. Skład zestawu: odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2m., odcinek wydechowy podgrzewany, odcinek przedłużający do inkubatora 0,3m., dren ciśnieniowy, zestaw adapterów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie do poz. 3,4,5,11,12 pakietu 133 (134) Oprzyrządowanie do respiratora Fabian HFO: Prosimy o wydzielenie z pakietu pozycji: 3, 4, 5, 11, 12. Co pozwoli na złożenie bardziej konkurencyjnej cenowo oferty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIA DOTYCZĄCE SWZ I UMOWY

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o dopisanie stwierdzenia „o ile dotyczy” do pkt IV.11 SWZ. Część zaoferowanych w postępowaniu produktów jest jednorazowa i nie podlega procesom sterylizacji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z obowiązującymi wymogami tym zakresie.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o naliczanie kar umownych określonym w § 6 ust 1 od wartości opóźnionej dostawy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zapis w umowie dotyczy jak w pytaniu, jest jedynie inaczej sformułowany. (od części dostawy).

W imieniu Zamawiającego

