

Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.

Warszawska 41

11-500 Giżycko

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Sukcesywna dostawa materiałów niesterylnych - dogrywka

Numer referencyjny: n/27/04/24

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.**, udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw nr 1

Pytanie 1 – pakiet nr 3, poz. 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemnika o pojemności 1,0L, wysokości 125 mm i średnicy wrzutowej 60 mm?

Dopuszczenie powyższego pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

Pytanie 2 – pakiet nr 3, poz. 2:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemnika o pojemności 2,0L, wysokości 230 mm i średnicy wrzutowej 60 mm?

Dopuszczenie powyższego pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

Pytanie 3 – pakiet nr 3, poz. 3:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemnika na zużyte długie igły o pojemności **7L (6L pojemność użytkowa)** o następujących parametrach:

- wymiary: 167 x 167 x 500 mm
- grubość tworzywa 1,7 mm.

Nadto pojemnik nieprzemakalny, odporny na przekucia, posiadający specjalne wycięcia umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły i strzykawki, po założeniu pokrywy, pojemnik jest hermetycznie, na stałe zamknięty. Zgodny z aktualnymi wymogami Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi?

Dopuszczenie powyższego pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

Zestaw nr 2**Pytanie 1 – pakiet nr 3, poz. 3:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemnika na zużyte długie igły o pojemności **10L**

o następujących parametrach:

- Średnica górna: 240mm
- Średnica dolna: 200mm
- Wysokość całkowita: 300mm
- Otwór wrzutowy: 100mm

Nadto pojemnik nieprzemakalny, odporny na przekucia, posiadający specjalne wycięcia umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły i strzykawki, po założeniu pokrywy, pojemnik jest hermetycznie, na stałe zamknięty. Zgodny z aktualnymi wymogami Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi?

Dopuszczenie powyższego pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 3**Pakiet 1, poz. 1 i 2**

czy Zamawiający dopuści myjki bez wewnętrznej warstwy podfoliowanej, reszta wymogów spełniona?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 4

Ad. 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

Półmaska filtrująca FFP2 zarejestrowana jako środek ochrony indywidualnej, niebędąca wyrobem medycznym, o poniższych parametrach:

Półmaska filtrująca CP-04-01 FFP2 NR to środek ochrony indywidualnej - jednorazowa półmaska filtrująca do ochrony przed cząstkami. Jej skuteczność filtracyjna osiąga klasę FFP2, penetracja cząstek jest nie większa niż 6%. Produkty znajdujące się w tej kategorii wykorzystywane są do ochrony przed stałymi i ciekłymi cząstkami tworzącymi aerozole (pyły, dymy, mgły) jeżeli maksymalne stężenie wynosi najwyżej 10xNDS. W części nosowej wbudowany jest element metalowy o długości 9 cm, umieszczony wewnątrz taśmy polietylenowej, umożliwiający regulację i ściślejsze przyleganie półmaski do twarzy. Półmaska mocowana jest na twarzy przy pomocy dwóch bezłateksowych taśm nausznych przytwierdzonych za pomocą zgrzewu ultradźwiękowego po obu stronach półmaski, o szerokości 3-5 mm i długości 21-22 cm.SK.

EN 149:2001+A1:2009 Sprzęt ochrony układu oddechowego – półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

Ad. 2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

Półmaska filtrująca FFP3 zarejestrowana jako środek ochrony indywidualnej, niebędąca wyrobem medycznym, o poniższych parametrach:

Półmaska filtrująca CP-05-01 FFP3 NR to środek ochrony indywidualnej - jednorazowa półmaska filtrująca do ochrony przed cząstkami. Jej skuteczność filtracyjna osiąga klasę FFP3, penetracja cząstek jest nie większa niż 1%. Produkty znajdujące się w tej kategorii wykorzystywane są do ochrony przed stałymi i ciekłymi cząstkami tworzącymi aerozole (pyły, dymy, mgły) jeżeli maksymalne stężenie nie przekracza 30xNDS. W części nosowej wbudowany jest element metalowy o długości 9 cm, umieszczony

wewnątrz białej taśmy polietylenowej ,umożliwiający regulację i ściślejsze przyleganie półmaski do twarzy. Półmaska mocowana jest na twarzy przy pomocy dwóch taśm nausznych, przytwierdzonych za pomocą zgrzewu ultradźwiękowego po obu stronach półmaski, o szerokości 3-5 mm i długości 21- 22 cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

Zestaw nr 5

Pakiet 5, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm², powierzchnia czynna 105 cm², grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 5, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm², powierzchnia czynna 105 cm², grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, jednorazową, dzieloną, dla dorosłych i dzieci 163,5*117mm, 105cm² (pakowana pojedynczo, op. zbiorcze 100 szt.)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 6

Pakiet 3, poz. 1-2 Czy zamawiający opuści otwór wrzutowy o średnicy ok. 6 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

Pakiet 3, poz. 5 Czy zamawiający dopuści pojemność całkowitą 0,8 l, pojemność użytkowa 0,5 l?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 3 poz. 3 Czy zamawiający dopuści wys. 300 mm, średnica górna 240 mm, średnica dolna 200 mm, otwór wrzutowy 100 mm, pojemność 10 l?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 7

Pakiet nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50sztuk z przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

Pakiet nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia chorych j/uż z środkiem myjącym o neutralnym pH 5,5 w formie rękawicy, hipoalergiczna, wykonana w całości z poliestru, nasączona jednostronnie środkiem myjącym, wszystkie boczne krawędzie są zgrzewane, wymiar 17cm x 24,5cm, gramatura myjki: 7g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20sztuk z przeliczeniem ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

Pakiet nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach pozycji 3 pasty ścierniej o pojemności 160g, z przeliczeniem ilości (tj. zaoferowanie 11 op.)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 8

Pakiet 3, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły z otworem wrzutowym 9cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły 1l o wysokości 12cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły 1l o średnicy otworu wrzutowego 6cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły 1l o wysokości 12,5cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

Pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły 2l o średnicy otworu wrzutowego 7cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

Pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły 1l o wysokości 16cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

Pakiet 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na ostre długie opady o wysokości 617mm, wymiarach podstawy 120x172mm, pojemności 6,4l, otwierany od góry?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

Pakiet 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na ostre długie opady o wysokości 500mm, wymiarach podstawy 167x167mm, pojemności 7l, otwierany od góry?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.