

Bytom dnia: 2021-08-02

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy 17/17PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 26

1. Dot. pakietu nr 14 poz. 3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie próbek z aktywatorem wykrzepiania o pojemności 8,0 ml do 10,0 ml, średnicy 16 mm i długości 92 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Dot. zapisów we wzorze umowy §3 ust. 6
Prosimy o modyfikację i dopisanie: (.....) na swój koszt (....) przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto.
Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru takiej wartości. o

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dołoży wszelkich starań aby zamówienie było wyższe od wskazanej kwoty, jednak nie zmienia zapisu umowy.

W imieniu Zamawiającego

