

**Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- Nazwa zamówienia: Zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii, okulistyki i laryngologii dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - cztery zadania:
1. Zakup: Tonometr z autorefraktometrem oraz Foropter
  2. Zakup: Narzędzia chirurgiczne
  3. Zakup: Rzutnik optotypów / wyświetlacz optotypów
  4. Zakup: Unit laryngologiczny z wyposażeniem oraz fotel laryngologiczny.
- Numer referencyjny: SZW/DZP/48/2025

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Czy w Zadaniu nr 1 poz. 1 Zamawiający wymaga by tonometr z autorefraktometrem posiadał możliwość obrazowania krzywizny rogówki w oparciu o metodę Placido Ring ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wymaga.

**Pytanie nr 2**

Czy w Zadaniu nr 1 poz. 2 Zamawiający dopuści foropter z zakresem szkieł sferycznych co krok: 0.12 / 0.25D / 1.00D / 2.0D / 3.0D oraz szkieł cylindrycznych co krok: 0.25D / 1.0D / 2.0D / 3.0D, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 3**

Czy w Zadaniu nr 3 Zamawiający dopuści wyświetlacz optotypów z odległością projekcyjną 2-6m, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 4**

Czy w zadaniu nr 1 i 3 Zamawiający dopuści złożenie wraz z ofertą tylko Certyfikatu ISO13485, ponieważ ISO 13485 to norma dla systemów zarządzania jakością, specyficznie opracowana dla producentów urządzeń medycznych, a ISO 9001 to norma ogólna dotycząca systemów zarządzania jakością, którą można stosować w każdej branży ?

ISO13485 zawiera dodatkowe wymagania i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa produktów medycznych, zarządzania ryzykiem i zgodności z przepisami, co nie jest obecne w ISO 9001. ISO13485 jest specjalnie opracowana (bardziej szczegółowa) dla urządzeń medycznych, podczas gdy ISO 9001 ma zastosowanie we wszystkich branżach (bardziej ogólna).

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający dopuści ofertę zawierającą tylko Certyfikat ISO 13485.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 wymaga foroptera automatycznego ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wymaga.

**Pytanie nr 6**

Pytanie – dotyczy zadania nr 3

Prosimy o dopuszczenie, w wymaganiach dodatkowych (lp.14), czasu reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia do pojawienia się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze do 72 godzin.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 7**

Pytanie – dotyczy zadania nr 3

Prosimy o dopuszczenie, w wymaganiach dodatkowych (lp.18), posiadanie przez producenta jedynie Certyfikatu ISO 13485, który jest certyfikatem jakości dedykowanym dla wyrobów medycznych.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4, Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

*Zamawiający  
/-/ p. o. Z-cy Dyrektora  
ds. Administracyjnych  
Krystyna Piątkowska*