

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa szwów chirurgicznych oraz siatek przepuklinowych.

Numer referencyjny: ZP.3311.2.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital specjalistyczny w Chełmie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Czy Zamawiający dopuści w przetargu w zadaniu nr 12

Poz. 1

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu

Parametry:

- a) Materiał: polipropylen monofilamentowy o średnicy włókna 0,15mm
 - b) Długość; 55 cm
 - c) Szerokość; środkowa część 1,20 cm, ramiona 0,8cm
 - d) Grubość; 0,34 mm
 - e) Gramatura: 45 g/m²
 - f) Porowatość; 55-60%
 - g) wytrzymałość siatki 230 N
 - h) Rozmiar porów w mm; 1x1,25 mm
 - i) Taśma tkana z atraumatycznymi brzegami. Specjalny splot nici zapobiegający skręcaniu i rozciąganiu taśmy.
 - j) Taśma bez plastikowej koszulki
 - k) Symetryczne zwężenia na końcach taśmy ułatwiającymi przewleczenie przez igłę
 - l) Implantacja narzędziem wielorazowego użytku
- Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny. Prosimy o dopuszczenie w/w materiałów jednorazowych w przetargu. Możliwość złożenia oferty konkurencyjnej, pozwoli na znaczne obniżenie ceny zakupów, finansowanych ze środków publicznych oraz obniżenie kosztów leczenia.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz. 2

Implant do naprawy dna miednicy mniejszej

System składający się z 3 elementów

Siatki wykonanej z ; polipropylenu monofilamentowego, implant o anatomicznym kształcie z sześcioma

ramionami.

Wszystkie ramiona zakończone pętelkami

- Wysokość: 9,1 cm
- Szerokość: góra 4 cm, dół 6 cm
- Porowatość średnia: 55-60%
- Gramatura 45g/m²
- Grubość; 0,34mm
- 4 ramiona o długości 195mm
- 2 ramiona o długości 205 mm

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny. Prosimy o dopuszczenie w/w materiałów jednorazowych w przetargu. Możliwość złożenia oferty konkurencyjnej, pozwoli na znaczne obniżenie ceny zakupów, finansowanych ze środków publicznych oraz obniżenie kosztów leczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z- ca Dyrektora ds. Administracyjnych

Mariusz Kowalczyk