

Szpital Specjalistyczny nr 2  
Batorego 15  
41-902 Bytom

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Dostawa Specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy 22/22PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 26**

**Pytania do pakietu 48**

**Pytanie 1 do pakietu 48**

W związku ze zmianą dystrybutora Respiratorów Fabian i akcesoriów do niego dedykowanych zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pakietu 48 pozycji: 5, 7, 10, 11. Takie rozwiązanie wpłynie na złożenia bardziej konkurencyjnej cenowo oferty.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 2 do poz 1. do pakietu 48**

Czy w związku z tym, że sprzęt będzie wykorzystywany na oddziale o najwyższym III stopniu referencyjności gdzie prowadzona jest terapia dla skrajnych wcześniaków z wagą poniżej 1 kg zamawiający oczekuje możliwości stosowania generatora Infant Flow i dedykowanych do niego oddzielnie maseczek nosowych i końcówek donosowych dostępnych w pięciu rozmiarach od XS do XL. Generator zapewniający najmniejszy wskaźnik WOB?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3 do poz 1. do pakietu 48**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie układów oddechowy z możliwością prowadzenia terapii przez 30 dni bez konieczności wymiany, z generatorem do nCPAP z odcinkiem wdechowym podrzewanym dł. 1,2 m. z dodatkowym przedłużeniem do inkubatora o dł. 0,3m i generatorem pakowanym razem z mocowaniem kołyskowym przeznaczonym do założenia na czepcu lub opasce.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4 do poz 1 do pakietu 48**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w poz 1 generatora bez zestawu dodatkowych końcówek donosowych. Do proponowanych generatorów istnieje możliwość dopasowania dedykowanych masek nosowych i końcówek donosowych w 5 rozmiarach XS-XL. Takie rozwiązanie wpłynie na ograniczenie kosztów i optymalizację stoków magazynowych.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5 do poz 3 do pakietu 48**

Czy w związku z tym, że sprzęt będzie wykorzystywany na oddziale o najwyższym III stopniu

referencyjności gdzie prowadzona jest terapia dla skrajnych wcześniaków zamawiający oczekuje możliwości stosowania masek nosowych i końcówek donosowych w pięciu rozmiarach: XS, S, M, L, XL. Do wyboru przez zamawiającego.

Bardzo delikatne końcówki donosowe: Cofnięta przestrzeń między widełkami nosowymi zmniejszająca ciśnienie wywierane na przegrodę nosową i minimalizująca martwicę skórną. Elastyczna część dystalna widełek donosowych umożliwia niezależne usytuowanie każdej końcówki w celu minimalizacji przecieków. Do wyboru przez zamawiającego.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6 do poz 4 do pakietu 48**

Czy zamawiający dopuści czapki w rozmiarach 000-7

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7 do poz 2 do pakietu 48**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie adaptera do funkcji nCPAP o dł 63 cm.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8 do poz 8 i 9 do pakietu 48**

Czy zamawiający wymaga czujników w technologii Masimo Set, z ekstrakcją sygnału żylnego poprzez specjalne filtry adaptacyjne, umożliwiające pomiar mimo ruchu i przy niskiej perfuzji?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytania do pakietu 83**

**Pytanie 1 do pakietu 83**

Prosimy zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji: 3 (smoczek IF), 4, 5, 6 co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej cenowo oferty.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytania 2 do poz 1 pakietu 83**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie układów oddechowy z możliwością prowadzenia terapii przez 30 dni bez konieczności wymiany, z generatorem do nCPAP z odcinkiem wdechowym podrzewanym dł. 1,2 m. z dodatkowym przedłużeniem do inkubatora o dł.0,3m i generatorem pakowanym razem z mocowaniem kołyskowym przeznaczonym do założenia na czepcu.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3 do poz 1 do pakietu 83**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w poz 1 generatora bez zestawu dodatkowych końcówek donosowych. Do proponowanych generatorów istnieje możliwość dopasowania dedykowanych masek nosowych i końcówek donosowych w 5 rozmiarach xs-xl. Takie rozwiązanie wpłynie na ograniczenie kosztów i optymalizację stoków magazynowych.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4 do poz 2 do pakietu 83**

Czy w związku z tym, że sprzęt będzie wykorzystywany na oddziale o najwyższym III stopniu referencyjności gdzie prowadzona jest terapia dla skrajnych wcześniaków zamawiający oczekuje możliwości stosowania masek nosowych i końcówek donosowych w pięciu rozmiarach: XS, S, M, L, XL. Do wyboru przez zamawiającego.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5 do pozycji 3 (komora nawilżacza)**

Czy zamawiający dopuści komorę nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym, automatycznie napełniana wodą, dren doprowadzający wodę o dł. 1,1 m

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie do poz. 3,4,5,11,12 pakietu 134**

W związku ze zmianą dystrybutora Respiratorów Fabian i akcesoriów do niego dedykowanych



zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pakietu 134 pozycji: pozycji: 3, 4, 5, 11, 12. Takie rozwiązanie wpłynie na złożenia bardziej konkurencyjnej cenowo oferty.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie do pakietu 116 poz 7.**

W związku ze zmianą dystrybutora Respiratorów Fabian i akcesoriów do niego dedykowanych zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pakietu 116 pozycji: pozycji: 7. Takie rozwiązanie wpłynie na złożenia bardziej konkurencyjnej cenowo oferty.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie do pakietu 116 poz. 2 i poz. 3.**

Czy zamawiający wymaga czujników w technologii Masimo Set, z ekstrakcją sygnału żylnego poprzez specjalne filtry adaptacyjne umożliwiające pomiar mimo ruchu i przy niskiej perfuzji?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga czujników w technologii Masimo Set, z ekstrakcją sygnału żylnego poprzez specjalne filtry adaptacyjne umożliwiające pomiar mimo ruchu i przy niskiej perfuzji**

W imieniu Zamawiającego

