

Numer postępowania: **ZP-271-53/24**

Kraków, dnia 04.09.2024 r.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **”Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego”**

Zamawiający, **Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie**, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), informuje o dokonanych zmianach:

Zmiana nr 1

Było:

Załącznik nr 8 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia – część nr 4 poz. 8.

Lp.	Parametry urządzenia	Wymagana wartość parametru	Wartość oferowana przez Wykonawcę	Punktacja
8	Kąt pola widzenia kamery 58÷ 65 66°	TAK		-

Jest:

Załącznik nr 8 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia – część nr 4 poz. 8.

Lp.	Parametry urządzenia	Wymagana wartość parametru	Wartość oferowana przez Wykonawcę	Punktacja
8	Kąt pola widzenia kamery 58÷65° Zamawiający dopuszcza Videolaryngoskop którego kąt widzenia kamery wynosi 66 stopni.	TAK		-

Udzielone zmiany SWZ są obowiązujące. Na stronie internetowej postępowania zamieszczony został załącznik, uwzględniający zmianę.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.