

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu,.

Numer referencyjny: 4/4PN/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 30

1. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego w związku z zapisem w SWZ w rozdziale IV. Pkt. 5 ppkt. m dopuści w pakiecie nr 34 poz. 1 sterylizację 134°C 18 min? Zaoferowana sterylizacja (121°C 15 min) jest wymagana przez producenta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż jest wymagana przez producenta.

2. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego w związku z zapisem w SWZ w rozdziale IV. Pkt. 5 ppkt. m dopuści w pakiecie nr 34 poz. 2 sterylizację 121°C 15 min? Zaoferowana sterylizacja (121°C 15 min) jest wymagana przez producenta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż jest wymagana przez producenta.

3. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego w związku z zapisem w SWZ w rozdziale IV. Pkt. 5 ppkt. m dopuści w pakiecie nr 54 poz. 2 sterylizację 121°C 15 min? Zaoferowana sterylizacja (121°C 15 min)

jest wymagana przez producenta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż jest wymagana przez producenta.

4. Prosimy Zamawiającego o zmianę przewidzianej do zamówienia w pakiet nr 54 poz. 1 ilości wkładów, na wielokrotność 50 szt., gdyż producent pakuje wkłady zbiorczo po 50 szt. Zmiana ilości wkładów na wielokrotność 50 szt. pozwoli Wykonawcy przygotować rzetelną i odpowiedzialną ofertę opartą nie na szacunkach.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że jednorazowe zamówienie na wkłady (pakiet nr 54 poz. 1), będzie opiewało na minimum 50 szt.? Oryginalne, zbiorcze opakowanie wkładów zawiera 50 szt. Dostarczanie jednorazowo 50 szt. w jednym opakowaniu zbiorczym, ułatwi Zamawiającemu przechowywanie wkładów oraz pozwoli Wykonawcy na oszacowanie prawidłowych kosztów transportu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego jaką pojemność wkładów wymaga w pakiecie 54 poz. 1

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem w SWZ.

7. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego jaką pojemność pojemników wymaga w pakiecie 54 poz. 2.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem w SWZ.

8. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego jakiego obecnie systemu używa w pakiecie nr 54.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający aktualnie pracuje na modelu Hospivac 400, nr fabryczny FU 112, nr ref: 41035001. Obecnie wszystkie Hospivac (informacja zasięgnięta z opisu urządzeń z internetu) pracują na systemie MPR (Multi Purpose Rail).

9. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego w związku z zapisem w SWZ w rozdziale IV. Pkt. 5 ppkt. m dopuści w pakiecie nr 99 poz. 1, 2 sterylizację 134°C 18 min? Zaoferowana sterylizacja (134°C 18 min) jest wymagana przez producenta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem w SWZ.

10. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w części nr 99 wystąpiła omyłka pisarska? Czy Zamawiający zamiast wymagania „łącznikiem stożkowym dla pacjenta (6, 10 mm) miał na myśli: „łącznikiem stożkowym dla pacjenta (Ø 8,0 9,2 mm)?”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem w SWZ.

11. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przedłożenia próbek dot. oferty, która będzie miała najwyższą ocenę dla części nr 34, 54, 99 i dokonanie sprawdzenia zgodności zaoferowanego

produktu z kartą katalogową.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż wystarczy karta katalogowa.

12. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje dostawę towaru w części 34, 54, 99 za pośrednictwem firmy kurierskiej bez obecności Wykonawcy przy sporządzaniu protokołu odbioru. Rezygnacja z tych wymagań wpłynie korzystnie na obniżenie wartości oferty, ze względu na brak konieczności delegowania pracownika do wykonania tych czynności.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę.

Zamawiający

