

Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Knurów, 18.10.2023r.

Dotyczy postępowania: DZ/10/2023 „Dostawa wyrobów medycznych”

Odpowiedzi na pytania

Pytanie nr 1: Zadanie nr 11. poz.4,5,6,7. Zgodnie z oczekiwaniem zamawiającego i ustawą o ZP, oferujemy równoważny system do odsysania konkurencyjnego producenta o następujących cechach, prosimy o dopuszczenie: Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki, rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy, możliwość odsysania standardowego oraz ortopedycznego. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady(certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych) samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu, wyposażone w szeroki port do pobierania próbek lub wkładania saszetek żelujących, pakowane w formie częściowo sprasowanej dla zmniejszenia objętości. Wkłady oraz kanistry o pojemności 1000ml, 2000 ml, 3000ml. Kanistry (okrągłe) kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego i sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone w zaczepek do mocowania. Kanistry z przezroczystego tworzywa, odporne na uszkodzenia mechaniczne, certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych. Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie nowoczesnego systemu, opartego na opatentowanej, antybakteryjnej technologii produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezpłatną wymianę wyposażenia obecnie używanego na oddziałach (pojemniki, mocowniki), w przypadku wybrania naszej oferty. **Zadanie nr 11. poz.4,6.** Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, ułatwia także kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie. **Zadanie nr.11. poz.1,3.** Prosimy o dopuszczenie drenów o dł.210cm, pozostałe jak w SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający ma zastrzeżenia do plastikowego pokrętła na mocowniku – czy jest ono zmywalne i odporne na środki dezynfekcyjne oraz do mocowników – jaką grubość szyny obejmuje mocownik? Zamawiający rozważy dopuszczenie, po udzieleniu odpowiedzi.

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii. Zamawiający wymaga drenów o dł. min 200cm.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydż. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8

44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurow.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 2: Proszę o dołączenie załącznika nr 5 z wykazem próbek do złożenia, załącznik z oświadczeniem dot. próbek, nie zawiera informacji do których pakietów należy dołączyć próbki.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje wymóg dostarczenia próbek dla:

Zadanie nr 9,

Zadanie nr 20, poz. 2-6

Zadanie nr 24, poz. 8

Zadanie nr 31, poz. 1

Zadanie nr 36

Zadanie nr 38

Zadanie nr 39, poz. 1

Zadanie nr 52

Zadanie nr 55

Zadanie nr 65

Zadanie nr 67

Zadanie nr 77

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający w paragrafie 2, ust. 4 wyrazi zgodę na zmianę minimalnego wykorzystania umowy na 70% wartości umowy? Obecne 10% wykorzystania umowy powoduje, że oferent nie posiada interesu ekonomicznego żeby pozyskać ww zamówienie. Wykonawca musi zabezpieczyć towar na magazynie do realizacji ww umowy; ponosi koszty zakupu i magazynowania towaru. Realizacja umowy na poziomie 10% jest nieopłacalna dla Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu do umowy w paragrafie 3, ust. 1: "Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł netto." Umożliwi to właściwe skalkulowanie ceny oferty oraz zabezpieczy wykonawcę przez ponoszeniem nadmiernych kosztów związanych z wysyłką zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu.

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający w pakiecie 30 w poz. 13 dopuści płyty serologiczne w kolorze białym? Pozostałe parametry bez zmian. Prośbę swoją motywujemy tym, iż Producent wycofał ze swojej oferty płyty bezbarwne.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający w pakiecie 30 w poz. 5-7 oraz 9-11 dopuści produkty nie będące wyrobami medycznymi? Zgodnie z nowym rozporządzeniem 2017/746 Producenci z którymi współpracujemy podjęli decyzję o zaprzestaniu oznaczania znakiem CE IVD niektórych produktów. Artykuły te zostały zaklasyfikowane jako wyroby „do ogólnego użytku laboratoryjnego”. 5. Czy Zamawiający w pozycjach 1,3,4,6,9,10 dopuści inne wielkości opakowań z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8

44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający w Zadaniu 74 wymaga pompę elastomerową o stałym przepływie 5 ml/h, objętości nominalnej 240 ml wykorzystującą zbiornik elastomerowy z „czystego” poliizoprenu, bez domieszki silikonu i innych materiałów, posiadającą obudowę kodowaną kolorystycznie w zależności od prędkości przepływu? Pompa elastomerowa nie posiada filtra powietrza na przebiegu linii infuzyjnej (zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie z zamkniętą linią infuzyjną) oraz z ogranicznikiem przepływu wbudowanym w końcówkę dystalną drenu. Wymagany port do napełniania zamykany przezroczystym koreczkiem. Na obudowie pompy znajdują się linie do oceny postępu wlewu w czasie.

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 8: Zadanie nr 1 poz. 2, Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrod okrągłych z języczkiem o wymiarach 42mm x 45mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9: Zadanie nr 1 poz. 8, Prosimy o doprecyzowanie wymaganych ilości elektrod z przewodem. Czy Zamawiający oczekuje 100 sztuk elektrod pakowanych po 4 sztuki a zatem 25 opakowań czy też 100 opakowań elektrod?

Odpowiedź: 100 op. x 4 szt.

Pytanie nr 10: Zadanie nr 1 poz. 9 Prosimy o doprecyzowanie wymaganych ilości elektrod. Czy Zamawiający oczekuje 30 sztuk elektrod pakowanych po 3 sztuki a zatem 10 opakowań czy też 30 opakowań elektrod?

Odpowiedź: 30 op. x 3 szt.

Pytanie nr 11: Zadanie nr 1 poz. 20 Prosimy o wyjaśnienie czy papier w ww. pozycji nie powinien być gładki (w opisie przedmiotu zamówienia podano, że ma posiadać nadruk), ponieważ papier do kardiomonitora FX2000P firmy Emtel jest gładki.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powinien być gładki.

Pytanie nr 12: Zadanie nr 1 poz. 20 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57 mm x 30 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 20 rolek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13: Zadanie nr 1 poz. 23 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod gumowych w ilości 1 opakowania a' 6 szt. ze względu na fakt, iż elektrody przyssawkowe są pakowane właśnie po 6 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 14: Zadanie nr 1 poz. 25 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod gumowych w ilości 2 opakowań a' 6 szt. ze względu na fakt, iż elektrody przyssawkowa są pakowane właśnie po 6 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15: SWZ – pkt. 9.2.1) Prosimy o wyjaśnienie odnośnie składania próbek. Czy złożenie próbek jest obowiązkowe? Z ofertą czy na wezwanie? Czy dotyczy to wszystkich pakietów? Prosimy też o podanie ilości wymaganych próbek.

Odpowiedź: Dla powyższej pozycji nie są wymagane próbki.

Pytanie nr 16: Projekt umowy – par. 3 ust. 2 Prosimy o wykreślenie z projektu umowy par. 3 ust. 2. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SWZ zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralną część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, którą jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17: Projekt umowy – par. 5 ust. 2 lit. a) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownych w przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru do części niedostarczonej partii towaru zamiast wartości brutto umowy, tj. w § 5 ust. 2a projektu umowy zamiast zwrotu „wynagrodzenia określonego w par. 4 ust.1” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej dostawy” Wskazanie 0,1% wartości umowy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany umowy dot. kar umownych.

Pytanie nr 18: Projekt umowy – par. 5 ust. 2 lit. b i ust. 3) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 5 ust. 2b i 3 projektu umowy zamiast zwrotu „wynagrodzenia określonego w par. 4 ust.” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy” Wskazanie 10.% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany umowy dot. kar umownych.

Pytanie nr 19: Zadanie nr 23 Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelową z systemem rozprzodającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, niesterylna, powierzchnia

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydz. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie

Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurow.pl

Nr BDO: 000019513



przewodząca 110cm², bez ograniczenia mocy maksymalnej, powierzchnia całkowita 170cm², wymiary 176x122mm, pakowana po 5 sztuk, do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety, opakowane handlowe 50szt ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 20: Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabel przyłączeniowy pasujący do elektrody zaoferowanej w pozycji nr 1?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w związku z odpowiedzią na pytanie nr 20.

Pytanie nr 21: Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt elektrody monopolarnej z dwoma przyciskami i kablem o długości min. 3 m?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby kabel miał długość min. 4 m.

Pytanie nr 22: Poz. 4. Czy Zamawiający ma na myśli uchwyt monopolarny z kablem i elektrodą nożową, wielorazowego użytku? Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt elektrody monopolarnej z dwoma przyciskami i kablem o długości min. 3 m?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby kabel miał długość min. 4 m.

Pytanie nr 23: Pakiet nr 9 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści aktualnie dostarczany zestaw do cystoskopii wykonany z laminatu 2- warstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 48 g/m²? Wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 94/ 114 kPa. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24: Pakiet nr 9 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści aktualnie dostarczany zestaw z fartuchem chirurgicznym standard XL o długości 130 cm i fartuchem chirurgicznym wzmocnionym XXL o długości 150 cm, który posiada dodatkowo wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25: Zadanie 40 Czy Zamawiający dopuści myjkę o wymiarach 12 x 20 x 0,7 cm? Jest to standardowy rozmiar myjki powszechnie stosowany w polskich szpitalach. Taka wielkość myjki zapewnia komfort mycia i zawiera wystarczającą ilość środka myjącego, który wystarcza na umycie 1 dorosłej osoby. Opakowanie 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości. Z obrazkową instrukcją użytkowania oraz z hypoalergicznym żelem i oznakowaniem na opakowaniu: - pH 5,5 - testowane dermatologicznie Normy europejskie nie stawiają wymogu, aby na opakowaniu musiała być zamieszczona informacja o hypoalergicznosci żelu i pisemna instrukcja obsługi, jeżeli wystarczająca jest w postaci obrazkowej. Oferowana przez nas myjka produkowana jest zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa pacjenta, co jest potwierdzone wpisem do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych CPNP (oznacza to, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest to gwarancją dla Zamawiającego, że użytkuje produkt

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydz. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8

44-190 Knurów

Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem). W związku z tym wymóg posiadania raportu bezpieczeństwa i badań aplikacyjnych na min. 30 osobach jest bezzasadny i niezgodny z obowiązującymi przepisami, które wyznaczają normy europejskie - czyli posiadanie wpisu do CPNP.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymiary myjki zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26: Zadanie 23 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga aby elektrody współpracowały z systemem bezpieczeństwa Nessy w aparacie będącym w posiadaniu przez użytkownika?

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 27: Zadanie 23 poz. 4 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli uchwyt elektrody monopolarnej kompatybilnej z EMED do aparatów Emed Martin, dł. Kabla 4,5 m. z trzema wtykami, średnica otworu na elektrodę 4 mm, dwuprzyciskowy?

Odpowiedź: Tak, miał na myśli to co zostało zawarte w opisie.

Pytanie nr 28: Zadanie 23 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści do postępowania uchwyt elektrody monopolarnej w długości kabla 4 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29: Część 13 Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów w rozmiarach CH 12, 14, 18, 20, 24/ 60 cm, ze zgłębnikiem silikonowym o długości 60 cm.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 30: Część 41 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie ustników 22 mm x 27 mm.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 31 Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie ustników 17,8 mm x 23 mm.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 32: Część 51 Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie papilotomów o długości igły 6 mm.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 33: Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie poszerzadeł z przewodnicą 0,035", długość balonu 30 mm dla średnic 8-9-10 mm i 55 mm dla pozostałych.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Tak, dopuszcza.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



Szpital w Knurowie

Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 34: Część 65 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie siatek o długości roboczej 240 cm, średnica 2,4 mm.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 35: Część 67 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 30 mm.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 36: Część 68 Czy Zamawiający w pozycji 1 i 4 dopuści zaoferowanie pętli o długości 2300 mm i 1800 mm.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 37: Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy 2,4 mm i 2,8 mm.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 38: Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy 2,4 mm.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 39: Część 23, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, bez kabla przyłączeniowego, dzieloną, kompatybilną z VIO, ICC, ACC, powierzchnia czynna 105 cm², z pasem bezpieczeństwa (pierścieni) zapewniającym optymalny rozkład prądu na całej powierzchni? Opakowanie 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści po przedstawieniu certyfikatu kompatybilności kabla firmy Erbe z proponowaną płytką.

Pytanie nr 40: Część 23, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści uchwyt monopolarny wielorazowy, szeroki, do elektrod o średnicy 4 mm, z 2 przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk 1-pinowy, dł. kabla 4 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści po przedstawieniu certyfikatu kompatybilności z firmą Erbe, bo takie posiada szpital.

Pytanie nr 41: Część 23, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści uchwyt monopolarny wielorazowy,

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



wąski, do elektrod o średnicy 4 mm, z 2 przyciskami, kabel przyłączeniowy 5m, wtyk 3 pin?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści po przedstawieniu certyfikatu kompatybilności z firmą Erbe, bo takie posiada szpital.

Pytanie nr 42: Część 23, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści uchwyt z elektrodą monopolarną kompatybilną z Emed, do aparatów EmedMartin, dł. kabla 5 m, z trzema wtykami, średnica otworu na elektrodę 4mm, dwuprzyciskowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści po przedstawieniu certyfikatu kompatybilności z firmą Erbe, bo takie posiada szpital.

Pytanie nr 43: Czy w §5 ust.2 Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych od wartości całej umowy i zastąpi je zapisem o naliczaniu kar umownych od wartości niezrealizowanych dostaw? Taki sposób wyliczenia kar powoduje, że mogą być one nieadekwatne i nieproporcjonalnie wysokie względem wartości niespełnionej części umowy. Zwracamy się z wnioskiem o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 13. Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę postanowień zawartych w projekcie umowy poprzez określenie terminu dostaw w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44: Część 41 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy o dł. 180 cm z dodatkową gałęzią do worka o dł. 180 cm, rura wydechowa do podłączenia do aparatu 60 cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Czy Zamawiający odstąpi od wymogu? „Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min. Opór wdechowy max 0,14 cm H₂O przy przepływie 10 l/min”. Prośbę odstąpienia od wymogu motywujemy tym, iż wg naszej wiedzy wymagane parametry są możliwe do osiągnięcia tylko w warunkach laboratoryjnych, nie mających nic wspólnego z realnymi warunkami szpitalnymi. Wartość ogrzewania powietrza wydychanego jest bardzo zależna od temperatury otoczenia i nie jest możliwe określenie wydajności powietrza wydychanego z tak dużą precyzją.

Odpowiedź: Tak, dopuści układ o dł. 180cm. Zamawiający nie odstąpi od wymogu „Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min. Opór wdechowy max 0,14 cm H₂O przy przepływie 10 l/min”.

Pytanie nr 45: Część 43 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z workiem tlenowym w dwóch rozmiarach dla dorosłych dla dzieci, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Tak, dopuści pod warunkiem że rozmiar dla dorosłych to będzie rozmiar „XL”

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydz. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 46: Część 43 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową w dwóch rozmiarach dla dorosłych dla dzieci, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Tak, dopuści pod warunkiem że rozmiar dla dorosłych to będzie rozmiar „XL”

Pytanie nr 47: Pakiet 43 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw do nebulizacji o następujących parametrach: Anatomicznie ukształtowana maska Materiał PVC Dren tlenowy (gwiazdkowy) dł. 2 m ze standardowymi złączami Taśma mocująca na głowie Pojemność nebulizatora 12 ml (skalowane co 2ml) Dysza Venturiego Błaszka dopasowująca do nosa Nie zawiera lateksu, ftalanów (DEHP, PHT) i BPA (bisfenolu A) Produkt czysty mikrobiologicznie Produkt jednorazowy Dwa uniwersalne rozmiary dla dorosłych i dla dzieci

Odpowiedź: Tak, dopuści pod warunkiem że rozmiar dla dorosłych to będzie rozmiar „XL”

Pytanie nr 48: Część 32 Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego przeciwbakteryjnego i antywirusowego o standardowej pojemności wchłaniania pary wodnej i przestrzeni martwej 34ml i wadze 19g, bez wymiennika ciepła i wilgoci. Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego przeciwbakteryjnego i antywirusowego o standardowej pojemności wchłaniania pary wodnej, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49: Część 41 Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowy z membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr 22 mm i dł. 180 cm z kolankiem z portem kapno, do aparatów do znieczulenia z dodatkową rurą dł. 150 cm z 2 litrowym workiem bezlateksowym. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego około 6,2 st. C przy przepływie 4l/min. Opór wdechowy zbliżony do 0,14 cm H₂O przy przepływie 10l/min i długości wkładu 180 cm. Jednorazowy i mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50: Część 43 Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: zestaw tlenowy do prowadzenia terapii wysokim stężeniem tlenu dla dorosłych składający się z maski tlenowej z drenem o długości 210 cm, elastycznej, dobrze przylegającej do twarzy, jednorazowego użytku, wykonanej z ukształtowanego PP dzięki czemu bez konieczności stosowania zacisku (bezpieczna w środowisku MRI) na nos oraz gumką na około głowy oraz z workiem tlenowym, rozmiar dla dorosłych. Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: zestaw tlenowy do prowadzenia terapii tlenem dla dorosłych składający się z maski tlenowej z drenem o długości 210 cm, elastycznej, dobrze

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



przylegającej do twarzy, jednorazowego użytku, wykonanej z ukształtowanego PP dzięki czemu bez konieczności stosowania zacisku (bezpieczna w środowisku MRI) na nos oraz gumką na około głowy bez worka tlenowego, rozmiar dla dorosłych. Poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: maski tlenowej z nebulizatorem, wykonana z PP bez konieczności stosowania blaszka na nos zapewnia wygodne dopasowanie przez ukształtowanie część nosowej.

Wyposażona w dren o długości 210cm zakończony uniwersalnym łącznikiem. Dren o przekroju gwiazdkowym odporny na zagięcia. Obrotowy łącznik umożliwiający dopasowanie do pozycji pacjenta. Otwory wentylacyjne po bokach, nebulizator o pojemności 10 ml, skalowany co 2cm, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, czyste mikrobiologicznie, rozmiar dla dorosłych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale wymaga rozmiaru XL dla dorosłych.

Pytanie nr 51: Część 64

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: układ oddechowy bez lateksu jednorazowego użytku kompatybilny z aparatem do resuscytacji o dł. 1,2 m, zakończony zastawką ciśnieniową 22 mm umożliwiającą regulację ciśnienia PEEP. Końcówka o wymiarze 10mm F. Dodatkowo załączone 3 sztuki końcówek, konektorów do regulacji podłączeń. Długość 1,2 m , opakowanie bez płucka testowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52: Dotyczy SWZ i wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą naliczanie kar umownych określonych w §5 ust 2a od wartości zamówienia częściowego a nie całej umowy. Obecnie kary są niewspółmiernie wysokie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 53: Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 11 poz. 4 wymaga**, żeby jednorazowe wkłady workowe 1000ml o spłaszczonym kształcie były kompatybilne z pojemnikami wielorazowymi 1000ml o spłaszczonym kształcie z **poz.5?**

Odpowiedź: Tak, wymaga aby poz. 4 była kompatybilna z poz.5. Nie wymaga spłaszczonego kształtu.

Pytanie nr 54: Dotyczy zawarcia umowy: wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą lub w trybie elektronicznym. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**



Szpital w Knurowie

Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurow.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 55: Zadanie 7 pozycja 1-2: Czy zamawiający dopuści strzykawki bez rozszerzonej skali pomiarowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56: Pakiet 7 pozycja 1-2: Czy zamawiający dopuści kontrastujący tłok w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57: Pakiet 7 pozycja 1-2: Czy zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczym zabezpieczeniem przed wysunięciem tłoka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58: Pakiet 7 pozycja 7: Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową do insuliny w rozmiarze 0,4x13mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59: Pakiet 7 pozycja 9-10: Czy zamawiający dopuści strzykawkę 2-częściową bez rozszerzonej skali pomiarowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60: Pakiet 7 pozycja 9-10: Czy zamawiający dopuści pojedyncze zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61: Pakiet 7 pozycja 9-10: Czy zamawiający dopuści strzykawkę z kontrastującym tłokiem w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62: Pakiet 7 pozycja 10: Czy zamawiający dopuści strzykawki 2 częściowe pakowane po 50 szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo- cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63: Pakiet 7 pozycja 10: Czy zamawiający dopuści strzykawkę 2 częściową pakowane po 80 szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie

Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8

44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 64: Pakiet 7 pozycja 14: Czy zamawiający dopuści strzykawkę 3 częściową Luer Lock pakowaną w opakowaniu zbiorczym po 50 szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo- cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65: Pakiet 7 pozycja 15: Czy zamawiający dopuści strzykawkę 3 częściową Luer Lock pakowaną w opakowaniu zbiorczym po 50 szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66: Pakiet 7 pozycja 16: Czy zamawiający dopuści :

- Specjalna konstrukcja zaworu gwarantuje brak martwej przestrzeni pomiędzy obudową a membraną silikonową maksymalnie redukując zaleganie pozostałości krwi lub płynu
- Duża przestrzeń wewnętrzna zapewnia przepływ na poziomie 320 ml/min
- Kompatybilny z MRI
- Przeznaczony do iniekcji, infuzji i aspiracji
- Wysokiej jakości membrana silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym wycieku
- Idealne dopasowane obudowy z membrana silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza do wnętrza zaworu
- Mały rozmiar, przeźroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając pacjentowi większe uczucie komfortu
- Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew
- Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze wszystkimi zestawami.
- Łatwa do dezynfekcji płaska wstawka silikonowa
- Możliwość używania przez 7 dni i 600 wejść
- Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję z stosowanymi lekami
- Możliwość podawania krwi, tłuszczu, chemioterapeutyków

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 67: Pakiet 20 pozycja 2: Czy zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych z drenem o długości jedynie 1,5m?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymagane różne długości.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurow.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 68: Pakiet 20 pozycja 3: Czy zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowych z drenem o długości jedynie 1,5m?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymagane różne długości.

Pytanie nr 69: Pakiet 20 pozycja 4: Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych z igłą ściętą trójpłaszczyznowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70: Pakiet 20 pozycja 4: Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, który posiada logo identyfikujące na zaciskaczu rolkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71: Pakiet 32 pozycja 1: Czy zamawiający dopuści filtr, który:

- Skutecznie filtruje i zatrzymuje 99,99 % bakterii i wirusów układu oddechowego i obwodów
- Wykonanie: ABS, papier filtracyjny
- Jednorazowy filtr do usuwania wirusów i bakterii
- Wydajny przy niskich przepływach
- Opakowanie: blister : 1 sztuka
- sterylne przez EO, jednorazowego użytku
- Opakowanie zbiorcze: 200 sztuk
- Gramatura filtra 30g-33g
- Przestrzeń martwa 29 ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72 : Pakiet 32 pozycja 2: Czy zamawiający dopuści filtr, który:

- Skutecznie filtruje i zatrzymuje 99,99 % bakterii i wirusów układu oddechowego i obwodów oddechowych. Filtracyjna membrana bakteryjna służy do filtrowania bakterii i wirusów. Membrana absorbująca wodę służy do utrzymania temperatury i wilgotności powietrza w obwodzie.
- Wykonanie: ABS, papier filtracyjny
- składa się z pokrywy górnej, pokrywy dolnej i membrany filtrującej.
- Dostosowuje wilgotność powietrza pacjenta
- Wymienia energię cieplną wdychanego i wydychanego powietrza
- Niskie opory przepływu
- Opakowanie: blister : 1 sztuka

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**



Szpital w Knurowie

Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



- sterylne przez EO, jednorazowego użytku
- Opakowanie zbiorcze: 200 sztuk
- Gramatura filtra 30g-33g
- Przestrzeń martwa 19 ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73: Pakiet 42 pozycja 3: Czy zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem w rozmiarze M,L,XL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 74: Pakiet 42 pozycja 3: Czy zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem o długości 200cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75: Pakiet 42 pozycja 5: Czy zamawiający wydzieli pozycje 5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu.

Pytanie nr 76: Pakiet 47 pozycja 1: Czy zamawiający dopuści przyrząd, który posiada:

- uniwersalny ostry kolec pozwalający na łatwe wprowadzanie także do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki oraz szczelne połączenie z workiem
- Igła biorecza dwukanałowa posiada odpowietrznik z filtrem
- Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie
- Komora kroplowa wykonana z medycznego PVC o długości 62 mm pozwala na lepsze ustalenie poziomu płynu
- Kropłomierz (20 kropli = 1,0 ml ± 0,1 ml)
- 15 µm filtr płynu
- Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną
- Dren długości 150 cm + wstawką do dodatkowych wstrzyknięć z zaciskiem przesuwным
- Przyrząd z precyzyjnym regulatorem przepływu ze skalą przepływu 5-250 ml/h i roztworów o lepkości od 10 do 40 % od 5- 200 ml/h
- Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku
- Opakowanie typu blister

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



•Wolny od ftalanów

•Opakowanie zbiorcze 200

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77: Pakiet 47 pozycja 4: Czy zamawiający dopuści przeliczenie korków do dezynfekcji pakowane w opakowaniu po 250 szt odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78: Pakiet 47 pozycja 4: Czy zamawiający wyrazi zgodę aby przeliczenie jednostkowe koreczka było do czterech miejsc po przecinku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 79: Pakiet 47 pozycja 4: Czy zamawiający wymaga koreczków do dezynfekcji, które są sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź: Nie wymaga.

Pytanie nr 80: 47 pozycja 5: Czy zamawiający wydzieli pozycje 5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 81: Pakiet 47 pozycja 7: Czy zamawiający dopuści zawór bezigłowy, który ma:

- Specjalna konstrukcja zaworu gwarantuje brak martwej przestrzeni pomiędzy obudową a membraną silikonową maksymalnie redukując zaleganie pozostałości krwi lub płynu
- Duża przestrzeń wewnętrzna zapewnia przepływ na poziomie 320 ml/min
- Kompatybilny z MRI
- Przeznaczony do iniekcji, infuzji i aspiracji
- Wysokiej jakości membrana silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym wycieku
- Idealne dopasowanie obudowy z membraną silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza do wnętrza zaworu
- Mały rozmiar, przeźroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając pacjentowi większe uczucie komfortu
- Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**



Szpital w Knurowie

Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



- Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze wszystkimi zestawami.
- Łatwa do dezynfekcji płaska wstawka silikonowa
- Możliwość używania przez 7 dni i 600 wejść
- Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję z stosowanymi lekami
- Możliwość podawania krwi, tłuszczu, chemioterapeutyków

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 82: Pakiet 47 pozycja 8: Czy zamawiający dopuści kombinezon:

Z dodatkowymi szwami i uszczelnionymi taśmami szwami zapewnia lepszą ochronę przed rozpryskami płynnych chemikaliów i pyłów.

Mikroporowata tkanina zapewnia miękkie i elastyczne dopasowanie

Dzięki dodatkowym szwom i uszczelnionym taśmą szwy zapewniają lepszą ochronę przed rozpryskami płynnych chemikaliów i pyłów cząsteczkowych.

Mikroporowata tkanina zapewnia miękkie i elastyczne dopasowanie.

- Tkanina mikroporowata o gramaturze 65g/m²

- z kapturem i elastycznym wycięciem na twarz / nadgarstek / kostki

- klejone zabezpieczone szwy

- zabieg antystatyczny

- kolor: biały

- indywidualne etykietowanie i pakowanie

- rozmiary M-XXL

Poziom ochrony

CE Kat. III, typ 4B, 5B, 6B

Kombinezon zgodny z normą EN 14126:2003

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83: Pakiet 47 pozycja 8: Czy zamawiający dopuści fartuch:

JEST TO KOMBINEZON OCHRONNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU WYKONANY Z LAMINOWANEJ WŁÓKNINY POLIPROPYLENOWEJ O GRAMATURZE 55g/m².

POSIADA LAMINOWANE SZWY ZAPEWNIAJĄCE DODATKOWĄ OCHRONĘ, ROZMIARY OD S DO 4XL

EN 14126:2003+AC:2004

EN 14605:2005+A1:2009 (TYP 3B)

EN 14605:2005+A1:2009 (TYP 4B)

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8

44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



EN ISO 13982-1:2004+1:2004+A1:2010 (TYP 5B)

EN 13034:2005+A1:2009 (TYP 6B)

EN ISO 13688:2013

ZASTOSOWANIE

PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA, GABINETY STOMATOLOGICZNE, LABORATORIA,
PRZEMYSŁ

FARMACEUTYCZNY, PRZETWÓRSTWO SPOŻYWCZE, MALOWANIE NATRYSKOWE,
UTYLIZACJA

ODPADÓW, CZYSZCZENIE PRZEMYSŁOWE

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84: Pakiet 50:

1. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje ubrań spełniających normę EN 13795-2 tj. ściśle przylegające do szyi, posiadające długi rękaw, rękawy i nogawki zakończone ściągaczem, ponieważ tylko tak skonstruowane ubrania są zgodne normą EN 13795-2? Według stanowiska URPLWMiPB wydanego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające normę EN 13795. Ponadto doprecyzowane zostało, że ubrania spełniające wspomnianą normę muszą posiadać długi rękaw oraz nogawki zakończone ściągaczami, a także okrągłe wycięcie na poziomie szyi. Brak tych elementów powoduje, że pacjent nie jest należycie chroniony przed mikroorganizmami przenoszonymi na złuszczonej naskórku personelu medycznego.

2. Jeżeli Zamawiający nie wymaga wyżej opisanych parametrów, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania ubrań higienicznych o podanej przez Zamawiającego specyfikacji?

3. W związku z tym, że opis ubrań wymaganych przez Zamawiającego jest niezgodny z normą EN-13795-2 wnioskujemy o odpuszczenie ubrań zgodnych z normą EN -13795-2 lub modyfikację opisu ubrań.

4. Czy Zamawiający wymaga ubrań niezgodnych z normą EN-13795-2?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje ubrań spełniających normę EN 13795-2. Zamawiający nie wymaga ubrań niezgodnych z normą EN-13795-2.

Pytanie nr 85: Pakiet 50: Czy zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny SMS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurow.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 86: Pakiet 50: Czy zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87: Czy Zamawiający dopuści do ofertowania w części nr 35 poz2. wkład do strzykawki automatycznej Nemoto, w skład którego wchodzi strzykawka 200ml, dren prosty oraz ostrze typu spike? Informujemy, iż ostrze spike jest stosowane zamiennie z napełniaczem typu J.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 88: Zadanie nr 7 poz. 1, 2, 9, 10_Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z tłokiem w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 89: Zadanie nr 7 poz. 10_Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 90: Zadanie nr 7 poz. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki z rozszerzeniem 2-2,5 ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 91: Zadanie nr 7 poz. 14_Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op. a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 92: Zadanie nr 7 poz. 15_Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki trzyczęściowej luer lock 30 ml bez rozszerzenia?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 93: Zadanie nr 7 poz. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zaworu bezigłowego o maksymalny przepływie 200 ml/min

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 94: Zadanie nr 19 poz. 4_Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op. a'80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 95: Zadanie nr 19 poz. 6-9_Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników i pokryw wykonanych z polipropylenu?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 96: Zadanie nr 19 poz. 6-9_Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane pojemniki posiadały szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przeciekanie płynów?

Odpowiedź: Nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 97: Zadanie nr 19 poz. 20-21_Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 98: Zadanie nr 20 poz. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu bez skrzydełek dociskowych z filtrem cząsteczek stałych może filtrować cząstki większe lub równe 15 mikronów?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 99: Zadanie nr 27 poz. 1_Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o poniższym opisie:

Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu.

Dane techniczne produktu:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej
- osłona igły: polipropylen
- cewnik wykonane z teflonu PTFE
- wyposażona w skrzydełka
- z portem bocznym
- 4 linie RTG
- brak lateksu
- nie zawiera ftalanów
- zastawka antyzwrotna

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8

44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



- jałowa, okres trwałości 5 lat
- instrukcja użytkowania w opakowaniu pośrednim 50 szt.

		Kaniula		
Rozmiar Gauge	Kolor	Rozmiar (mm.)	Długość (mm.)	Przepływ (ml./min.)
14	Pomarańczowa	2.1	45	270
16	Szara	1.8	45	200
17	Biała	1.5	45	140
18	Zielona	1.3	45	85
20	Różowa	1.1	32	55
22	Niebieska	0.9	25	33
24	Żółta	0.7	19	18

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 100: Zadanie nr 27 poz. 1_Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o poniższym opisie:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej
- osłona igły: polipropylen
- cewnik wykonane z odpornego na zginanie i biokompatybilnego poliuretanu PUR
- wyposażona w skrzydełka
- wyposażona w koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- z portem bocznym
- 6 linie RTG
- brak lateksu
- nie zawiera ftalanów
- filtr hydrofobowy
- jałowa, okres trwałości 5 lat
- instrukcja użytkowania w opakowaniu pośrednim 50 szt.

dostępne rozmiary:

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydz. X Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



Szpital w Knurowie

Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8

44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



		Kaniula		
Rozmiar Gauge	Kolor	Rozmiar (mm.)	Długość (mm.)	Przepływ (ml./min.)
14	Pomarańczowa	2.1	45	270
16	Szara	1.8	45	200
18	Zielona	1.3	45/32	85
20	Różowa	1.1	32/25	55
22	Niebieska	0.9	25	33
24	Żółta	0.7	19	18

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 101: Zadanie nr 20 poz. 3_Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 102: Zadanie nr 20 poz. 5_Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 103: Zadanie nr 27 poz. 7_Czy Zamawiający dopuści Kaniula dożylna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE, wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click". Zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45 stopni do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC, logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli, skrzydełka z 3 otworami do przyszywania. Wymagane rozmiary i przepływy : 22G/25mm (0,9) 36ml/min; 20G/32mm (1,1) 60ml/min; 18G/45mm (1,3) 90ml/min; 17G/45mm (1,5) 125ml/min; G16/45mm (1,7) 180ml/min; G14/45mm (2,1) 270ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurow.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 104: Zadanie nr 27 poz. 8_Czy Zamawiający dopuści Kaniulę dożylną bezpieczna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Zabezpieczenie przed zakłuciem zakrywające światło igły, w celu ochrony przed zachłapaniem krwią (zabezpieczenie igły w postaci osłonki kodowanej kolorystycznie zgodnie z rozmiarem, z automatyczną aktywacją w momencie wycofywania igły). Opakowanie wielowarstwowe nierozzerwalne, blister w opakowaniu sztywny, przezroczysty. Kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy hamujący wypływ krwi, w celu uzyskania doskonałej widoczności paski RTG muszą pokrywać min. 80% powierzchni cewnika, inkorporowane w materiał cewnika. Port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45 stopni do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC, logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Wymagane następujące rozmiary i przepływy : 22G/25mm (0,9) 36ml/min; 20G/32mm (1,1) 60ml/min; 18G/33mm (1,3) 90ml/min; 18G/45mm (1,3) 90ml/min; 17G/45mm (1,5) 125ml/min; G16/45mm (1,7) 180ml/min; G14/45mm (2,1) 270ml/min

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 105: Zadanie nr 46 poz. 2_Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą co 0,5 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 106: Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: „Zamawiający zobowiązuje się wykorzystać minimalnie 70% wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 107: Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: „Ilości przedmiotu zamówienia zawarte w Formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi. Zamawiający będzie składał w ciągu trwania umowy zamówienia wg rzeczywistych potrzeb. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełni ilości zamawianych dostaw, a Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczeń, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 30% wartości całego zamówienia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 108: Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru Wykonawca powiadamia pisemnie/faksem/mailem Zamawiającego w jakim terminie brakujący towar zostanie dostarczony. Jeżeli termin dostawy wykazany przez Wykonawcę będzie zbyt długi ze względu na potrzeby Zamawiającego Wykonawca za zgodą Zamawiającego wyrażoną pisemnie/faksem/mailem dostarczy zamiennik w cenie nie wyższej niż w umowie (zamiennik to chemicznie ten sam lek tylko o innej nazwie handlowej). Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. Jeżeli Wykonawca nie będzie posiadał zamiennika lub zamiennik nie będzie odpowiadał Zamawiającemu to Zamawiający dokona zakupu brakującego towaru u innego Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy a powstałą różnicę pomiędzy ceną z oferty a ceną zakupu pokryje Wykonawca.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 109: Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności nie ma prawa przenosić na inne osoby jakichkolwiek praw, w tym wierzytelności wobec Zamawiającego, wynikających z niniejszej umowy. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 110: Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności nie może udzielać pełnomocnictwa do windykacji należności od Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy podmiotom zajmującym się windykacją należności. Powyższy zapis nie wyłącza możliwości upoważnienia przez Wykonawcę pełnomocnika prawnego (adwokata, radcy prawnego) do reprezentacji i podejmowania działań w jego imieniu. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 111: Dotyczy warunków umowy § 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**



Szpital w Knurowie

Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8

44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 112: Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 2b i 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: „... w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 113: Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 3a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: „stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto,”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 114: Dotyczy części nr 67 (zadanie 65), poz. 1 Prosimy o dopuszczenie igieł w standardowych długościach roboczych tj. dł. 180 cm i 230 cm (zamiast 160 cm i 230 cm).

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 115: Dotyczy części nr 67 (zadanie 67), poz. 1 Prosimy o dopuszczenie jako produktu alternatywnego jednorazowych klipsownic hemostatycznych, śr. 2,5 mm, długość 230 cm, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa, funkcja płynnej rotacji, rozwarcie ramion klipsa 11, 13 i 16 mm, kąt zagięcia końcówek ramion 90-135 stopni, zestaw wprowadzający bez dodatkowej osłonki klipsa, dystanserów, dokument potwierdzający brak przeciwwskazań do wykonania rezonansu magnetycznego

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 116: Dotyczy części nr 67 (zadanie 68), poz. 1 i 4 Prosimy o dopuszczenie pętli w jednej standardowej długości roboczej 230 cm, wszystkie pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 117: Dotyczy części nr 67 (zadanie 70) Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania gumowego kapturka zakładanego na końcówkę dystalną endoskopu czy tzw. overtube?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania gumowego kapturka zakładanego na końcówkę dystalną endoskopu.

Pytanie nr 118: Zadanie 58, poz. 9-13 Czy zamawiający wydzieli poz. 9-13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 119: Zadanie 58, poz. 9-13 Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym? Rozmiar 1 – max 15 mm - palec Rozmiar 2 – 10-25 mm-dłoń, palec Rozmiar 3 -15-35 mm-dłoń , stopa Rozmiar 4 – 25-45 mm- Podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w. Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w. Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w. Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź: Nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 120: Zadanie 57, poz. 1-3,5,7 Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3,5,7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 121: Zadanie 43, poz. 3 Czy zamawiający dopuści dren o dł. 200 cm minimum.? Zadanie 37, poz. 1-3 czy zamawiający dopuści rolki o długości nawoju 40 m? Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści – we wszystkich pozycjach.

Pytanie nr 122: Zadanie 21, poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści

Pytanie nr 123: Zadanie 20, poz. 4-5 Czy zamawiający wydzieli poz. 4-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**



Szpital w Knurowie

Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 124: Zadanie 20, poz. 4 Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. *Zamawiający dopuści.* Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia. Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS? *Zamawiający dopuści.* Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia? *Zamawiający wymaga opakowania folia-papier.* Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? *Zamawiający wymaga.*

Odpowiedź: Odpowiedzi w treści pytania – wyjustowane.

Pytanie nr 125: Zadanie 20, poz. 5 Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kołec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia. Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm? Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS? Czy zamawiający dopuści igłę biorcza bez skrzydełek dociskowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przyrządów opisanych w specyfikacji.

Pytanie nr 126: Zadanie 19, poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 127: Zadanie 19, poz. 4,15,20-21,30-33, Czy zamawiający wydzieli poz. 4,15,20-21,30-33 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 128: Zadanie 19, poz. 31-32 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 129: Zadanie 19, poz. 33 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 130: Zadanie 3, poz. 1-10 Czy zamawiający wydzieli poz. 1-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 131: Zadanie 3, poz. 4 • Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? • Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach: o Mankiet 5 cm o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm) o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie

Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 132: Zadanie 3, poz. 5-6 Czy zamawiający dopuści kolor wyłącznie niebieski? Zadanie 3, poz. 7 Czy zamawiający dopuści gramaturę 2 g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dla wszystkich pozycji.

Pytanie nr 133: Zadanie 3, poz. 10 Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m², wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 134: Dotyczy Części nr 26, pozycja nr 9: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 135: Dotyczy Części nr 26, pozycja nr 11: Czy Zamawiający dopuści testy równoważne w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego, zabezpieczającym przed kontaminacją?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 136: Dotyczy Części nr 26, pozycja nr 12-13: Czy Zamawiający dopuści by maty dostarczane były w ramach umowy w opakowaniu po 5 maty (1 mata – 30 warstw)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 137: Dotyczy Części nr 26, pozycja nr 20: Czy Zamawiający dopuści testy o wymiarach ok.70mmx23mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 138: Dotyczy SIWZ, Rozdział 7, punkt 7.2: Prosimy o dopuszczenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 250 000zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 139: Dotyczy § 5, ust. 2, punkt a): Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych do 0,1% wartości brutto zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurow.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 140: Dotyczy § 5, ust. 2, punkt b): Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 141: Zadanie 24, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania włókninę do sterylizacji w opakowaniu a70sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości opakowań ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 142: Zadanie 24, poz. 2.: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania serwety z przylepcem na całym, jednym, krótszym boku serwety ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje.

Pytanie nr 143: Zadanie 24, poz. 3: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania serwety z przylepcem wokół otworu ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje.

Pytanie nr 144: Zadanie 24, poz. 5,7: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania papieru do sterylizacji w kolorze zielonym ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 145: Zadanie 24, poz. 9.: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania serwety z przylepcem na całym, jednym, krótszym boku serwety ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje.

Pytanie nr 146: Zadanie 24, poz. 10: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania serwety z przylepcem wokół otworu ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje.

Pytanie nr 147: Zadanie 25, poz. 1,2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pieluchomajtki, które wykonane są w całości z materiałów „oddychających” tj. elastycznego laminatu (część centralna) i włókniny (obszar bioder). ? Pozostałe parametry godne z OPZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 148: Zadanie 25 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek o obwodzie 100-150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 149: Zadanie 25 poz. 2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek o obwodzie 130-170cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 150: Zadanie 25 poz. 1-2: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 151: Zadanie 25 poz. 1-2: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójny wskaźnik wilgotności, które pozwala na lepsze informowanie o potrzebie zmiany pieluchomajtki? Podwójny indykator wilgotności (czarny nadruk rozpluwający się pod wpływem cieczy oraz żółty klejowy zmieniający barwę na zieloną pod wpływem cieczy) jest źródłem umożliwiającym dokładną identyfikację produktu chłonnego, wskazującym datę i godzinę produkcji, co ma znaczenie przy ustalaniu terminu ważności wyrobu oraz wszelkich kontaktach z producentem, dotyczących danego wyrobu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 152: Zadanie 33: Czy Zamawiający wymaga produktu, który posiada informację o kierunku otwierania od strony papieru i od strony folii, co jest ułatwieniem dla użytkownika? Przy otwieraniu obojętnie jak chwyci się opakowanie, to kierunek otwierania będzie widoczny.

Odpowiedź: : Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 153: Zadanie 33: Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać prostokątów utworzonych z ukośnych pasków, zgodnie z normą PN-EN ISO 11140-1?

Odpowiedź: : Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 154: Zadanie 33: Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy ze względów higienicznych były zapakowane w mleczną folię, która chroni przed zabrudzeniem i innymi czynnikami zewnętrznymi ?

Odpowiedź: : Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 155: Arkusz Zadanie 53 (Dostawa wyrobów medycznych - część 57) poz. 1: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie gazy 1m2 ?

Odpowiedź: Zamawiający zgodzi się pod warunkiem, że gaza będzie miała min.13 nitek.

Pytanie nr 156: Arkusz Zadanie 53 (Dostawa wyrobów medycznych - część 57) poz. 12: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania tufery typu fasolka, z gazy bawełnianej 17-nitkowej z nitką RTG rozmiar 9,5X9,5 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 157: Arkusz Zadanie 53 (Dostawa wyrobów medycznych - część 57) poz. 13: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania tufery typu fasolka, z gazy bawełnianej 17-nitkowej z nitką RTG rozmiar 9,5X9,5 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 158: Arkusz Zadanie 55 (Dostawa wyrobów medycznych - część 59) poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty bawełnianej?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 159: Arkusz Zadanie 62 (Dostawa wyrobów medycznych - część 67) poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z opatrunkiem z przylepcem w rozmiarze 7,2cmx5cm z miejsce opatrunku 7x7cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 160: Arkusz Zadanie 62 (Dostawa wyrobów medycznych - część 67) poz. 1:

Czy aby doprecyzować elementy zestawu i ich ilość, Zamawiający potwierdzi, że dla tych elementów oczekuje:

1. Kompres z gazy 7,5*7,5cm, 8warstwowy (+/- 1cm) – **10 sztuk**
2. Tupfer – **typu kula, 17-nitkowy, 20x20 cm – 6 sztuk ?**

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 161: Arkusz Zadanie 62 (Dostawa wyrobów medycznych - część 67) poz. 2:

Czy aby doprecyzować elementy zestawu i ich ilość, Zamawiający potwierdzi, że dla tych elementów oczekuje:

1. Kompres z gazy 7,5 x 7,5cm (+/- 1cm) – **5 sztuk**

11. Tupfer - **typu kula, 17-nitkowy, 15x15 cm – 6 sztuk ?**

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 162: 1. Pytanie do zadania 5 pozycji 22 W związku z przejściem ze złączy ENLock na złącza ENFit, w zestawach do żywienia były dołączane łączniki przejściowe, tzw „transition”. Było to jednak rozwiązanie czasowe i zestawy z dodatkowymi łącznikami EnLock nie są już produkowane. Dlatego prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów bez nasadek i adapterów przejściowych na system EnLock.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 163: 2. Pytanie do zadania 5 pozycji 22 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 5 pozycji 22? Pozwoli to na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów, a co za tym idzie - uzyskanie korzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 164: 3. Pytanie do zadania 5 pozycji 22 Czy Zamawiający zgodzi się na wycenę w zadaniu 5 na pozycji 22 dwóch zestawów do żywienia, spełniających pozostałe zapisy SIWZ: zestawu w wersji grawitacyjnej oraz zestawu do pompy Flocare Infinity? Zestawy do pompy Flocare 800 zostały wycofane. Ze względu na specyfikę sposobów podaży i pomp nie istnieje obecnie zestaw, który umożliwiłby żywienie grawitacyjnie i przez pompę. W przypadku zgody, prosimy Zamawiającego o podanie ilości każdego z zestawów.

Odpowiedź: Zamawiający zgodzi się. Po 25 sztuk z każdego.

Pytanie nr 165: Dotyczy pakietu nr 34 formularz asortymentowo cenowy: Czy w kolumnie pt. „nowa netto” Zamawiający ma na myśli cenę jednostkową netto ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 166: Dotyczy pakietu nr 34 formularz asortymentowo cenowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do formularza cenowego kolumny „numer katalogowy” ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację formularza poprzez dodanie kolumny.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydż. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 167: Dotyczy pakietu nr 34 formularz asortymentowo cenowy – warunki graniczne: Czy nie nastąpiła pomyłka w zapisie „, poz. 15 – nie jest wyrobem medycznym” Czy nie powinno być „, poz. 17- nie jest wyrobem medycznym”

Odpowiedź: Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską. Powinno być „, poz. 17- nie jest wyrobem medycznym”

Pytanie nr 168: Dotyczy pakietu nr 34 formularz asortymentowo cenowy:” Czy na etapie przygotowywania oferty Zamawiający wyrazi zgodę na ewentualną korektę wpisanych przez Zamawiającego stawek VAT? Uzasadnienie: To na Wykonawcy spoczywa obowiązek zastosowania odpowiednich stawek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz klasyfikacją danych produktów, o której decyduje producent wyrobów.

Odpowiedź: Wyraża zgodę.

Pytanie nr 169: Dotyczy pkt 9 SWZ – Podmiotowe środki dowodowe punkt 9.2 podpunkt 1) Zamawiający określił próbki jako podmiotowy środek dowodowy, jednakże jest to przedmiotowy środek dowodowy, który Wykonawcy powinni złożyć wraz z ofertą bądź na wezwanie Zamawiającego. Czy Zamawiający może potwierdzić iż nie wymaga złożenia próbek wraz z ofertą ? Jeśli tak to czy odstąpi od wymogu załączania do oferty oświadczenia zał. nr 5

Odpowiedź: Zamawiający traktuje próbkę jako podmiotowy środek dowodowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 23.12.2020r., par. 9 pkt. 11: w celu spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może, w zależności od charakteru, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, żądać następujących środków dowodowych (...) 11) w przypadku dostarczania produktów: a) próbek, opisów lub fotografii dostarczanych produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. W ten sposób Zamawiający bada rzetelność wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca powinien złożyć próbki wraz z ofertą, jeżeli tego nie robi - przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie do uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Wymóg próbek dla zadań: Zadanie nr 9, Zadanie nr 20, poz. 2-6 Zadanie nr 24, poz. 8 Zadanie nr 31, poz. 1, Zadanie nr 36 , Zadanie nr 38, Zadanie nr 39, poz. 1, Zadanie nr 52, Zadanie nr 55, Zadanie nr 65, Zadanie nr 67, Zadanie nr 77.



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurow.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 170: Dotyczy formularza ofertowego zał. nr 1 Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tych pakietów, do których Wykonawca przystępuje?

Odpowiedź: Wyraża zgodę.

Pytanie nr 171: Dotyczy projektu umowy § 3 ust. 3 Czy Zamawiający może dokonać modyfikacji zapisu: (...) zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974) (...) ? Uzasadnienie: Ustawa na którą Zamawiający się powołuje jest już nieaktualna.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisu w umowie na etapie podpisywania umowy.

Pytanie nr 172: Dotyczy projektu umowy §5 ust. 2a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kary umowne liczone od wartości niedostarczonej w terminie lub wadliwej dostawy a nie od wartości całej umowy tj. - od wynagrodzenia Wykonawcy ? Uzasadnienie: Kara umowna za zwłokę w dostawie naliczana od wartości całej umowy jest rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 kodeksu cywilnego. Kara umowna stanowi surogat odszkodowania, mającego kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje, wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania. Wysokość kary umownej winna być zatem proporcjonalna do rozmiaru szkody poniesionej przez wierzyciela. W przypadku zwłoki z pojedynczą dostawą Przedmiotu Umowy wierzyciel ponosi szkodę w wysokości wartości pojedynczej dostawy, zatem kara umowna powinna być ustalona w wysokości proporcjonalnej do wartości konkretnej dostawy Przedmiotu Umowy, co do której nastąpiła zwłoka w dostawie. Kara umowna ustalona w wysokości określonego procenta całkowitej wartości Umowy brutto mogłaby być ewentualnie karą umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie całego zobowiązania wynikającego z Umowy, w odniesieniu zaś do części zobowiązania - kara umowna winna odnosić się do wartości poszczególnych części niewykonanego lub nienależytego wykonanego zobowiązania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 173: ZADANIE nr 27, poz. 1 1) Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie wykonane z FEP, posiadające 2 paski kontrastujące w RTG, z zastawką antyzwrotną spełniającą rolę filtra hydrofobowego, posiadające korek z trzpieniem powyżej krawędzi korka, bez nazwy producenta bezpośrednio na kaniuli, jak aktualnie stosowane w Państwa placówce, w rozmiarach: 24G 0,7x19mm przepływ 23ml/min 22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min 20G 1,1x32mm przepływ 56ml/min 20G 1,1x25mm przepływ 56ml/min 18G 1,3x45mm przepływ 90ml/min 18G 1,3x32mm przepływ 90ml/min 17G 1,5x45mm-przepływ 142ml/min 16G 1,7x45mm-przepływ 200ml/min 14G 2,1x45mm-przepływ 305ml/min?

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8

44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 174: ZADANIE nr 27, poz. 2 2) Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne posiadające korek z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z zaciskiem bezpieczeństwa końcówki w 18-24G poliwęglan, wkładka ze stali nierdzewnej, pierścień silikonowy, a w 14-17G stal nierdzewna, ABS, pierścień silikonowy, jak aktualnie stosowane w Państwa placówce, w rozmiarach: 24G 0,7x19mm przepływ 23ml/min 22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min 20G 1,1x32mm przepływ 61ml/min 20G 1,1x25mm przepływ 65ml/min 18G 1,3x45mm przepływ 100ml/min 18G 1,3x32mm przepływ 105ml/min 17G 1,5x45mm przepływ 142ml/min 16G 1,7x45mm przepływ 200ml/min 14G 2,1x45mm przepływ 305ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 174: ZADANIE nr 27, poz. 7 3) Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie wykonane z FEP, posiadające standardowy korek, zastawkę antyzwrotną, 2 paski RTG, jak aktualnie stosowane w Państwa placówce, w rozmiarach: 22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min 20G 1,1x32mm przepływ 56ml/min 20G 1,1x25mm przepływ 56ml/min 18G 1,3x45mm przepływ 90ml/min 18G 1,3x32mm przepływ 90ml/min 17G 1,5x45mm-przepływ 142ml/min 16G 1,7x45mm-przepływ 200ml/min 14G 2,1x45mm-przepływ 305ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 175: ZADANIE nr 27, poz. 8 4) Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne o przepływach: 22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min 20G 1,1x32mm przepływ 61ml/min 20G 1,1x25mm przepływ 65ml/min 18G 1,3x45mm przepływ 100ml/min 18G 1,3x32mm przepływ 105ml/min 17G 1,5x45mm przepływ 142ml/min 16G 1,7x45mm przepływ 200ml/min 14G 2,1x45mm przepływ 305ml/min jak aktualnie stosowane w Państwa placówce?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 176: ZADANIE nr 27, poz. 9 5) Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie bezpieczne z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego (kominka) w rozmiarach: 22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min 20G 1,1x32mm przepływ 61ml/min 20G 1,1x25mm przepływ 65ml/min 18G 1,3x45mm przepływ 100ml/min 18G 1,3x32mm przepływ 105ml/min z dużymi skrzydełkami z otworami w kolorze identyfikującym rozmiar, z filtrem hydrofobowym i zastawką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 177: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie kompletów chirurgicznych zgodnych z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz normą EN 13795-2. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 178: Pytania do Pakietu nr 8: Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 8 poz. 3, dopuści złożenie oferty z foliami chirurgicznymi o wymiarach powierzchni lepnej nieznacznie odbiegających od wymagań Zamawiającego tj. 40x24cm, spełniającymi pozostałe parametry?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 179: Cz. 41, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści szczotki o długości roboczej 250 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 180: Cz. 41. Poz. 2. Czy Zamawiający dopuścili ustniki z otworem o wymiarach 22 mm x 27 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 181: Cz. 41, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści ustnik jednorazowy z możliwością podłączenia tlenu o rozmiarze 66 Fr? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 182: Cz. 65, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści narzędzie w osłonce o śr. 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 183: Cz. 65, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści pułapkę 5-komorową? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 183: Cz. 68, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o jednej długości: 2300 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 184: Cz. 68, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści kleszczyki o śr. 3,00 (jumbo) wyłącznie bez igły, o śr. 2,3 mm zgodne z opisem Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8

44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 185: Cz. 68, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści pętlę z drutu monofilamentnego o jednej długości: 2300 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 186: Cz. 71. Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żyłaków przelyku 7-gumkowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 187: Zadanie 2 pozycja 6-7 Czy Zamawiający dopuści wycenę szyn Zimmer do palców za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 188: Zadanie 2 pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści wycenę golarek za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 189: Zadanie 2, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 16x250cm, na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne do archiwizacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 190: Zadanie 3, pozycja 4- Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga fartuchów z rękawami zakończonymi gumką, czy z mankietem, czy też obu rodzajów w zależności od zapotrzebowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza oba rodzaje.

Pytanie nr 191: Zadanie 3, pozycja 9- Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160x210cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 192: Zadanie 3 pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 193: Zadanie 7, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z 10% rozszerzeniem skali nominalnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 194: Zadanie 7, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające kryzę ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 195: Zadanie 7, pozycja 3,6 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z dwoma łącznikami redukcyjnymi luer w opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 196: Zadanie 7, pozycja 3-6 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek 50/60ml za opakowanie a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 197: Zadanie 7, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z dołączoną igłą iniekcyjną 0,4x13mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 198: Zadanie 7, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą rozszerzoną do 5.5ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 199: Zadanie 7, pozycja 9-10 Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające pojedynczą kryzę ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 200: Zadanie 7, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą rozszerzoną do 22ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 201: Zadanie 7, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek 20ml za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8

44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 202: Zadanie 7, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3ml bez rozszerzenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 203: Zadanie 7, pozycja 11-15 Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez rozszerzenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 204: Zadanie 7, pozycja 14, 15 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 205: 7, pozycja 14, 15 Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o wysokim przepływie 350ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 206: Zadanie 9, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony o składzie i parametrach:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

2 x serweta samoprzylepna wzmocniona o wymiarach 75cm x 90cm,

1 x serweta samoprzylepna wzmocniona o wymiarach 180cmx180cm, z paskiem samoprzylepnym 95cm

1 x serweta samoprzylepna wzmocniona o wymiarach 150cmx240cm, z paskiem samoprzylepnym 95cm

Obłożenie wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 136 g/m2. Łata chłonna 25 x 60 cm.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Chłonność wzmocnienia 420%.

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 207: Zadanie 9, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie i parametrach:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8

44-190 Knurów

Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, z paskiem samoprzylepnym 95 cm, margines 1 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, z paskiem samoprzylepnym 95 cm, margines 1 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m². Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 188 cm H₂O. Chłonność warstwy zewnętrznej 304%.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 208: Zadanie 9, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw brzuszno-kroczy:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m². Odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O. Chłonność warstwy zewnętrznej 304%.

Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 209: Zadanie 9, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystoskopii o składzie i parametrach:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 100 cm x 150 cm

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydz. X Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł

Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8

44-190 Knurów

Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513




2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm

1 x serweta do cystoskopii samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm, umieszczonym centralnie

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego (folia PE o gramaturze 28g/m² + włóknina polipropylenowa 28g/m² – kolor niebieski) o gramaturze 56 g/m².

Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 97,2/84,6 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 87,6/85,4. Odporność na penetrację płynów 188 cm H₂O. Współczynnik pylenia < 1.3log10. Chłonność warstwy zewnętrznej 304%.



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 210: Zadanie 9, pozycja 4 - Mając na uwadze poniższe wyjaśnienia, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający odstępuje od wymogu dotyczącego posiadania przez oferowany zestaw normy AAMI PB70 Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, wymagania i metody badań dotyczące odzieży i obłożeń chirurgicznych określa najnowsza norma PN-EN 13795, w której nie został określony wymóg badania zgodnie z AAMI PB70. Norma AAMI PB70, opublikowana przez Amerykański instytut ustalający normy techniczne (ANSI), opisuje działanie bariery dla cieczy i klasyfikację odzieży ochronnej. Normy europejskie nie wymagają w/w badań dla obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok operacyjny. Istotnym pozostaje również fakt, że wyżej opisana metoda badawcza (norma) nie jest zharmonizowana z Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, a co za tym idzie, wymaganie wykonania badania wyrobu medycznego na podstawie nie zharmonizowanej z Dyrektywą normy lub norm, jest wymaganiem bezzasadnym.

Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi.

Pytanie nr 211: Zadanie 9, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny z fartuchami o składzie i parametrach:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm

1 x fartuch chirurgiczny standard, XL, długość 138 cm

1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony, XXL, długość 157 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8

44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



1 x samoprzylepna jednokomorowa kieszeń na narzędzia o wymiarach 30cm x 40cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, pasek samoprzylepny 85 cm, margines 1 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, pasek samoprzylepny 85 cm, margines 1 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 196 cm H₂O. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 287%.

Oznakowanie rozmiaru fartuchów w postaci kolorowej lamówki oraz nadruku z rozmiarówką, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Pozostałe parametry fartuchów zgodne z SWZ.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 212: Zadanie 16, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw przeznaczony do pasywnego drenażu grawitacyjnego o następujących parametrach:

- W skład zestawu wchodzi dren, worek zbiorczy oraz dwa elementy do podwieszenia zestawu
- Dren o długości 100cm z atraumatycznym otworem centralnym oraz sześcioma bocznymi otworami drenującymi, wykonany z 100% silikonu medycznego
- Worek zbiorczy wykonany z mocnej folii PCV z zastawką antyrefluksyjną oraz zaworem spustowym typu poziomego, umożliwiającym wygodne, bezkontaktowe i szybkie opróżnienie worka z zawartości
- Worek skalowany co 50ml z nadrukowanym miejscem na opis danych pacjenta
- Tylne ścianka worka biała w celu ułatwienia wizualizacji zbieranej treści
- Pasek RTG wzdłuż całego drenu, zapewniający pełną identyfikację położenia w trakcie całego okresu terapii
- Sterylny
- Podwójne opakowanie: zewnętrznie papier/folia oraz wewnętrznie folia ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.



Pytanie nr 213: Zadanie 16, pozycja 2

Czy Zamawiający wydzieli poz. 2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 214: Zadanie 16, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dreny Penrose'a wykonane z biokompatybilnego, przezroczystego silikonu o jakości implantów chirurgicznych

- Płyny odprowadzane są na zewnątrz poprzez zjawisko przesączania kapilarnego
- Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości drenu- gwarantuje możliwość dokładnej identyfikacji położenia w każdym momencie terapii
- Swobodny i pełny odpływ dzięki specjalnemu wewnętrznemu ożebrowaniu, zapobiegającemu zaginaniu drenu i zamknięciu jego światła
- Dostępny w dwóch długościach: 30 cm oraz 50cm
- Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie podwójne – opakowanie zewnętrzne: papier/folia, opakowanie wewnętrzne folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 215: Zadanie 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpydrowe, sterylne, kolor naturalnego lateksu, mankiet rolowany, mikroteksturowane na całej powierzchni zewnętrznej, długość minimalna rękawicy 278mm, grubości na palcu $0,22 \pm 0,02$ mm, dłoni $0,19 \pm 0,01$ mm, mankiecie $0,17 \pm 0,01$ mm. Polimerowane i chlorowane obustronnie. Kształt rękawicy anatomiczny. Średnia siła zrywu przed starzeniem 19N, po starzeniu 16N. Poziom białek lateksowych: max $33 \mu\text{g/g}$ - potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej, AQL: 0,65- potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Produkt zgodny z wymaganiami EN 455, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z EN 374-1,2,3. Rękawice pakowane podwójnie, opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiary: 6.0-9.0?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 216: Zadanie 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpydrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, grubość na palcu $0,17 \pm 0,01$, na dłoni $0,14 \pm 0,01$, mankiecie $0,11 \pm 0,01$, długość min 280 mm. Poziom protein poniżej $67 \mu\text{g/g}$. Siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 16N (badania wg EN 455 z jednostki niezależnej). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 6-9, opakowanie wewn. papier, zewn. foliowe

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 217: Zadanie 17, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: rękawice lateksowe, bezpydrowe, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni, grubość na

palcu $0,11 \pm 0,02$ mm, na dłoni $0,10 \pm 0,02$ mm na mankiecie $0,07 \pm 0,02$ mm, długość min 240 mm. AQL 1,0, siła zrywu min 6 N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTM F1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD – potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowanie 100 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 218: Zadanie 17, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice nitrylowe, bezpydrowe, niesterylne, chlorowane i polimerowane od wewnątrz, polimerowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 245 mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu $0,11$ mm $\pm 0,01$ mm, na dłoni $0,07 \pm 0,01$ mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 33 cytotatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 20 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100 szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 219: Zadanie 17, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z polichloroprenu, bezpydrowe, sterylne, kolor brązowy, kształt anatomiczny zapewniający prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane. Długość rękawicy min 280 mm, grubość rękawicy na palcu: $0,20 \pm 0,02$, dłoni $0,18 \pm 0,02$ mm, mankiecie $0,16 \pm 0,02$ mm. Mediana siły zrywu: min 13 N potwierdzona badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Wyrób medyczny klasy IIa i

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydz. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



środek ochrony indywidualnej kat. III (Typ A). Zgodne z wymaganiami EN 455 i ASTM D3577. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 w tym min. 4 substancje na poziomie 6, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 5 cytostatyków na min 3 poziomie). Zgodne z EN 374-1,2,3. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy

oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Termin ważności 5 lat, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma.

Rozmiar 6,5-9,0?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 220: Zadanie 17, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, rolowany brzeg mankietu, teksturowana powierzchnia dłoni i palców. Wyrób medyczny klasy Is. Grubość na palcu 0,33 -0,40mm, na dłoni 0,27 -0,35mm, na mankiecie 0,20 - 0,22mm, długość 480±10mm. Siła zrywu min 12 N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 10 µg/g- potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Zgodne z EN 455, EN 374-1,2,3 (raport z badań z jednostki niezależnej). Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane podwójnie papier-papier.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 221: Zadanie 17, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne nitylowe bezpudrowe, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, polimerowane od strony roboczej, teksturowane na końcach palców, rolowany brzeg mankietu. Mediana grubości ścianki: na palcu 0,10mm, na dłoni 0,08 mm, na mankiecie 0,06 mm, długość min 240 mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min. 7,8N, AQL 1,0 (oznaczony na opakowaniu) – potwierdzone badaniami producenta wg EN 455 nie starszym niż z 2017 r. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM D6319, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5, oraz min 10 cytostatyków na min 3 poziomie – potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min. 70% na min 2 poziomie - potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej. Dopuszczalne do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, DPG - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 200 szt?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 222: Zadanie 17, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość ścianki: na palcu $0,17 \pm 0,02$ mm, na dłoni $0,14 \pm 0,02$ mm, na mankiecie $0,10 \pm 0,02$ mm, długość min 290 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min 70% na min 2 poziomie i min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3 – potwierdzone badaniami wg EN 374-3 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 100 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 223: Zadanie 17, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimerowane od wewnątrz, polimerowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 245mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,11mm +/- 0,01mm, na dłoni 0,07 +/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 33 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 20 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100 szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 224: Zadanie 17, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki na palcu min. 0,08mm, na dłoni min. 0,06, na mankiecie min. 0,04, AQL 1.5, mediana siły zrywu min. 6,0N wg EN 455 – potwierdzone raportem producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 10 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z akredytowanego laboratorium. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydz. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie

Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8

44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Rozmiary XS-XL. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami pojedynczymi na szynę Modura. Pakowane po 250 szt. Dopuszcza się pakowane po 230 szt. dla rozmiaru X?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 225: Zadanie 19, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści kaczkę męską z rączką wykonaną z polipropylenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 226: Zadanie 19, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści kaczkę męską z rączką wykonaną z polietylenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 227: Zadanie 19, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści kaczkę męską o poj. 1200ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 228: Zadanie 19, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków ze skalą cyfrową od 5ml (co 5ml) i linearną od 1ml co 1ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 229: Zadanie 19, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści kubki j.u. przezroczyste?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 230: Zadanie 19, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści stazę automatyczną dla dorosłych o długości 450mm +/- 5mm i szerokości 25mm +/- 1mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 231: Zadanie 19, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści szczotkę chirurgiczną do wielokrotnej sterylizacji (max. 100 razy) w tej. 132°C przez 30min w autoklawie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Temp. w autoklawie musi być 134 st.

Pytanie nr 232: Zadanie 19, pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści wycenę zaciskaczy za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 233: Zadanie 19, pozycja 20-21 Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 234: Zadanie 19, pozycja 29 Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z workiem o pojemności 1750ml, drenem o długości 150cm z zaciskiem przesuwym, dren zakończony atraumatycznym otworem oraz z otworem bocznym, bez plastikowej kanki (końcówka drenu zabezpieczona zatyczką)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 235: Zadanie 19, pozycja 30 Czy Zamawiający dopuści wycenę wieszaków za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 236: Zadanie 19, pozycja 31-32 Czy Zamawiający dopuści wycenę woreczków do pobierania próbek moczu za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 237: Zadanie 19, pozycja 33 Czy Zamawiający dopuści wycenę worków za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 238: Zadanie 19, pozycja 34 Czy Zamawiający dopuści wycenę worków na wymiociny za opakowanie a'20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 239: Zadanie 19, pozycja 40 Czy Zamawiający wydzieli poz. 40 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurow.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 240: Zadanie 19, pozycja 42 - Czy Zamawiający dopuści na wezwanie próbkę w wersji niesterylnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 241: Zadanie 19, pozycja 48, 49 Czy Zamawiający dopuści pojemnik do transportu z pokrywą wciskaną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści

Pytanie nr 242: Zadanie 19, pozycja 51 Czy Zamawiający dopuści wycenę basenów za opakowanie a'120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 242: Zadanie 19, pozycja 52 Czy Zamawiający dopuści wycenę kaczek za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 243: Zadanie 19, pozycja 53 Czy Zamawiający dopuści wycenę usuwaczy ostrzy za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 244: Zadanie 19, pozycja 53 Czy Zamawiający dopuści trzonek do ostrzy ze skalą numeryczną co 1cm i linearnie co 1mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 245: Zadanie 19, pozycja 57 Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii bez lateksu zapewniające optymalną ochronę przed promieniowaniem poprzez specjalną osłonę na oczy chroniącą je przed szkodliwym działaniem światła.

Doskonale dopasowują się do każdego kształtu główki, dzięki specjalnym, regulowanym zakładkom zapinanym na rzepy. Odpowiedni kształt okularów (litera Y) uniemożliwiający ich przesuwanie się podczas fototerapii. Wykonane z miękkiego materiału, zmniejszają ryzyko podrażnienia delikatnej skóry dziecka. Dostępne w 3 rozmiarach S, M, L

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8

44-190 Knurów

Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



ROZMIAR	OBWÓD GŁOWY
S	200 – 280 mm
M	240 – 340 mm
L	300 – 400 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 246: Zadanie 20 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny wyłącznie z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty-zamknięty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 247: Zadanie 20 pozycja 2-3 Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pompy infuzyjnej wyłącznie w rozmiarach 1,5m i 2m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 248: Zadanie 20 pozycja 4 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do przetaczania z zacisk rolkowy wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 249: Zadanie 20 pozycja 6 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwia prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 250: Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 251: Zadanie 20 pozycja 6 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep na dren do podwieszenia?

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.

Pytanie nr 252: Zadanie 21 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę o długości 18,8cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 253: Zadanie 22 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych dostępny w rozmiarach CH 6 do CH 10?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 254: Zadanie 22 pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemann dostępny w rozmiarze CH8 i CH10 (bez CH6)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 255: Zadanie 25, pozycja 1 i 2 - Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności minimum 2772g wg. ISO 11948/ Rothwell?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 256: Zadanie 25, pozycja 1 i 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'30 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 257: Zadanie 25, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 258: Zadanie 25, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści pokrowiec w rozmiarze 120x70cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 259: Zadanie 28, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści kaczki z workiem o poj. 1,5l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 260: Zadanie 28, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze 25, 29 lub 32, 36?

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Odpowiedź: Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze 25,29.

Pytanie nr 261: Zadanie 28, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice nitrylowe, bezpydrowe, niesterylne, chlorowane i polimerowane od wewnątrz, polimerowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 245mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,11mm +/- 0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 33 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 20 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100 szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści

Pytanie nr 262: Zadanie 28, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 263: Zadanie 28, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne pydrowane o grubości na palcu 0,17±0,01, na dłoni 0,14±0,01?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści

Pytanie nr 263: Zadanie 28, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści rękawice na palcu 0,40mm ±0,01mm , na dłoni 0,30mm±0,01mm, na mankiecie 0,20mm±0,01mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści

Pytanie nr 264: Zadanie 28, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydż. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 265: Zadanie 28, pozycja 10 Czy Zamawiający wydzieli poz. 10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Jak Pani uważa.

Pytanie nr 266: Zadanie 28, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne bezpudrowe o grubości na palcu $0,17 \pm 0,01$, na dłoni $0,14 \pm 0,01$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści

Pytanie nr 267: Zadanie 31, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii o składzie i parametrach:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm, zintegrowana z 8 organizatorów typu rzep. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m². Odporność na penetrację płynów 197 cm H₂O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 106,5/89,9kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 97,8/95,5N.

Zestaw zawiera ponadto:

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.



Szpital w Knurowie

Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8

44-190 Knurów


Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurow.pl

Nr BDO: 000019513



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.


Pytanie nr 268: Zadanie 31, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę ochronną na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z pikowanym wkładem chłonnym 50 x 208cm $\pm 2,5$ cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Marginesy z nieprzeziernego laminatu szerokości 8,5 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu. Waga całkowita podkładu 280 g ± 5 g, chłonność 3820,18 ml, 28g/g. Pakowany w opakowania handlowe a'10 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 269: Zadanie 31, pozycja 2 - Czy Zamawiający odstąpi od parametru ISO 9073-6?

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od parametru ISO 9073-6.

Pytanie nr 270: Zadanie 31, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści poniższą jednorazową, sterylną osłonkę na uchwyty lamp chirurgicznych z kołnierzem ochronnym zapobiegający przypadkowemu dotknięciu części niesterylnych lampy, przy kołnierzu znajdują się specjalne wypustki, które zapobiegają zsuwaniu się osłonki z uchwytu, nie wymagają zastosowania adaptera. Średnica kołnierza 12,7 cm, uchwyt 3,1 cm, wysokość produktu 10,2 cm? Opakowanie folia – papier bez etykiet samoprzylepnych do dokumentacji.



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8

44-190 Knurów

Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurow.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 271: Zadanie 31, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów brzusznych o składzie i parametrach:

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm, zintegrowana z 8 organizatorów typu rzep. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m². Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N.

Zestaw zawiera ponadto:


1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

1 x samoprzylepna kieszeń jednokomorowa o wymiarach 30 cm x 40 cm

1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

Spełnia wymagania wg normy EN 13795. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 272: Zadanie 31, pozycja 5 - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Jest to certyfikat odnoszący się wyłącznie do właściwości wykonawcy, a dysponowanie przez wykonawcę tym certyfikatem w żaden sposób nie przekłada się na jakość oferowanych produktów. Spełnianie ww. normy jest bowiem zupełnie bez znaczenia dla obiektywnej możliwości zrealizowania zamówienia i dostarczenia produktów wysokiej jakości. W przedmiotowym przypadku żądanie potwierdzenia spełniania normy ISO 14001 jest całkowicie zbędne.

Żądanie potwierdzenia zgodności z normą ISO 14001 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej stanowi ograniczenie dostępu do uzyskania zamówienia, ograniczenie uczciwej

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8

44-190 Knurów

Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



konkurencji - ww. norma jest instrumentem dobrowolnym odnoszącym się do producenta, a nie do produktu.

Wnosimy o odstąpienie od ww. wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi.

Pytanie nr 273: Zadanie 31, pozycja 6-7 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków z pojemników wielodawkowych o następujących parametrach:

Łatwy w obsłudze, ergonomiczny kształt

Korpus z ABS-u (Chemo – kopolimer) z radełkowaną

powierzchnią, zapewniającą pewny chwyt

Ostry kołec biorczy o dł. 20 mm, umożliwiający szczelne i

bezpieczne połączenie z pojemnikami o różnej pojemności

Wyżłobienie kolca biorczego na dł. 10 mm, gwarantujące

całkowite opróżnienie pojemnika

Szczelna zatyczka samozatraskowa z PP zabezpieczająca

łącznik przed zanieczyszczeniem

Dostępny w wersji z filtrem bakteryjnym (powietrza) oraz w

wersji z filtrem bakteryjnym (powietrza) i cząsteczkowym

(płynu)

Filtr bakteryjny chroni przed skażeniem mikrobiologicznym

oraz przed działaniem szkodliwych aerozoli

Filtr cząsteczkowy stanowi skuteczną barierę chroniącą leki,

płyny przed zanieczyszczeniem

Łącznik luer lock żeński kompatybilny z wyrobami o

zakończeniu luer lub luer lock męski

Pozbawiony lateksu, PCV oraz ftalanów

Wyrób niepirogenny

Jednorazowego użytku

Sterylizowany tlenkiem etylenu

Pakowanie: 1 sztuka/ papier-folia]



KOLOR ZATYCZKI	FILTR POWIETRZA	FILTR PŁYNU
zielony	0,1 µm (PTFE)	-
niebieski	0,1 µm (PTFE)	5 µm (PET)

?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 274: Zadanie 31, pozycja 6-7 – Czy Zamawiający dopuści bezigłowy przyrząd do aspiracji płynów z butelek o następujących parametrach:

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydz. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



- Nie wymagają stosowania koreczków zabezpieczających
- System podzielnej silikonowej membrany
- Prosty tor przepływu
- Pasują do standardowych złączy luer oraz luer-lock
- W pełni szczelne i bezpieczne połączenie
- Pozbawione lateksu
- Do użytku przez 7 dni lub 140 aktywacji
- Odporny na działanie lipidów
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Opakowanie papier-folia



Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 275: Zadanie 38, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cesarskiego cięcia o składzie i parametrach:

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H₂O.

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta główna samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm bez folii chirurgicznej, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80 cm x 90 cm, z 2 zaworkami spustowymi


1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm z włókniny spunlace 80g/m²

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny niepiaskowana stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.



Odpowiedź: Zamawiający chce zestaw z opisem w specyfikacji.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8

44-190 Knurów

Regon: 241297217 NIP: 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 Fax. 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurow.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 276: Zadanie 38, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cesarskiego cięcia o składzie i parametrach:

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m². Odporność na penetrację płynów 197 cm H₂O.

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x Serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 215cm z otworem w kształcie trapezu o podstawach 22,5cm i 32cm i wysokości 22,5cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów z jednym zaworkiem


1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm z włókniny spunlace 80g/m²

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm z włókniny spunlace 56g/m²

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny niepiaskowana stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.



Odpowiedź: Zamawiający chce zestawu z opisem w specyfikacji.

Pytanie nr 277: Zadanie 38, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cesarskiego cięcia o składzie i parametrach:

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H₂O.

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80 cm x 90 cm z 2 zaworkami spustowymi

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm, z włókniny spunlace 80g/m²

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny niepiaskowana stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8

44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04


Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.



Odpowiedź: Zamawiający chce zestawy z opisem w specyfikacji.

Pytanie nr 278: Zadanie 37, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 279: Zadanie 37, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem o kroju prostym, zapewniającym swobodę ruchów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 280: Zadanie 37, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści fartuch ze szwami ultradźwiękowymi 3 ścieżkowymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 281: Zadanie 37, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z oznaczeniem rozmiaru w postaci kolorowej lamówki oraz nadruku z rozmiarówką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 282: Zadanie 37, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30x30cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 283: Zadanie 37, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 284: Zadanie 43, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem o następujących parametrach:

- Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV
- Nie zawiera lateksu
- Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą
- Wyposażona w dren o długości 210 cm zakończony uniwersalnymi łącznikami
- Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym
- Nebulizator o pojemności 8 ml (skalowany co 1 ml)
- Średnia wielkość wytwarzanej cząsteczki przy przepływie 6 l/min – 3,23 µm
- Jednorazowego użytku
- Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowana indywidualnie w opakowanie papier-folia ?



Odpowiedź: Zamawiający dopuści jeśli są dostępne wszystkie rozmiary, szczególnie „XL”

Pytanie nr 285: Zadanie 43, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści nebulizator w zestawie z łącznikiem typu T F/M, ustnikiem, rurką karbowaną i drenem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 286: Zadanie 46, pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści sterylizację tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 287: Zadanie 46, pozycja 3-4 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 288: Zadanie 46, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml z podziałką co 0,5ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 289: Zadanie 46, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści tęgą igłę do pobierania leków z fiolek 18G 1,2x30mm z ostrzem o szlifie ołówkowym z otworem bocznym, nie poddana procesowi elektropolerowania, lecz wykonana jest z wysokiej jakości materiałów przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje jej wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie, z nasadką w kolorze różowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 290: Zadanie 46, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści tępe igły z ostrzem ściętym pod kątem 40°?

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Odpowiedź: : Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 291: Zadanie 53 - Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: : Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 292: Zadanie 53 - Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 293: Zadanie 53 - Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny w rozmiarze S-XXL?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 294: Zadanie 57, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści gazę o powierzchni 1m²?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści jeśli gaza ma min.13 nitek.

Pytanie nr 295: Zadanie 57, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'3szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 296: Zadanie 57, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 297: Zadanie 57, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 298: Zadanie 57, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe?

Odpowiedź: : Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 299: Zadanie 57, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe?

Odpowiedź: : Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 300: Zadanie 57, pozycja 12-13 - Czy Zamawiający dopuści tufery 17 nitkowe?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 301: Zadanie 59 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Odpowiedź: : Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 302: **Zadanie 60, pozycja 18** – Prosimy o podanie wymaganej ilości sztuk w opakowaniu (brak tej informacji w opisie przedmiotu zamówienia).

Odpowiedź: Opakowanie 50 sztuk.

Pytanie nr 303: **Zadanie 60 pozycja 18** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt z ewentualnym przeliczeniem podanych ilości w zależności od oczekiwanej ilości w opakowaniu.

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 304: **Zadanie 60, pozycja 20** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek wykonany z włókniny poliestrowo-wiskozowej?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 305: **Zadanie 60, pozycja 20** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7x7,1cm?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 306: **Zadanie 60, pozycja 25** - Czy Zamawiający dopuści wycenę 1 opakowania zawierającego 36 szt. Bandaży kohezyjnych?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 307: **Zadanie 60, pozycja 25** - Czy Zamawiający dopuści bandaż kohezyjne w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 308: **Zadanie 60, pozycja 27** - Czy Zamawiający dopuści przylepiec jedwabny w rozmiarze 5cm x 9,14m?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści

Pytanie nr 309: **Zadanie 60, pozycja 27** - Czy Zamawiający dopuści przylepiec tkaninowy z opatrunkiem w rozmiarze 8cm x 5m?

Odpowiedź: : Zamawiający nie dopuści. Opis dotyczy plastra jedwabnego.

Pytanie nr 310: **Zadanie 61, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści opakowanie 2x500szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie

Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8

44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 311: Zadanie 61, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści dozownik nie będący wyrobem medycznym, oraz nie posiadający świadectwa PZH?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 312: Zadanie 62, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający w przypadku wezwania do dostarczenia próbek wyrazi zgodę na dostarczenie próbek w wersji niesterylnej?

Odpowiedź: : Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 313: Zadanie 62, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści nożyczki metalowe ostro tępe z tolerancją rozmiaru +/- 1cm?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 314: Zadanie 62, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści kleszczyki plastikowe z tolerancją rozmiaru +/- 1cm?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 315: Zadanie 62, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z miską nerkową o poj. 800ml zamiast 700 ml?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 316: Zadanie 62, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający tufery i kompresy w ilości 10 szt?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 317: 62, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie?

3 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm

1 x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm

1 x Igła iniekcyjna (0,5 x 25)

1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przyklepnym o śr. 7cm

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa

1 x Strzykawka 3-częściowa 2ml Luer

1 x Strzykawka 3-częściowa 5ml Luer

1 x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5 x 13 x 3,5cm przezroczysty

1 x Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

3 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 30cm x 30cm

1 x Taśma chirurgiczna 10cm x 50cm włókninowa, przylepna?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 318: Zadanie 73, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści resuscytator silikonowy o następujących parametrach:

Resuscytator silikonowy wielorazowy, w skład zestawu wchodzi:

- resuscytator silikonowy
- maska anestetyczna silikonowa
- rezerwuar tlenu
- przewód tlenowy
- walizka transportowa
- Worek samorozprężalny w kolorze białym
- Ergonomiczny kształt oraz porowata powierzchnia worka umożliwiającą pewny chwyt
- Konstrukcja umożliwiającą zmniejszenie rozmiaru podczas przechowywania/transportu
- Zastawki wykonane z silikonu
- Wszystkie modele wyposażone w zawór ograniczający ciśnienie wykonany z wytrzymałego poliwęglanu
- **Maska anestetyczna z otwartym mankietem wykonana w całości z biokompatybilnego silikonu**
- Przezroczyste sklepienie maski pozwala na ciągłą obserwację stanu pacjenta
- **Rezerwuar tlenu wykonany z EVA i PP o pojemności 1600 ml dla rozmiarów pediatrycznych, 2000 ml dla dorosłych**
- Dren tlenowy o długości 210 cm wzmocniony paskami wzdłużnymi na całej długości, odporny na zagięcia
- Wystandardyzowane złącze pacjenta 15F/22M
- **wielorazowego użytku – worek, maska (możliwość sterylizacji w autoklawie przez 5 minut w temperaturze do 134°C lub 15 minut w 121°C)**
- jednorazowego użytku – rezerwuar tlenu, dren tlenowy
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Wielorazowego użytku
- Niesterylne
- Termin ważności: 3 lata
- Pakowanie: 1 sztuka/walizka transportowa HDPE



Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8

44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18**Tel.** 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04**Sekretariat** 032/331-93-34**E-mail:** sekretariat@szpitalknurów.pl**Nr BDO:** 000019513

	Noworodek / Niemowlę (Neonate / Infant)	Dziecko (Child)	Dorosły (Adult)
Masa ciała	≤10 kg	10 kg ~ 33 kg	>33 kg
Rozmiar maski *	1	2	5
Objętość wyrzutowa	≥20 ml	≥150 ml	≥600 ml
Objętość resuscytatora	340 ± 100 ml	500 ± 200 ml	1600 ± 200 ml

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 319: ZADANIE NR 53 1. Poz. nr 8, 11 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych kompresów gazowych wykonanych z gazy 17nitkowej 12warstwowej?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 320: ZADANIE NR 53 Poz. nr 8, 10, 11 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych kompresów gazowych sterylizowanych tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 321 ZADANIE NR 53 Poz. nr 13 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów twardych typu fasolka w rozmiarze po rozłożeniu 12cm x 12cm?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 322 ZADANIE NR 54 1. Poz. nr 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej w rozmiarze 5mx10cm, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 323 ZADANIE NR 54 Poz. nr 5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej w rozmiarze 5mx15cm, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 324 ZADANIE NR 54 Poz. nr 6, 7, 8 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej o czasie wiązania 2 – 3,5 min.?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydź. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 325 ZADANIE NR 58 1. Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opisanego opatrunku w rozmiarze 9cmx15cm?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 326 ZADANIE NR 58 Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opisanego opatrunku w rozmiarze 6cmx7cm?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 327 ZADANIE NR 58 Poz. nr 9, 10 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski o rozciągliwości 160%, która zgodnie z nowymi wymogami rozporządzenia MDR i klasyfikacją jako wyrób medyczny klasy I niesterylny, nie posiadającej możliwości sterylizacji przez użytkownika? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 328 ZADANIE NR 59 1. Poz. 1, 2, 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania portu, wchodzącego w skład zestawu, który jest wykonany z miękkiego i elastycznego poliwinylu (PCV) zamiast z silikonu? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: : Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 329 ZADANIE NR 59 Poz. nr 4, 5 – Zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez FDA według których, wszystkie komponenty systemów do terapii podciśnieniowej mające pośredni i bezpośredni kontakt z tkankami powinny być sterylne, oraz ze względu na bezpieczeństwo zdrowia i życia pacjenta poddawanego terapii podciśnieniowej, gdzie aplikacja opatrunków i zbiorników odbywa się w jałowym środowisku sali operacyjnej lub zabiegowej, czy Zamawiający wymaga zaoferowania sterylnych zbiorników na wydzielinę?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 330 ZADANIE NR 62 1. Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie i parametrach: - 4 x tufery gazowe, wielkości śliwki - 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm - 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm - 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml - 1 x igła iniekcyjna 21 G x 1 1/2 (0,8 x 40 mm) - 1 x igła iniekcyjna 18 G x 1 1/2 (1,2 x 40 mm) - 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm – zakrzywiony- zapakowany - 1 x samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 10 cm x 15 cm - 6 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 x igłotrzymacz 14 cm - 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm - 1 x serweta włókninowa, dwuczęściowa (składa się z 2 oddzielnych serwet) z regulacją wielkości otworu, w rozmiarze 45 cm x 75 cm, otwór przylepny

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku



Szpital w Knurowie Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Opakowanie: Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.
2. Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie i parametrach: - 1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm - 1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną - 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm - 1 x strzykawka typu Luer Lock, 5 ml (zapakowana) - 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana) - 1 x igła 0,7 x 30 mm, 22G x 1 1/4, czarna (zapakowana) - 6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki - 1 x opatrunek samoprzylepny pooperacyjny, 7,2 x 5 cm Opakowanie: Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zestawów opisanych w specyfikacji.

Pytanie nr 331 Część nr 40, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści prostokątne myjki do mycia ciała nasączone żelem myjącym o neutralnym pH (5,5) aktywowanym poprzez zwilżenie wodą, wykonane w całości z włókien poliestrowych, w rozmiarze 12 x 20 x 0,5 cm, o gramaturze 100g/m2, jednorazowego użytku, pozbawione lateksu, pakowane w opakowanie foliowe z nadrukowaną graficzną instrukcją użytkowania oraz skład, opakowanie jednostkowej 24 sztuki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści gąbek o wymiarach mniejszych niż 20x24x0,7cm.

Pytanie nr 332 Część nr 40, pozycja 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „żel posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na minimum 30 zdrowych dermatologicznie osobach i informacja o hypoalergicznosci na opakowaniu”?

Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi.

Pytanie nr 333 Część nr 41, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z dodatkową rurą o długości 120 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 334 Część nr 41, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o wadze ok. 140g bez akcesoriów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 335 Część nr 41, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści łyżki z zabudowanym światłowodem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**



Szpital w Knurowie

Spółka z o.o.

Adres:

ul. Niepodległości 8
44-190 Knurów

Regon: 241297217 **NIP:** 969-155-41-18

Tel. 032/331-92-00 **Fax.** 032/331-93-04

Sekretariat 032/331-93-34

E-mail: sekretariat@szpitalknurów.pl

Nr BDO: 000019513



Pytanie nr 336 Część nr 43, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści maski z otworami po bokach bez nakładek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 337 Część nr 45, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów bursztynowy o parametrach:

- Dodatkowy, niezależny regulator przepływu z możliwością ustalenie dokładnego przepływu w zakresie 5-250ml/h
- Ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną klapką
- Dodatkowy port do iniekcji w kształcie Y
- Elastyczna komora kroplowa o długości ok. 6cm w części przezroczystej
- Kropłomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml
- Filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15µm
- Uniwersalne zakończenie drenu luer-lock (nieobrotowe)
- Miękki elastyczny dren o długości 180cm
- Pozbawiony w całości DEHP oraz lateksu
- Sterylny, opakowanie papier/folia

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 338 Część nr 73, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści resuscytator z jedną maską w komplecie oraz 2 dołączonymi osobno?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 339 Część nr 73, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści resuscytator silikonowy dla dorosłych o objętości 1650ml, z rezerwuarem tlenu o pojemności 2000ml, z maską silikonową z otwartym mankietem, resuscytator wielorazowego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie (z wyjątkiem rezerwuaru tlenu oraz drenu tlenowego), pakowany w plastikową walizeczkę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wyd. X
Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 11 250.000,00 zł



**szpital
promujący
zdrowie**

szpital przyjazny
dziecku

