

Numer postępowania: ZP-271-42/22

Kraków, dnia 22.09.2022 r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Dostawa akceleratora medycznego"**.

Zamawiający, **Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 w zw. z ust.5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 1

SWZ oraz Załącznik nr 3 do SWZ, par.2, ust. 1

Ze względu na fakt, iż w trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że wymagane jest odpowiednie podcięcie ściany tylnej bunkra (za akceleratorem) w celu umożliwienia instalacji nowego akceleratora z zachowaniem obecnego izocentrum, Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że prace adaptacyjne w bunkrze zostaną przeprowadzone przez Zamawiającego oraz że nie są one objęte niniejszym postępowaniem i nie należą do obowiązków Wykonawcy.

### Odpowiedź:

**Tak, Zamawiający potwierdza.**

### Pytanie nr 2

SWZ oraz Załącznik nr 3 do SWZ, par.2, ust. 1

Ze względu na fakt, iż w trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że wymagane jest odpowiednie zabezpieczenie bunkra, w szczególności podwieszanego sufitu, na czas demontażu starego akceleratora oraz montażu nowego akceleratora, Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że odpowiednie prace zabezpieczające oraz odtworzeniowe, w tym ponowny montaż podwieszanego sufitu oraz ostateczne malowanie ścian bunkra, zostaną przeprowadzone przez Zamawiającego po zainstalowaniu akceleratora oraz że nie jest to w zakresie niniejszego postępowania i nie należy do obowiązków Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 3**

SWZ oraz Załącznik nr 3 do SWZ, par.2, ust. 1

Ze względu na fakt, iż w trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że wymagane jest odpowiednie przygotowanie wnęki w sterowni akceleratora w celu umożliwienia instalacji konsoli sterującej akceleratorem, Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że w prace adaptacyjne w sterowni akceleratora zostaną przeprowadzone przez Zamawiającego oraz że nie są one objęte niniejszym postępowaniem i nie należą do obowiązków Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 4**

SWZ oraz Załącznik nr 3 do SWZ, par.2, ust. 1

Ze względu na fakt, iż w trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że wymagane jest zdemontowanie przycisków sterujących drzwiami wejściowymi do bunkra oraz odpowiednie powiększenie otworu tych drzwi na czas wprowadzania oferowanego akceleratora do bunkra, Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że niezbędne prace przygotowawcze oraz odtworzeniowe w powyższym zakresie umożliwiające wprowadzenie akceleratora do bunkra zostaną przeprowadzone przez Zamawiającego oraz że nie są one objęte niniejszym postępowaniem i nie należą do obowiązków Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 5**

SWZ oraz Załącznik nr 3 do SWZ, par.2, ust. 1

Ze względu na fakt, iż w trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że wymagane jest powiększenie otworu drzwi na korytarzu w obrębie drogi transportowej akceleratora, Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że niezbędne prace przygotowawcze oraz odtworzeniowe w powyższym zakresie umożliwiające transport akceleratora do bunkra zostaną przeprowadzone przez Zamawiającego oraz że nie są one objęte niniejszym postępowaniem i nie należą do obowiązków Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 6**

SWZ oraz Załącznik nr 3 do SWZ, par.2, ust. 1

Ze względu na fakt, iż w trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że wymagane jest zdemontowanie barierki na rampie rozładunkowej w obrębie drogi transportowej akceleratora, Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że niezbędne prace przygotowawcze oraz odtworzeniowe w powyższym zakresie umożliwiające transport akceleratora do bunkra zostaną przeprowadzone przez Zamawiającego oraz że nie są one objęte niniejszym postępowaniem i nie należą do obowiązków Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie nr 7**

SWZ oraz Załącznik nr 3 do SWZ, par.2, ust. 1

Ze względu na fakt, iż w trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że wymagane jest przygotowanie zgodnie z wymogami producenta oferowanego akceleratora pomieszczenia technicznego, w którym ma być zainstalowany modulator, Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że niezbędne prace adaptacyjne w powyższym zakresie zostaną przeprowadzone przez Zamawiającego oraz że nie są one objęte niniejszym postępowaniem i nie należą do obowiązków Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający potwierdza.**

Udzielone wyjaśnienia są obowiązujące.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.