

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **32/32PN/2022**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 23

Pakiet nr 36

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:
 - Okularki jednoczęściowe
 - Wykonane z miękkiego materiału pokrytego delikatną, silikonową warstwą adhezyjną.
 - Użyty materiał blokuje 99,95% światła widzialnego i UV (potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej);
 - Bez dodatku lateksu i kleju.
 - Hypoalergiczne.
 - Kontakt z okiem wyłącznie poprzez czystą, 100% bawełnę, bez dodatku barwników.
 - Sposób założenia i zdjęcia okularków odbywa się bezboleśnie i dotyczy wyłącznie okolic oczu, bez konieczności podnoszenia główki, zmiany pozycji noworodka
 - Założenie nie wymaga stosowania rzepów i opasek wokół głowy pacjenta.
 - Przeznaczone dla jednego pacjenta, do wielokrotnego użytku.
 - Dołączony plastikowy arkusz umożliwia higieniczne przechowywanie okularków podczas przerwy w fototerapii;
 - Bezbolesne zdejmowanie.
 - Do wyboru trzy rozmiary, w zależności od wagi (≤ 900 g, < 1000 g i > 1000 g) i wielkości główki noworodka.




Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza z zachowaniem rozmiarów zgodnych z SWZ.

2. Czy Zamawiający będzie wymagał aby ubieranie, ściąganie lub wymiana okularków nie wymuszały konieczności rozłączania, przemieszczania lub zdejmowania urządzeń podłączonych do twarzy noworodka oraz zmiany pozycji noworodka ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga.

Pakiet nr 46

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:
- Owijka termiczna Neo-Flexi
 - Owijka z regulacją temperatury dla niemowląt
 - Produkt niesterylny o rozmiarze 60cmx60cm
 - Mikrobiologicznie czyste
 - Wykonana jest z termoplastycznego poliuretanu (TPU)
 - Folia TPU przeznaczona jest do owijania noworodków, aby zachować ciepło jego ciała
 - Produkt jednorazowego użytku
 - Rozmiar uniwersalny
 - Wyrób medyczny
- Poniżej sposób użycia:



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.

W imieniu Zamawiającego