

UNIwersYTECKI DzieciĘCY SzPITAL KLINICZNY
im. L. Zamenhofs w Białymstoku

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17, tel. (85)7450595

Białystok, 18.11.2024 r.

**Wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego**

PN - 65/24/10/1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym PN – 65/24/10 na dostawę łóżek pediatrycznych do intensywnej opieki z zintegrowanym systemem ważenia.

Zamawiający, **Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku**, działając na podstawie art. 284 ust. 1 - 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść pytań:

Dotyczy: pakiet nr 1 - Łóżeczko pediatryczne do intensywnej opieki z zintegrowanym systemem ważenia – 2 szt.

1. Odnośnie zapisów SWZ w pkt. 4 – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA prosimy o wyrażenie zgody na wykonanie zamówienia w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania / zawarcia umowy. Pod koniec zbliżającego się roku producenci sprzętu medycznego mają wydłużone terminy dostaw ze względu na obciążenie produkcyjne. Proponowany termin wykonania zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Ponadto Zamawiający wyznaczył termin składania ofert/wniosek na dzień 21.11.2024 r., jednocześnie określając „na sztywno” termin wykonania zamówienia do dnia 15.12.2024 r., co w tym wypadku uniemożliwia złożenie oferty ze względu na to, że opisane w przedmiocie zamówienia produkty są zaawansowane technologicznie, mogą posiadać różne konfiguracje wykonania oraz opcje wyposażenia i muszą zostać dopiero wyprodukowane, ani producent, ani autoryzowany dystrybutor nie mają możliwość posiadania ich w magazynie.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź: Termin realizacji do dnia 15.12.2024r.

2. Odnośnie zapisów SWZ w pkt. 24 – WZÓR UMOWY prosimy w §5 pkt. 1 ppkt. a) o wyrażenie zgody na zmniejszenie kar umownych z 5% do 0,1% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

3. Odnośnie zapisów SWZ w pkt. 24 – WZÓR UMOWY prosimy w §5 pkt. 1 ppkt. b) o wyrażenie zgody na

zmniejszenie kar umownych z 5% do 0,1% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy lub woli.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: zapisów SWZ - pakiet nr 2 – Łóżko pediatryczne do intensywnej opieki z zintegrowanym systemem ważenia – 2 szt.

4. Odnośnie zapisów SWZ w rodz. I, pkt. 4 – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA prosimy o wyrażenie zgody na wykonanie zamówienia w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania / zawarcia umowy. Pod koniec zbliżającego się roku producenci sprzętu medycznego mają wydłużone terminy dostaw ze względu na obłożenie produkcyjne. Proponowany termin wykonania zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy.

Ponadto Zamawiający wyznaczył termin składania ofert/wniosków na dzień 21.11.2024 r., jednocześnie określając „na sztywno” termin wykonania zamówienia do dnia 15.12.2024 r., co w tym wypadku uniemożliwia złożenie oferty ze względu na to, że opisane w przedmiocie zamówienia produkty są zaawansowane technologicznie, mogą posiadać różne konfiguracje wykonania oraz opcje wyposażenia i muszą zostać dopiero wyprodukowane, ani producent, ani autoryzowany dystrybutor nie mają możliwość posiadania ich w magazynie.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź: Termin realizacji do dnia 15.12.2024r.

5. Odnośnie zapisów SWZ w pkt. 24 – WZÓR UMOWY prosimy w §5 pkt. 1 ppkt. a) o wyrażenie zgody na zmniejszenie kar umownych z 5% do 0,1% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

6. Odnośnie zapisów SWZ w pkt. 24 – WZÓR UMOWY prosimy w §5 pkt. 1 ppkt. b) o wyrażenie zgody na zmniejszenie kar umownych z 5% do 0,1% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy lub woli.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia - pakiet nr 2 – Łóżko pediatryczne do intensywnej opieki z zintegrowanym systemem ważenia – 2 szt.

7. Prosimy (w pkt. 2) o rezygnację z wymogu „...lakier zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważny potwierdzający, że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych...”.

Norma EN ISO 10993 dotyczy określenia wpływu wyrobów medycznych na tkanki, co nie ma odniesienia do łóżka szpitalnego, jak również w/w norma EN ISO 10993-5:2009 opisuje Biologiczną ocenę wyrobów medycznych – Część 5: Badania cytotoksyczności in vitro.

Oferowane przez nas łóżka będą posiadały powłokę epoksydowo – poliestrową z użyciem antybakteryjnego lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów (powłoka antybakteryjna przetestowana zgodnie z normą ISO 22196:2011). Łóżka są także wyprodukowane zgodnie z wymogami normy EN ISO 10993-1:2009 - Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 1, która ma na celu ochronę ludzi przed potencjalnymi ryzykami biologicznymi wynikającymi z używania wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

8. Czy (w pkt. 3) Zamawiający przyzna osobno 1 pkt. za układ elektryczny spełniający wymagania IPX6 i osobny 1 pkt. za łóżko przystosowane do mycia w myjni automatycznej?_____

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

9. Prosimy (w pkt. 3) o określenie wszystkich parametrów technologicznych przewidywanej procedury mycia automatycznego. Prosimy o podanie modelu urządzenia, parametrów cyklu, wykorzystywanych płynów, temperatur, procedury osuszania i długości trwania pełnego cyklu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

10. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka o długości zewnętrznej łóżka 2220 mm (+/- 10 mm)? Oferowana długość różni się minimalnie od wymaganej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

11. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka o szerokości zewnętrznej łóżka 1010 mm (+/- 10 mm)? Oferowana szerokość różni się minimalnie od wymaganej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

12. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leża o wymiarach 2000 x 830 mm (przy zastosowaniu materaca o wymiarach 2000 x 850 mm)? Oferowane wymiary są standardowe dla łóżek, ponadto w łóżku to wymiary materaca są kluczowym elementem, jeśli chodzi o przestrzeń dla pacjenta, ponieważ pacjent zawsze będzie leżał bezpośrednio na materacu, a nie na leżu. Leże łóżka zazwyczaj składa się z kilku segmentów oraz przestrzeni konstrukcyjnych pomiędzy tymi segmentami, dlatego wymiary leża nie będą adekwatne do faktycznych wymiarów leża.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

13. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego przedłużenie leża 20 cm za pomocą dźwigni zwalniającej umieszczonej od strony nóg pod szczytem łóżka?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

14. Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krządków jednoosiowych w części wezgłowia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

15. Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego po bokach leża w okolicy głowy, lędźwiowej i ud stalowe listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego wyposażone w przesuwne, tworzywowe haczyki z możliwością dowolnego zawieszania wyposażenia - płynnie - na różnej odległości, adekwatnie do wzrostu leżącego pacjenta i montowanego wyposażenia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

16. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego szczyty wyjmowane z ramy leża z możliwością blokady na czas transportu za pomocą jednego mechanizmu (dźwigni) dostępnego pośrodku w dolnej części szczytu, wykonane z tworzywa sztucznego łatwego w dezynfekcji, odpornego na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie z wyprofilowanymi uchwytyami do przetaczania, możliwość wyboru koloru wklejki (ok. 100 kolorów z palety producenta)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

17. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez listwy do montażu wyposażenia pod szczytem łóżka od strony głowy i nóg?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

18. Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wszystkie segmenty wypełnione płytami HPL (łatwo odejmowanymi w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia, bez konieczności użycia narzędzi), segment oparcia pleców wraz z tunelem na kasety RTG oraz z możliwością szybkiego poziomowania – CPR, wszystkie segmenty leża przystosowane do montażu pasów unieruchamiających pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

19. Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację wysokości

w zakresie od 500 mm do 900 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

20. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację segmentu oparcia pleców 0 – 65° (+/- 5°)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

21. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację segmentu uda 0 – 47° (+/- 2°)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

22. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację pozycji Trendelenburga 0 – 18° (+/- 2°)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

23. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację pozycji anty-Trendelenburga 0 – 18° (+/- 2°)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

24. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację przechyłów bocznych leża 20° (+/- 2°)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

25. Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego 4 ograniczniki materaca (2 zlokalizowane od strony głowy oraz 2 zlokalizowane od strony nóg)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

26. Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego pilota przewodowego z możliwością regulacji segmentu oparcia pleców, regulacja segmentu uda, regulacja wysokości leża, regulacja funkcji autokontur, przycisk oświetlenia nocnego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

27. Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego panel sterujący dla personelu medycznego zintegrowany ze szczytem łóżka od strony nóg pacjenta posiadający dotykowy ekran LCD służący do zarządzania wszystkimi funkcjami elektrycznymi łóżka oraz do zarządzania systemem pomiaru masy ciała pacjenta, z możliwością regulacji segmentu oparcia pleców, regulacji segmentu uda, regulacji wysokości leża, regulacji funkcji autokontur, regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, regulacji przechyłów bocznych; zaprogramowane funkcje (dostępne za pomocą jednego przycisku): pozycja egzaminacyjna / do badań, pozycja kardiologiczna; panel wyposażony w dedykowany przycisk CPR (pozycja reanimacyjna) działający z podwójną prędkością w odróżnieniu od pozostałych zaprogramowanych pozycji - funkcja CPR dostępna w szybki sposób, bez konieczności odblokowywania i aktywacji?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

28. Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego sterowanie elektrycznymi funkcjami wbudowane w barierki boczne dla personelu od strony zewnętrznej oraz dla pacjenta od strony wewnętrznej - po obu stronach łóżka; panele wyposażone w przyciski bezpieczeństwa aktywujące w sposób świadomy funkcje sterowania umożliwiające czytelne zastosowanie funkcji regulacji segmentu oparcia pleców, regulacji segmentu uda, regulacji wysokości leża - diody LED informujące o zablokowanej funkcji; możliwość zaprogramowania najczęściej używanej pozycji segmentów leża, po zaprogramowaniu pozycja dostępna za pomocą jednego przycisku (od strony zewnętrznej i wewnętrznej); panele posiadające diody LED informujące o najniższym położeniu łóżka (od strony zewnętrznej i wewnętrznej); panele posiadające przycisk oświetlenia nocnego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

29. Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zasilanie elektryczne 230V, 50-60Hz?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

30. Czy (w pkt. 28) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wysuwaną półkę na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli bez konieczności umieszczania w niej panelu centralnego ze względu na to, że w oferowanym łóżku panel centralny będzie wbudowany w szczyt łóżka od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

31. Czy (w pkt. 30) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego koła podwójne o średnicy 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym, dźwignia hamulca dostępna od strony nóg pacjenta na całej szerokości podstawy (łatwy dostęp z trzech stron np. w windzie) oraz dodatkowo dwie dźwignie hamulca centralnego dostępne przy kołach od strony głowy pacjenta (lewa i prawa strona łóżka), sygnalizacja dźwiękowa informująca o zwolnionej blokadzie kół?


Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

32. Czy (w pkt. 31) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wbudowany system pomiaru wagi pacjenta spełniający wymogi europejskiej dyrektywy w sprawie wag nieautomatycznych 2014/31/UE oraz normy EN 45501, sterowanie wagi na panelu z dotykowym ekranem LCD zintegrowanym ze szczytem łóżka od strony nóg pacjenta (panel posiadający możliwość ustawienia kąta nachylenia w celu zwiększenia komfortu pracy personelu); system pomiaru masy pacjenta posiadający następujące funkcje:

- automatyczne tarowanie
- funkcja resetowania / zerowania wagi w celu szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych
- funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy netto pacjenta
- wybieranie dokładności ważenia 100g / 500g
- zakres ważenia 0,1 kg - 250 kg
- przechodzenie wagi w tryb czuwania z dalszym pomiarem masy pacjenta „w tle”
- alarm wyjścia pacjenta z łóżka z możliwością jego aktywacji lub dezaktywacji przez personel medyczny, możliwość ustawienia czasu, po którym aktywuje się alarm w zakresie 1 sekunda - 60 min
- system pomiaru masy ciała pacjenta i jego parametry z dostępem tylko dla personelu medycznego zabezpieczony immobilizerem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

33. Czy (w pkt. 32) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażone w wieszak kroplówki wykonany ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości oraz 4 haczykami, wyprofilowany w sposób umożliwiający korzystanie z wieszaka przy panelach i kolumnach ściennych?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

34. Prosimy (w pkt. 33) o wyrażenie zgody na możliwość posiadania wpisu, zgłoszenia lub powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wytwórca i autoryzowany przedstawiciel dokonują zgłoszenia wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, natomiast dystrybutor i importer, którzy wprowadzili na terytorium Polski wyrób przeznaczony do używania, powiadamiają o tym Prezesa Urzędu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**KIEROWNIEC
Szekcji Zamówień Publicznych**

[Signature]
mgr Iwona Kisi