

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku**  
Numer referencyjny: **ZP.3311.49-15.2024**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. **Pytanie:** „Pakiet 1, pozycja 1-4. Czy Zamawiający dopuści strzykawki z 10% rozszerzeniem skali nominalnej?”  
**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o podanym parametrze.
2. **Pytanie:** „Pakiet 1, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml w opak. a'50 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?”  
**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia wymaganych ilości.
3. **Pytanie:** „Pakiet 1, pozycja 7. Czy Zamawiający dopuści strzykawki tuberkulinowe z dopakowaną igłą 0,45x13mm?”  
**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o podanym parametrze.
4. **Pytanie:** „Pakiet 1, pozycja 9. Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie wielkości opakowania.”  
**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga 192 opakowań, po 25 sztuk w opakowaniu.
5. **Pytanie:** „Pakiet 1, pozycja 9. Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp w opak. a'25 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?”  
**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia wymaganych ilości.
6. **Pytanie:** „Pakiet 1, pozycja 9. Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp w opak. a'60 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości?”  
**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia wymaganych ilości.
7. **Pytanie:** „Pakiet 2, pozycja 1. Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.”  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.
8. **Pytanie:** „Pakiet 2, pozycja 1. Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.”  
**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania produktu o podanym parametrze.

9. **Pytanie:** „Pakiet 2, pozycja 1. Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania produktu o podanym parametrze.

10. **Pytanie:** „Pakiet 2, pozycja 1. Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z standardowym ostrym kolcem ściętym ołówkowo czteropłaszczyznowo?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

11. **Pytanie:** „Pakiet 2, pozycja 1. Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do przetaczania krwi i preparatów krwi z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (czerwoną) klapką w opakowaniu papier-folia z czerwonym kodem identyfikującym rodzaj przyrządu?”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania produktu o podanym parametrze.

12. **Pytanie:** „Pakiet 2, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę aparatów do przetaczania krwi za opakowanie a’250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

13. **Pytanie:** „Pakiet 3, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji – przeźroczysty kolec o powierzchni satynowanej (matowej) uniemożliwiającej wysuwanie się z butelki, ze zintegrowanym filtrem powietrza o wysokiej skuteczności VFE i BFE, samozamykającym się korkiem, komora kroplowa elastyczna o długości 6cm zaopatrzona w skrzydełka dociskowe ułatwiające wklucie w pojemniki z płynami, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej oraz miejscem do podwieszenia drenu, filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekami płynu z drenu podczas jego wypełniania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu, łącznik obrotowy na końcu drenu, dren o długości min. 180 cm, bez opaski stabilizującej. Nie zawierający lateksu i ftalanów, niepirogenny. Opakowanie papier-folia z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

14. **Pytanie:** „Pakiet 3, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji z portem bezigłowym – przeźroczysty kolec o powierzchni satynowanej (matowej) uniemożliwiającej wysuwanie się z butelki, ze zintegrowanym filtrem powietrza o wysokiej skuteczności VFE i BFE, przeciwbakteryjnym, samozamykającym się korkiem, komora kroplowa elastyczna o długości 6cm zaopatrzona w skrzydełka dociskowe ułatwiające wklucie w pojemniki z płynami, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej oraz miejscem do podwieszenia drenu, filtr hydrofobowy 8 µm na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekami płynu z drenu podczas jego wypełniania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu. Dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków w odległości ok. 30 cm od końca drenu. Bez opaski stabilizującej. Aparat nie zawierający lateksu i ftalanów, niepirogenny. Opakowanie papier-folia z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

15. **Pytanie:** „Pakiet 3, pozycja 1-2. Czy Zamawiający dopuści wycenę przyrządu za opakowanie a’10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

16. **Pytanie:** „Pakiet 3, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów typ IS z długą, elastyczną komorą kroplową o długości 60 mm ( 5,5 cm w części przeźroczystej), nie zawierający ftalanów, komora z medycznego PVC (bez ftalanów), igła biorcza ścięta czteropłaszczyznowo dwukanałowa, wyposażona w szczelny, zamykany zapowietrznik-hydrofobowy filtr powietrza, filtr płynu o średnicy oczek 15 um, dren o długości 150cm, posiadający zacisk rolkowy z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni podczas przerwy w infuzji oraz dodatkowym miejscem do umieszczenia igły biorczej po użyciu, sterylizowany EO, bez opaski stabilizującej, opakowanie przyrządu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu. Brak ftalanów potwierdzony informacją na opakowaniu jednostkowym?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

17. **Pytanie:** „Pakiet 3, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści wycenę przyrządu za opakowanie a’250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

18. **Pytanie:** „Pakiet 3, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów typ IS z długą, elastyczną komorą kropłową o długości 60 mm ( 5,5 cm w części przezroczystej), nie zawierający ftalanów, komora z medycznego PVC (bez ftalanów), igła biorcza ścięta czteropłaszczyznowo dwukanałowa, wyposażona w szczelny, zamykany zapowietrznik-hydrofobowy filtr powietrza, filtr płynu o średnicy oczek 15 um, dren o długości 150cm, posiadający precyzyjny regulator przepływu ( regulacja od 5 do 250 ml/h (granatowe cyfry na białym tle) dla lepkości poniżej 10% oraz regulacja od 5 do 200 ml/h (białe cyfry na granatowym tle) dla lepkości 10%-40%) z możliwością całkowitego zamknięcia (OFF) i otwarcia (ON)) przepływu zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni podczas przerwy w infuzji oraz dodatkowym miejscem do umieszczenia igły biorczej po użyciu, uniwersalne zakończenie luer-lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu sterylizowany EO, bez opaski stabilizującej, opakowanie przyrządu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu. Brak ftalanów potwierdzony informacją na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

19. **Pytanie:** „Pakiet 3, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści wycenę przyrządu za opakowanie a’25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

20. **Pytanie:** „Pakiet 6, Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści opaski o długości 17cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie produktu o podanym parametrze.

21. **Pytanie:** „Pakiet 6, Pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści białe, nieprzezroczyste opaski o długości 25cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie produktu o podanym parametrze.

22. **Pytanie:** „Pakiet 6, Pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści sterylny zaciskacz?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie produktu o podanym parametrze.

23. **Pytanie:** „Pakiet 6, Pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylny?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie produktu o podanym parametrze

24. **Pytanie:** „Pakiet 6, Pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści zestaw niesterylny?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

25. **Pytanie:** „Pakiet 6, Pozycja 9. Czy Zamawiający dopuści woreczki do pobierania moczu z rozróżnieniem płci tj. inne dla dziewczynek i chłopców?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie produktu o podanym parametrze

26. **Pytanie:** „Pakiet 6, Pozycja 9. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, pod odpowiednim przeliczeniu wymaganych ilości.

27. **Pytanie:** „Pakiet 6, Pozycja 10. Czy Zamawiający dopuści termometr bez etui?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

28. **Pytanie:** „Pakiet 6, Pozycja 11. Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek za opakowanie a’144 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia wymaganych ilości i zaokrąglenia do pełnych opakowań w górę.

29. **Pytanie:** „Pakiet 6, Pozycja 12. Czy Zamawiający dopuści osłonę 11/25 x 1000mm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

30. **Pytanie:** „Pakiet 6, Pozycja 13. Czy Zamawiający dopuści wycenę wieszaków za opak. a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, po odpowiednim przeliczeniu wymaganych ilości.

31. **Pytanie:** „Pakiet 6, Pozycja 15. Czy Zamawiający dopuści wycenę wzierników za opak. a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, po odpowiednim przeliczeniu wymaganych ilości.

32. **Pytanie:** „Pakiet 7, Pozycja 13-20. Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania wyposażone w dwa otwory boczne naprzemianległe i jeden otwór centralny?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o podanym parametrze.

33. **Pytanie:** „Pakiet 8 Pozycja 1-5. Czy Zamawiający dopuści ostrza wyłącznie z numerem ostrza bezpośrednio na ostrzu?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

34. **Pytanie:** „Pakiet 9 Pozycja 1-2. Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

35. **Pytanie:** „Pakiet 9 Pozycja 1-2. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania z komorą kroplową o długości 60mm (55 mm w części przezroczystej)?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

36. **Pytanie:** „Pakiet 9 Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania z drenem o długości min. 150cm o objętości wypełnienia min. 10ml?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

37. **Pytanie:** „Pakiet 9 Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania z drenem o długości min. 150cm o objętości wypełnienia min. 10ml?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

38. **Pytanie:** „Pakiet 9 Pozycja 1-2. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania z informacją nadrukowaną na opakowaniu jednostkowym o braku ftalanów i lateksu w formie piktogramu, z datą produkcji odpowiadającej dacie sterylizacji (bez znacznika procesu sterylizacji)?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

39. **Pytanie:** „Pakiet 9 Pozycja 1-2. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez opaski/gumki stabilizującej dren, zamiast tego przyrząd pakowany jest w ciasne opakowanie uniemożliwiające niekontrolowane przemieszczenie się przyrządu wewnątrz opakowania?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

40. **Pytanie:** „Pakiet 9 Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z przezroczystym łącznikiem Luer-Lock o zabarwieniu bursztynowym?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

41. **Pytanie:** „Pakiet 9 Pozycja 1-2. Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (niebieską) kłapką w opakowaniu z niebieskim kodem identyfikującym rodzaj przyrządu?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie oczekuje produktu o podanym parametrze.

42. **Pytanie:** „Pakiet 9 Pozycja 1-2. Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z standardowym ostrym kolcem ściętym ołówkowo czteropłaszczyznowo?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie oczekuje produktu o podanym parametrze.

43. **Pytanie:** „Pakiet 9 Pozycja 1-2. Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie oczekuje produktu o podanym parametrze.

44. **Pytanie:** „Pakiet 10 Pozycja 1-2. Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, po odpowiednim przeliczeniu wymaganych ilości.

45. **Pytanie:** „Pakiet 11 Pozycja 18. Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 22cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

46. **Pytanie:** „Pakiet 11 Pozycja 18. Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 23cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

47. **Pytanie:** „Pakiet 12 Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści cewniki o twardości ok. 78 ShA?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

48. **Pytanie:** „Pakiet 12 Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści cewniki CH6 do CH22 o długości 1050mm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

49. **Pytanie:** „Pakiet 14 Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści elektrodę EKG o wymiarach 42x56mm z otworem w kształcie „szpilki”?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

50. **Pytanie:** „Pakiet 19 Pozycja 1-3. Czy Zamawiający dopuści sterylne wzierniki w opakowaniu foliowym?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

51. **Pytanie:** „Pakiet 20, Pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści wzierniki o długości łyżki 10,8cm i stałej szerokości 30mm (również szerokości pola widzenia)?”

**Odpowiedź:** W pakiecie nr 20 nie występuje w/w produkt.

52. **Pytanie:** „Pakiet 20 Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści nerki o pojemności użytkowej 0,7l i poj. maksymalnej 0,9l?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o podanym parametrze.

53. **Pytanie:** „Pakiet 20 Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę nerek za opak. a'300 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia wymaganych ilości.

54. **Pytanie:** „Pakiet 20 Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści wycenę kaczek za opak. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia wymaganych ilości.

55. **Pytanie:** „Pakiet 20 Pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści wycenę basenów za opak. a'120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia wymaganych ilości.

56. **Pytanie:** „Pakiet 20 Pozycja 4. Czy Zamawiający wymaga misek odpornych na detergenty?”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania produktu o podanym parametrze.

57. **Pytanie:** „Pakiet 20 Pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści wycenę misek za opak. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia wymaganych ilości.

58. **Pytanie:** „Pakiet 21, Pozycja 1-2. Czy Zamawiający dopuści zestaw z nebulizatorem o poj. 8ml?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o podanym parametrze.

59. **Pytanie:** „Pakiet 27, Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę szczoteczek cytologicznych za opak. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia wymaganych ilości

60. **Pytanie:** „Pakiet 27, Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę o długości części wymazowej 27mm ± 1mm i długości całkowitej ok. 205mm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o podanym parametrze.

61. **Pytanie:** „Pakiet 27, Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści szczotkę z włosem z polietylenu (gąbka z poliuretanu) a czyścik do paznokci z polipropylenu?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o podanym parametrze.

62. **Pytanie:** „Pakiet 27, Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści szczotkę o wymiarach ok. 45x90x40mm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o podanym parametrze.

63. **Pytanie:** „Pakiet 27, Pozycja 2. Czy Zamawiający wymaga szczotek pakowanych w dyspenser a'40 szt?”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania produktu o podanym parametrze.

64. **Pytanie:** „Pakiet 31, Pozycja 1. Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakiegokolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylnej), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania produktu o podanym parametrze.

65. **Pytanie:** „Pakiet 32, Pozycja 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 4-światłowej silikonowej sondy Sengstaken – Blakemore dostępną w 3 rozmiarach CH16, CH18, CH20 o długości 85cm, z przewodnicą, wyposażoną w gąbkową podkładkę umożliwiającą zamocowanie w nozdrzach oraz zaciski na drenach umożliwiające łatwiejsze otwieranie i zamykanie linii do manometru. Numeryczne znaczniki głębokości od początku balonu przełykowego na 25, 30, 35, 40, 45, 50cm. Balony: żołądkowy o długości 60mm i przełykowy 140mm. Otwory boczne: 3 żołądkowe i 2 przełykowe.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o podanym parametrze.

66. **Pytanie:** „Pakiet 33, Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści aparat do przetoczeń z precyzyjnym regulatorem przepływu o następujących parametrach: wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie; dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kołec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami; regulacja od 5 do 250 ml/h (granatowe cyfry na białym tle) dla lepkości poniżej 10% oraz regulacja od 5 do 200 ml/h (białe cyfry na granatowym tle) dla lepkości 10%-40%; możliwość całkowitego zamknięcia (OFF) i otwarcia (ON) przepływu; odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klappką; komora kroplowa oraz dren wykonane z PCV bez zawartości ftalanów; kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml ± 0,1 ml; filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm; miękki i elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków; uniwersalne zakończenie luer-lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu; precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorną i zaczep na dren do podwieszenia; oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami; jednorazowego użytku; niepirogenny, nietoksyczny; nie zawiera lateksu; nie zawiera ftalanów; sterylizowany tlenkiem etylenu opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

67. **Pytanie:** „*Pakiet 33, Pozycja 1. Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z standardowym ostrym kolcem ściętym ołówkowo czteropłaszczyznowo?*”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie oczekuje zaoferowania produktu o podanym parametrze.

68. **Pytanie:** „*Pakiet 33, Pozycja 1. Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?*”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie oczekuje zaoferowania produktu o podanym parametrze.

69. **Pytanie:** „*Zadanie 34, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną jałową wykonaną z hydrofilowej gazy bawełnianej bielonej metodą bezchlorową, 17 nitkową (gramatura 23g/m<sup>2</sup>), 4 warstwową, z nitką rtg i tasiemką, w rozmiarze 45cmx45cm pakowana po 2szt.*”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

70. **Pytanie:** „*Zadanie 34, pozycja 1. Czy Zamawiający podając jednostkę miary sztuka ma na myśli 1 sztukę serwety czy opakowanie a’2szt?*”

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga opakowania zawierającego 2 sztuki.

71. **Pytanie:** „*Zadanie 34, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’2szt z przeliczeniem podanych ilości?*”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego  
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

mgr Agnieszka Kruk  
/podpis/