

Pakiet 1 Rezonans Magnetyczny 1.5 T (Achieva d Stream 1.5 T)
nr seryjny: 10530 - 12 miesięcy

Lp	Opis minimalnych wymagań
1	Okresowe przeglądy techniczne aparatu, zgodnie z zaleceniami producenta, wraz z wpisem do paszportu technicznego potwierdzającym dopuszczenie aparatu do użytkowania i datą następnego przeglądu - miesiąc / rok;
2	Diagnostykę aparatu i naprawy (bez względu na ilość) wraz z dojazdem oraz kalibracją.
3	Zdalna diagnostyka aparatu.
4	Wymianę wszystkich uszkodzonych części z wyłączeniem : układu doprowadzania wody lodowej, klimatyzacji, magnezu, cewek diagnostycznych.
5	Przeprowadzenie testu kontrolnego po wykonaniu naprawy kalibracji, przeglądu, aktualizacji oprogramowania;
6	Zalecane przez producenta modyfikacje oprogramowania i konstrukcji aparatu.
7	Czas naprawy bez części zamiennych do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, przy konieczności wymiany części zamiennych do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii aparatu.
8	Sporządzanie protokołów naprawy wraz z opisem wykonanych czynności i wymienionych części
9	Pierszeństwo w obsłudze zgłoszeń.
10	Stały monitoring systemu
11	Co najmniej 6 - miesięczna gwarancja na wymienione części i robociznę
12	Posiadanie autoryzacji producenta aparatury do świadczenia usług serwisowych
13	Posiadanie aktualnych kodów i kluczy serwisowych aktualizowanych raz do roku.

Pakiet 1 Tomograf Komputerowy Ingenuity CT,
nr seryjny: 52128 - 12 miesięcy

Lp	Opis minimalnych wymagań
1	Okresowe przeglądy techniczne aparatu, zgodnie z zaleceniami producenta, wraz z wpisem do paszportu technicznego potwierdzającym dopuszczenie aparatu do użytkowania i datą następnego przeglądu - miesiąc / rok;
2	Diagnostykę aparatu i naprawy (bez względu na ilość) wraz z dojazdem oraz kalibracją.
3	Zdalna diagnostyka aparatu.
4	Wymianę wszystkich uszkodzonych części z wyłączeniem : lampy RTG.

5	Przeprowadzenie testu kontrolnego po wykonaniu naprawy kalibracji, przeglądu, aktualizacji oprogramowania;
6	Zalecane przez producenta modyfikacje oprogramowania.
7	Czas naprawy bez części zamiennych do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, przy konieczności wymiany części zamiennych do 4 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii aparatu.
8	Sporządzanie protokołów naprawy wraz z opisem wykonanych czynności i wymienionych części
9	Pierszeństwo w obsłudze zgłoszeń.
10	Stały monitoring systemu
11	Co najmniej 6 - miesięczna gwarancja na wymienione części i robociznę
12	Posiadanie autoryzacji producenta aparatury do świadczenia usług serwisowych
13	Posiadanie aktualnych kodów i kluczy serwisowych aktualizowanych raz do roku.

Pakiet 2	System IntelliSpace Portal wersja 11 - Lekarska stacja opisowa (Sn 703354) - 48 miesięcy
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp	Opis minimalnych wymagań
1	Ulepszenie posiadanego systemu Philips IntelliSpace Portal do najnowszej wersji AVW wersja 15.
2	Dostarczenie i instalacja nowych wersji oprogramowania w trakcie trwania umowy.
3	Wymiana serwera na nowy, zgodny z wymaganiami najnowszego oprogramowania
4	Wsparcie serwisowe - kontakt pod dedykowany numer, w przypadku wystąpienia problemów systemowych i/lub platformy sprzętowej.
5	Wsparcie serwisowe 24/7 w przypadku awarii krytycznych.
6	Czas reakcji na awarię: krytyczny oraz priorytet 2 - do 4 godzin od zgłoszenia awarii, priorytet 3 - do 8 godzin od zgłoszenia awarii oraz priorytet 4 - do 24 godzin od zgłoszenia awarii.
7	Świadczenie usług serwisowych w dniach pn.- pt., w godzinach min. od 8:00 do 16:00.
8	Instalacja Service Pack, poprawek dla systemu Philips IntelliSpace Portal
9	Monitoring zdalny systemu - 3 razy w roku
10	Przegląd mechaniczny Platformy Sprzętowej - 1 raz w roku
11	Przeprowadzenie testu kontrolnego po wykonaniu naprawy, kalibracji, przeglądu, aktualizacji oprogramowania;
12	Sporządzanie protokołów naprawy wraz z opisem wykonanych czynności i wymienionych części
13	Diagnostyka i naprawa systemu wraz z dojazdem
14	Zdalne szkolenia z aplikacji klinicznych
15	Indywidualne szkolenia z aplikacji klinicznych w siedzibie Zamawiającego
16	Zdalna diagnostyka systemu
17	Posiadanie autoryzacji producenta aparatury do świadczenia usług serwisowych
18	Posiadanie aktualnych kodów i kluczy serwisowych aktualizowanych raz do roku.
19	Co najmniej 6 - miesięczna gwarancja na wymienione części i robociznę

**Pakiet 3 Aparat RTG Definium Tempo (PL1446RX03) -
12 miesięcy**

Lp	Opis minimalnych wymagań
1	Okresowe przeglądy techniczne aparatu, zgodnie z zaleceniami producenta, wraz z wpisem do paszportu technicznego potwierdzającym dopuszczenie aparatu do użytkowania i datą następnego przeglądu - miesiąc / rok;
2	Diagnostykę aparatu i naprawy (bez względu na ilość) wraz z dojazdem oraz kalibracją.
3	Zdalna diagnostyka aparatu do 4 godzin od zgłoszenia.
4	Zdalna naprawa aparatu.
5	Wymianę wszystkich uszkodzonych części wraz z wymianą lampy rtg.
6	Przeprowadzenie testu kontrolnego po wykonaniu naprawy, kalibracji, przeglądu, aktualizacji oprogramowania;
7	Zalecane przez producenta modyfikacje oprogramowania i aktualizacje serwisowe w aparacie jak i w stacji roboczej AW.
8	Czas naprawy bez części zamiennych do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, przy konieczności wymiany części zamiennych do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii aparatu.
9	Sporządzanie protokołów naprawy wraz z opisem wykonanych czynności i wymienionych części
10	Posiadanie aktualnych kodów i kluczy serwisowych aktualizowanych raz do roku.
11	Stały monitoring systemu
12	Co najmniej 6 - miesięczna gwarancja na wymienione części i robociznę
13	Posiadanie autoryzacji producenta aparatury do świadczenia usług serwisowych

**Pakiet 4 Rentgen Digital Diagnost C90, nr seryjny: 22860034 -
7 mies.**

Lp	Opis minimalnych wymagań
1	Okresowe przeglądy techniczne aparatu, zgodnie z zaleceniami producenta, wraz z wpisem do paszportu technicznego potwierdzającym dopuszczenie aparatu do użytkowania i datą następnego przeglądu - miesiąc / rok;
2	Diagnostykę aparatu i naprawy wraz z dojazdem oraz kalibracją.
3	Zdalna diagnostyka aparatu.
4	Przeprowadzenie testu kontrolnego po wykonaniu naprawy kalibracji, przeglądu, aktualizacji oprogramowania;
5	Zalecane przez producenta modyfikacje oprogramowania i konstrukcji aparatu.
6	Czas naprawy bez części zamiennych do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, rzy konieczności wymiany części zamiennych do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii aparatu.
7	Sporządzanie protokołów naprawy wraz z opisem wykonanych czynności i wymienionych części
8	Pierszeństwo w obsłudze zgłoszeń.
9	Stały monitoring systemu
10	Co najmniej 6 - miesięczna gwarancja na wymienione części robocizną
11	Posiadanie autoryzacji producenta aparatury do świadczenia usług serwisowych
12	Posiadanie aktualnych kodów i kluczy serwisowych aktualizowanych raz do roku.

**Pakiet 5 Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu Stellant CT Dual s/n
302559 prod.Bayer - 12 miesięcy**

Lp	Opis minimalnych wymagań
1	Okresowe przeglądy techniczne aparatu, zgodnie z zaleceniami producenta, wraz z wpisem do paszportu technicznego potwierdzającym dopuszczenie aparatu do użytkowania i datą następnego przeglądu - miesiąc / rok;
2	Diagnostykę aparatu i naprawy (bez względu na ilość) wraz z dojazdem oraz kalibracją.
3	Zdalna diagnostyka aparatu.
4	Wymianę wszystkich uszkodzonych części.
5	Przeprowadzenie testu kontrolnego po wykonaniu naprawy kalibracji, przeglądu, aktualizacji oprogramowania;
6	Zalecane przez producenta modyfikacje oprogramowania.
7	Czas naprawy bez części zamiennych do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, przy konieczności wymiany części zamiennych do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii aparatu.
8	Sporządzanie protokołów naprawy wraz z opisem wykonanych czynności i wymienionych części
9	Co najmniej 6 - miesięczna gwarancja na wymienione części i robociznę
10	Posiadanie autoryzacji producenta aparatury do świadczenia usług serwisowych
11	Posiadanie aktualnych kodów i kluczy serwisowych aktualizowanych raz do roku.

Pakiet 6	Aparaty RTG z ramieniem C - 4 szt - 12 miesięcy
-----------------	--------------------------------------------------------

Lp	Opis minimalnych wymagań
1	Okresowe przeglądy techniczne aparatu, zgodnie z zaleceniami producenta, wraz z wpisem do paszportu technicznego potwierdzającym dopuszczenie aparatu do użytkowania i datą następnego przeglądu - miesiąc / rok;
2	Diagnostykę aparatu - określenie rodzaju uszkodzenia i sposobu naprawy;
3	Dostęp do części/podzespołów niezbędnych do naprawy aparatury;
4	Wykonywanie napraw aparatury wraz z wymianą części zamiennych / podzespołów / zespołów, po wcześniejszym ustaleniu i zaakceptowaniu kosztów naprawy z Zamawiającym.
5	Kalibracje aparatury;
6	Aktualizacje oprogramowania;
7	Przeprowadzenie testu kontrolnego po wykonaniu naprawy, kalibracji, przeglądu, aktualizacji oprogramowania;
8	Sporządzanie protokołów naprawy wraz z opisem wykonanych czynności i wymienionych części oraz dokonanie wpisu do paszportu technicznego potwierdzające dopuszczenie aparatu do użytkowania.
9	Co najmniej 6 miesięczna gwarancja na wymienione części i robociznę
10	Posiadanie aktualnych kodów i kluczy serwisowych aktualizowanych raz do roku.

Pakiet 7	Aparaty RTG mobilne - 2 szt - 12 miesięcy
-----------------	--------------------------------------------------

Lp	Opis minimalnych wymagań
1	Okresowe przeglądy techniczne aparatu, zgodnie z zaleceniami producenta, wraz z wpisem do paszportu technicznego potwierdzającym dopuszczenie aparatu do użytkowania i datą następnego przeglądu - miesiąc / rok;
2	Diagnostykę aparatu - określenie rodzaju uszkodzenia i sposobu naprawy;
3	Dostęp do części/podzespołów niezbędnych do naprawy aparatury;
4	Wykonywanie napraw aparatury wraz z wymianą części zamiennych / podzespołów / zespołów, po wcześniejszym ustaleniu i zaakceptowaniu kosztów naprawy z Zamawiającym.
5	Kalibracje aparatury;
6	Aktualizacje oprogramowania;
7	Przeprowadzenie testu kontrolnego po wykonaniu naprawy, kalibracji, przeglądu, aktualizacji oprogramowania;
8	Sporządzanie protokołów naprawy wraz z opisem wykonanych czynności i wymienionych części, oraz dokonanie wpisu do paszportu technicznego potwierdzające dopuszczenie aparatu do użytkowania.
9	Co najmniej 6 miesięczna gwarancja na wymienione części i robociznę
10	Posiadanie aktualnych kodów i kluczy serwisowych aktualizowanych raz do roku.