

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego,

ul. Piłsudskiego 61,

34-600 Limanowa

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawy wyrobów medycznych ujęte w 8 zadaniach.

Numer referencyjny: NZ-26-2025-44-D-P-A

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 1

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

zadanie nr 2 poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści kaniule wyposażone w 6 pasków radiocieniujących (parametr korzystniejszy)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2

zadanie nr 2 poz.1.5

Czy Zamawiający dopuści kaniule 16G w rozmiarze 1,7mmx45mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3

zadanie nr 2 poz.1.6

Czy Zamawiający dopuści kaniule 14G w rozmiarze 2,1mmx45mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4

zadanie nr 2 poz.2

Czy Zamawiający dopuści kaniule z metalowym lub plastikowym elementem bezpieczeństwa chroniącym przed zakłuciem zaraz po użyciu kaniuli?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5

zadanie nr 2 poz.2.1

Czy Zamawiający dopuści kaniule 22G o przepływie 36ml/min?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 6

zadanie nr 2 poz.2.3

Czy Zamawiający dopuści kaniule 20G o przepływie 61ml/min?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7

zadanie nr 2 poz.2.6

Czy Zamawiający dopuści kaniule 16G długość 45mm o przepływie 200ml/min?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8

zadanie nr 2 poz.2.7

Czy Zamawiający dopuści kaniule 14G 2,1x 45mm o przepływie 305ml/min?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9

zadanie nr 2 poz.4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów o skuteczności filtracji bakterii (BFE) 99,99%?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10

zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści korek do kaniul z trzpieniem standardowym powyżej krawędzi?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1?

Poz. 1

Worek laparoskopowy, sterylny, jednorazowego użytku, z prowadnicą, z pierścieniem z drutu i pamięcią kształtu, samorozprężający się, rozmiar woreczka: śr. 60 mm, dł. 195 mm, szer. 95 mm, pojemność 200 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 12

Poz. 2

Worek laparoskopowy, sterylny, jednorazowego użytku, z prowadnicą, z pierścieniem z drutu i pamięcią kształtu, samorozprężający się, rozmiar woreczka: śr. 83 mm, dł. 195 mm, szer. 130 mm, pojemność 400 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13

Poz. 3

Worek laparoskopowy, sterylny, jednorazowego użytku, z prowadnicą, z pierścieniem z drutu i pamięcią kształtu, samorozprężający się, rozmiar woreczka: śr. 102 mm, dł. 200 mm, szer. 160 mm, pojemność 800 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 14

Zadanie nr 2, poz. 1, 2

Proszę o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej wyposażonej w 6 pasków radiocieniujących.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 15**Zadanie nr 2, poz. 1, 2**

Proszę o dopuszczenie kaniuli bezpieczniejszej z filtrem hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki antyzwrotnej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 16**Zadanie nr 2, poz. 1, 2**

Proszę o dopuszczenie kaniul bezpiecznych zgodnych z rozmiarami poniżej

Rozmiar Gauge	Kolor	Przepływ ml/min	Rozmiar	Długość
			mm	mm
14G	Pomarańczowy	270	2,1	45
16G	Szary	200	1,8	45
17G	Biały	140	1,4	45
18G	Zielony	85	1,3	32
20G	Różowy	55	1,1	32
22G	Niebieski	33	0,9	25
24G	Żółty	19	0,7	19

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 17**Zadanie 1**

1. Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów, jednorazowy, poliuretanowy,
- z samorozprężalną obręczą w kształcie elipsy posiadającą pamięć kształtu,
 - z możliwością ponownego otwarcie worka po jego wcześniejszym zamknięciu
 - worek na stałe przymocowany do popychacza posiadającego odkręcany uchwyt pierścieniowy umożliwiający usunięcie popychacza z prowadnicy posiadającej uchwyt nożycowy na dwa palce.
 - pojemność worka 200ml, o
 - wymiary worka 12,5 cm x 18cm
 - średnica prowadnicy 10mm.
 - długość prowadnicy - 32 cm
 - Średnice worka po całkowitym jego otwarciu (elipsa) 9 x 12 cm?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 18**Zadanie 1**

2. Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów, jednorazowy, poliuretanowy,
- z samorozprężalną obręczą w kształcie elipsy posiadającą pamięć kształtu,
 - z możliwością ponownego otwarcie worka po jego wcześniejszym zamknięciu
 - worek na stałe przymocowany do popychacza posiadającego odkręcany uchwyt pierścieniowy umożliwiający usunięcie popychacza z prowadnicy posiadającej uchwyt nożycowy na dwa palce.
 - pojemność worka 500ml, o
 - wymiary worka 15,50 cm x 19,5cm
 - średnica prowadnicy 10mm.
 - długość prowadnicy - 32 cm
 - Średnice worka po całkowitym jego otwarciu (elipsa) 9,5 x 12 cm?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 19**Zadanie 1**

2. Worek laparoskopowy odporny na rozrywanie i pęknięcia o średnicy prowadnicy 10mm i pojemności 400ml. Worek o kształcie ściętego stożka, pełna metalowa, sztywna i rozkładana obręcz o szerokości 6 mm, po otwarciu układająca się w kształt elipsy o wymiarach 6,5 cm x 8 cm. Długość worka 15cm. Długość prowadnicy wykonanej z poliwęglanu klasy medycznej 34cm. Worek posiada nić plecionkę, która w trakcie zamykania worka

bezpiecznie zsuwa się z rozkładanych obręczy zamykając worek z jego zawartością. Nie zawiera lateksu i ftalanów?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 20

Zadanie 1

3.Worek laparoskopowy odporny na rozrywanie i pęknięcia o średnicy prowadnicy 10mm i pojemności 700ml. Worek o kształcie ściętego stożka, pełna metalowa, sztywna i rozkładana obręcz o szerokości 6 mm, po otwarciu układająca się w kształt elipsy o wymiarach 9,5 cm x 11,5 cm. Długość worka 21,6cm. Długość prowadnicy wykonanej z poliwęglanu klasy medycznej 34cm. Worek posiada nić plecionkę, która w trakcie zamykania worka bezpiecznie zsuwa się z rozkładanych obręczy zamykając worek z jego zawartością. Nie zawiera lateksu i ftalanów?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 21

Zadanie nr 3, poz.1,2. W celu prawidłowej wyceny, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy przez jednostkę miary opakowanie Zamawiający rozumie 1szt., ponieważ nie jest wskazana ilość sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź: Jedno opakowanie jest równe 1 szt.

Pytanie nr 22

Zadanie nr 3, poz.5 W celu prawidłowej wyceny, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy nie zaszła omyłka i Zamawiający wymaga 8 opakowań markerów po 10szt., czyli 80szt.?

Odpowiedź: Jedno opakowanie jest równe 1 szt.

Pytanie nr 23

Zadanie nr 3, poz.6 W celu prawidłowej wyceny, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga 30szt., czy 300szt. pętli z siateczką ?

Odpowiedź: Jedno opakowanie jest równe 1 szt.

Pytanie nr 24

Zadanie nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koreczek do kaniul z trzpieniem wystającym ponad krawędź?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 25

Zadanie nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 26

Zadanie 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści osłonę wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, w kolorze niebieskim, o wymiarach 10cm x 20cm i długości paska 150cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 27

Zadanie 6,

Czy Zamawiający dopuści wycenę za a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 28

Zadanie 6,

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający w zadaniu 1 w pozycji 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na

oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Worek laparoskopowy, sterylny, jednorazowego użytku, z prowadnicą, z pierścieniem z drutu i pamięcią kształtu, samorozprężający się, rozmiar woreczka: śr. 50 mm, dł. 190 mm, szer. 90mm, pojemność 200 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający w zadaniu 1 w pozycji 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Worek laparoskopowy, sterylny, jednorazowego użytku, z prowadnicą, z pierścieniem z drutu i pamięcią kształtu, samorozprężający się, rozmiar woreczka: śr. 50 mm, dł. 190 mm, szer. 150 mm, pojemność 800 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający w zadaniu 1 w pozycji 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Worek laparoskopowy, sterylny, jednorazowego użytku, z prowadnicą, z pierścieniem z drutu i pamięcią kształtu, samorozprężający się, rozmiar woreczka: śr. 100 mm, dł. 190 mm, szer. 150 mm, pojemność 800 ml lub o wymiarach woreczka: śr. 130 mm, dł. 190 mm, szer. 195 mm, pojemność 1200 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający