

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku**
Numer referencyjny: **ZP.3311.49-2.2024**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. **Pytanie:** „Czy w Pakiecie nr 27 w poz. 1 powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zaoferowania szczoteczki cytologicznej, której efektywność została klinicznie zweryfikowana.

2. **Pytanie:** „Uprzejmie prosimy, ze względu na niejednorodny charakter, o wyrażenie zgody na wydzielenie z Pakietu nr 27 poz. 1 do odrębnego pakietu. Wydzielenie z pakietu pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

p.o. Z-cy Dyrektora
ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

lek. med. Lech Litwin
/podpis/