

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy 32/32PN/2022.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 4

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 35 – cewniki donosowe

Czy Zamawiający wymaga aby cewniki donosowe były dostarczone w rozmiarach:

Micro Preemie	<750 g
Preemie	750 g – 1000 g
Newborn	1000 g – 2500 g
Infant	>2500 g

do wyboru przez Zamawiającego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga parametrów zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 35 – cewniki donosowe

Czy Zamawiający wymaga aby cewniki donosowe posiadały klasę wykonania IIa zgodnie z dyrektywą MDR?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 35 – cewniki donosowe

Czy Zamawiający dopuści cewniki donosowe zgodne z opisem w SWZ ale biologicznie czyste.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 36 – Okulary do fototerapii

Czy Zamawiający dopuści okularki w następujących rozmiarach:

Micro – poniżej 28 cm, Small – 28- 34 cm oraz Large – powyżej 34 cm

do wyboru przez Zamawiającego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 dot. pakietu nr 36 – Okulary do fototerapii

Czy Zamawiający wymaga aby okularki posiadały badania dotyczące nie przenikania fal świetlnych w zakresie min. 100 %?. Przenikanie fal świetlnych powoduje uszkodzenie siatkówki oka. Okularki należy zdejmować co 4 godziny celem oceny stanu oczu pod kątem obrzęków, wydzieliny lub cech infekcji, dlatego tak ważne jest aby okularki do fototerapii posiadały odpowiednie badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych celem zminimalizowania skutków ubocznych działania UV.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga okularów zapewniający całkowitą ochronę przed Światłem.

Pytanie nr 6 dot. pakietu nr 36 – Okulary do fototerapii

Czy w związku, z coraz częstszym występowaniem na oddziałach zapalenia spojówek u noworodków, Zamawiający wymaga, aby okularki posiadały wkłęcia od strony oczodołów, co umożliwia fizjologiczne nawilżenie oka poprzez naturalny ruch powieką?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 7 dot. pakietu nr 36 – Okulary do fototerapii

Czy Zamawiający dopuszcza aby okularki składały się z dwóch niezależnych części oraz posiadały dwa rzepy o długości około 24 mm, do regulacji w okolicy skroniowej celem idealnego dopasowania do główki dziecka?




Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8 dot. pakietu 100 – elektroda EKG do kardiomonitora

Czy Zamawiający dopuści elektrody przeziarne w promieniach RTG o wymiarach nie większych niż:



- Podłużne: 10 x 25 mm
- Okrągłe o średnicy: \varnothing 26 mm

do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówień ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9 dot. pakietu 100

Czy Zamawiający wymaga elektrod przeziernych w promieniach RTG których powierzchnia adhezyjna składa się z hydrożelowego rdzenia z hydrokoloidową obwódką?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 10 dot. pakietu 100

Czy Zamawiający wymaga elektrod przeziernych w promieniach RTG z możliwością użytkowania na jednym pacjencie bez zdejmowania do 5 dni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego

Zamawiający nie wymaga.

W imieniu Zamawiającego

