

Bytom dnia: 2025-02-05

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 1/1PN2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 38

Dot. pakiet nr 80

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zaoferowane w pakiecie nr 80 prześcieradło ma posiadać barierowość zgodnie z normą EN 20811?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający Dopuszcza.

Dot. pakiet nr 80

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zaoferowane w pakiecie nr 80 prześcieradło ma być wyprodukowane zgodnie z normą ISO13485?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający Dopuszcza.

Dot. pakiet nr 80

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokochłonnego jednorazowego prześcieradła (podkładu) o wymiarach prześcieradła 101 cm (+/- 2 cm) x 228 cm (+/- 2 cm) wykonanego z polipropylenu, poliestru oraz SAP. Zbudowanego z mocnego, nieprzemakalnego

f

niebieskiego laminatu. Warstwa chłonna (rdzeń) o wymiarach - długość 190 cm (+/- 1cm) i szerokość 50 (+/- 1 cm). Wchłanianność co najmniej 5600 g/m². Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzone nazwą produktu lub wytwórcy). Opakowanie handlowe zawiera 42 szt. Okres przydatności do użycia: 5 lat Wyrób medyczny kl.I

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający Dopuszcza.

Dot. projektu umowy §3 ust. 5

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §3 ust. 5 w sposób następujący :

„5. W przypadku odmowy realizacji dostawy lub jej części Wykonawca w terminie do 24 (dwadzieścia cztery) godzin od otrzymania zamówienia, poinformuje o tym fakcie Zamawiającego faksem lub e-mailem. W takim przypadku Zamawiający może dokonać zakupu wraz z dostawą u innego Dostawcy obciążając Wykonawcę różnicą ceny wynikającą z zakupu u tego Dostawcy, przy czym różnica ta nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika cenowego do niniejszej umowy.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. projektu umowy §6 ust. 1 pkt.1.1 i 1.2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ustępu 1 pkt.1.1 i 1.2 w §6 poprzez zamianę zapisu „opóźnienie” zapisem „zwłoka”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiającym wyraża zgodę poprzez zmianę zapisu.

Dot. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy, oświadczenia zał. nr 3,4,8

Prosimy o sprostowanie omyłki pisarskiej w numerze postępowania we wskazanych dokumentach.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę pisarską.

Dot. SWZ oraz wadium

Prosimy o potwierdzenie ,ze prawidłowy numer postępowania to 1/1PN/2025, a co za tym idzie numer podany w SWZ oraz w rozdziale 12 punkcie 12.5 SWZ (dopisek przy wadium) winien być 1/1PN/2025 a nie 1/1PN/2024

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza 1/1PN/2025

Zamawiający