

Bytom dnia: 2023-01-23

**Szpital Specjalistyczny nr 2**  
Batorego 15  
41-902 Bytom

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych oraz sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy 1/1PN/2023.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 13**

**Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 44 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie cewnika do podawania tlenu przez nos (wąsy) dla dorosłych, o długości drenu 180 cm, niewyspecyfikowanej grubości drenu, wykonanego z miękkiego przezroczystego PVC, z anatomiczną końcówką do nosa z miękkiego materiału eliminującego podrażnienie śluzówki, długość końcówek 13 mm, jednorazowego użytku, z uniwersalną końcówką, mikrobiologicznie czystego, w opakowaniu foliowym, na opakowaniu jednostkowym nazwa, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol "jednorazowego użytku".

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 2, dotyczy pakietu nr 44 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie cewnika do podawania tlenu przez nos (wąsy) neonatologicznego, jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czystego, mocowanie za uszami, posiadającego uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu, rozstaw wąsów i długość końcówek niewyspecyfikowana, długość drenu 220 cm.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający niedopuszcza.**

**Pytanie 3, dotyczy pakietu nr 44 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie cewnika do podawania tlenu przez nos (wąsy) dla dzieci, o długości drenu 210 cm i niewyspecyfikowanej grubości, drenu, wykonanego z miękkiego przezroczystego PVC, z anatomiczną końcówką do nosa z miękkiego materiału eliminującego podrażnienie śluzówki, jednorazowego użytku, z uniwersalną końcówką, mikrobiologicznie czystego, w opakowaniu foliowym, na opakowaniu jednostkowym nazwa, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol "jednorazowego użytku".

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuści.**

**Pytanie 4**

Zwracamy się z prośbą o dopisanie stwierdzenia „o ile dotyczy” do pkt I części 10 SWZ. Część zaoferowanych w postępowaniu produktów jest jednorazowa i nie podlega procesom sterylizacji.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, zamawiający dopisze.**

**Pytanie 5**

Zwracamy się z prośbą o naliczanie kar umownych określonym w § 6 ust 1.1 od wartości opóźnionej części dostawy.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wykazuje, że kary dotyczą wyłącznie części niedostarczonej towaru.**

Zamawiający

