

Bytom dnia: 2021-08-16

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"" Dostawa, instalacja, uruchomienie i montaż cystoskopów i kriokomory**

w ramach zadania inwestycyjnego "Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytom" – znak sprawy 24/24PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2

Pytanie nr 1 dot. projektu umowy – zał. nr 6 do SWZ Ponieważ w żadnym z paragrafów nie ma wskazanych terminów na naprawę ewentualnych wad, awarii przedmiotu zamówienia, a dodatkowo w §6 ust. 4, Zamawiający powołuje się na takie terminy w odesłaniu do §2 ust. 1 zwracamy się z prośbą o dodanie do projektu umowy zapisu następującej treści: „Maksymalny czas usunięcia wad/awarii w ramach gwarancji nie może przekroczyć 7 dni roboczych, a w przypadku konieczności dostarczenia nowych części z zagranicy 14 dni roboczych. W okresie gwarancji czwarta naprawa gwarancyjna tego samego typu (techniczne lub wynikające z wad ukrytych) powodują wymianę elementów na nowe. W przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych, Wykonawca na wniosek Zamawiającego dostarczy urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach.”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, Zamawiający zmodyfikuje zapisy w umowie.

Pytanie nr 2 dot. projektu umowy – zał. nr 6 do SWZ Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §7 ust. 2 na następujące: „ Wykonawca w czasie 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin w dni robocze od uznania reklamacji jest zobowiązany do wykonania dostawy zgodnie z zamówieniem”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, Zamawiający zmodyfikuje zapisy w umowie.

Zamawiający