

## **Szpital Miejski w Morągu Sp. z o. o.**

ul. Dąbrowskiego 16 14-300 Morąg

Tel. 897574231 897572130 faks 897574593

NIP: 741-212-52-17 REGON: 000306555 KRS: 0000438960

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy: 3030000 zł

**Znak sprawy: 3/2019**

**Morąg, 11.02.2019 r.**

### **W Y J A Ś N I E N I E**

Szpital Miejski w Morągu Spółka z o. o. informuje, że w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na „Dostawę odczynników laboratoryjnych”, nr sprawy 3/2019, wpłynęły następujące pytania:

#### **Pytanie 1:**

Dot. Załącznik nr 3 - wzór umowy

Par. 1 ust. 7, ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu "12 godzin" na "72 godziny w dni robocze"?

**Odpowiedź: Nie.**

#### **Pytanie 2:**

Dot. Załącznik nr 3 - wzór umowy

Par. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

**Odpowiedź: Nie.**

#### **Pytanie 3:**

Dot. Załącznik nr 3 - wzór umowy

Par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

**Odpowiedź: Nie.**

#### **Pytanie 4:**

Dotyczy: Pakiet nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 4 testu konfekcjonowanego w opakowaniu po 50 testów/oznaczeń

**Odpowiedź: Nie.**

#### **Pytanie 5:**

Dotyczy: Pakiet nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 7 testu konfekcjonowanego w opakowaniu po 25 sztuk, z opcją zaokrąglenia „w górę” ilości podanej przez Zamawiającego do 75 oznaczeń.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 6:**

Dotyczy: Pakiet nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 8 testu konfekcjonowanego w opakowaniu po 30 sztuk, z opcją zaokrąglenia „w górę” ilości podanej przez Zamawiającego do 30 oznaczeń.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 7:**

Dotyczy: Pakiet nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 9 testu konfekcjonowanego w opakowaniu po 200 sztuk, z opcją zaokrąglenia „w górę” ilości podanej przez Zamawiającego do 400 oznaczeń lub „w dół” do 200 oznaczeń.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 8:**

Pytanie 1 - dotyczy wzoru umowy w § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w § 1 ust. 7 poprzez wydłużenie wskazanego terminu na 48 godzin. Termin określony przez Zamawiającego może być nie do wykonania w przypadku wystąpienia rozbieżności przy odbiorze towaru w piątek. W przypadku nie wyrażenia zgody, prosimy o wskazanie osoby ze strony Zamawiającego (pracownik laboratorium Szpitala Miejskiego w Morągu sp. z o.o. ) zobowiązanej do odbioru przesłanego towaru w sobotę lub niedzielę.

**Odpowiedź: Nie. Odbiera pracownik laboratorium Szpitala Miejskiego w Morągu aktualnie pełniący dyżur.**

**Pytanie 9:**

Pytanie 2 - dotyczy wzoru umowy w § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w § 4 ust. 2 poprzez zmianę odsetek za zwłokę na podstawie Ordynacji podatkowej na odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych ?

W związku z tym, że zapisy w tym paragrafie są niezgodne z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w świetle tejże ustawy odsetki powinny być w wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 10:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z 2017 roku po pełnym przeglądzie technicznym?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 11:**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania testu do oznaczania Witaminy D Total (suma form hydroksylowanych D2+D3), co zgodne jest z aktualnymi rekomendacjami dotyczącymi oznaczania witaminy D?

**Odpowiedź: Tak.**