

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Zygmunta Starego 20

44-100 Gliwice

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa aparatury medycznej i drobnego sprzętu medycznego -
powtórka.

Numer referencyjny: 22-P-25

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

1 - Proszę o doprecyzowanie - w opisie przedmiotu zamówienia punkt 22 'pasy do stabilizacji kończyn, klatki piersiowej i głowy' Zamawiający oczekuje trzech pasów, tj. osobnego pasa do stabilizacji kończyn (których - górnych, dolnych?), osobnego pasa do stabilizacji klatki piersiowej oraz osobnego pasa do stabilizacji głowy (pętla Glissona?)?

2 - Stół rehabilitacyjny, który ma być w zestawie do kabiny ugul, ma mieć konkretny rodzaj/sposób regulacji wysokości - regulacja manualna (korba), elektryczna (pilot ręczny) czy hydrauliczna (pedały nożne)?

3 - Czy po zrealizowaniu dostawy pakietu 1 (kabina UGUL z osprzętem oraz stołem rehabilitacyjnym) Zamawiający oczekuje faktury na której będzie jedna pozycja "uniwersalny gabinet usprawniania leczniczego" czy dopuści i przyjmie fakturę na której będą wyszczególnione trzy pozycje, tj. ugul, osprzęt, stół rehabilitacyjny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający wymaga pełnego wyposażenia, w tym pasa do stabilizacji kończyn górnych, pasa do stabilizacji kończyn dolnych, pasa do stabilizacji klatki piersiowej, pętli Glissona o wymiarach dopasowanych do funkcji akcesoriów.
2. Zamawiający oczekuje elektrycznej regulacji wysokości.
3. Zamawiający dopuszcza wyszczególnienie w 3 pozycjach.

Pytanie nr 2

1. Czy w przypadku wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej, Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę drabinek w kartonach za pośrednictwem zaufanej firmy kurierskiej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający wyraża zgodę na dostawę drabinek w kartonach za pośrednictwem zaufanej firmy kurierskiej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Pytanie nr 3

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drabinki o wysokości 225 cm, szerokości 78 cm, odległości między stopniami 10,7 cm (15 cm od środka do środka stopnia), o owalnych stopniach 30x42 mm? (zdjęcie proponowanej drabinki w załączniku)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie drabinki o opisanych wymiarach.

Powyższe odpowiedzi są integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.