



SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH

Suwałki, dnia 19/09/2024r.

L.dz. SZW.DZI.262.328/29/PN/MN/2024

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 29/PN/MN/2024

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: zamówienia udzielanego w trybie przetarg nieograniczony pn.: dostawa sprzętu jednorazowego użytku

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024, poz. 1320 t.j.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1

Pakiet 206 poz. 3

Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka i zamawiający w tej pozycji wymagał nakładki na fiolkę 13 mm o objętości wypełnienia 0,27 ml – tak jak obecnie stosowane. Reszta parametrów zgodna z Siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ,ale nie wymaga

UCZESTNIK 2

Część 75

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie masek oznaczonych kolorem pierścienia i literą na korpusie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Część 75

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie masek oznaczonych kolorem pierścienia: 0- biały 1-różowy 2-żółty 3-zielony 4-czerwony 5-niebieski 6-pomarańczowy

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Część 224 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie cewnika o długości całkowitej 550cm (500cm + 50cm część donosowa)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ

UCZESTNIK 3

Pytanie dotyczy Części nr 232 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zmianę wielkości opakowania z 40 szt. na 24 szt. z przeliczeniem ilości na 100 op.?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ



16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60, tel. (0-87) 562 94 21, fax (0-87) 562 92 0
<http://szpital.suwalki.pl>, e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl,
NIP 844-17-86-376, REGON 790319362

nr konta: PKO BP SA 79 1020 1332 0000 1402 0973 9899



Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 29/PN/MN/2024 z dnia 19/08/2024r.

Z poważaniem

Adam Szałanda

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwałkach