

Warszawa, dnia 02 września 2022 r.

ODPOWIEDZI
na zapytania do SWZ

Dotyczy: postępowania na „Dostawę fartuchów chirurgicznych na potrzeby Szpitala Wolskiego - II”; EP/79/2022.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „Dostawę fartuchów chirurgicznych na potrzeby Szpitala Wolskiego - II”, numer sprawy EP/79/2022, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2022.1710) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 w związku z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

PYTANIE NR 1

Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Zadanie 1, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem wszytym standardowo na prosto?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy >20cm H₂O, odporności na rozerwanie na sucho/mokro 155,4kpa/154,8kpa, odporności na rozciąganie na sucho/mokro 89,94N / 87,8 N, 4,16 IB, 53,4 CFU/100cm² ?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Zadanie 1, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie tylko literowe?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Zadanie 1, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o następujących długościach: M – 124cm, L – 128cm, XL – 138cm, XXL – 157cm?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Zadanie 1, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści ręczniki do rąk w rozmiarze 30x30cm?

Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty w serwetę włókninową?

Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m² posiadający dodatkowe wzmocnienie w części przedniej i na rękawach o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy >100cm H₂O, odporności na rozerwanie na sucho/mokro 210,0kpa/221,2kpa, odporności na rozciąganie na sucho/mokro 85,48N / 57,26 N, 6,0 IB, 4,8 CFU/100cm² ?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Zadanie 1, pozycja 1, 2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby fartuchy pakowane były w opakowanie pośrednie kartonowe typu dispenser.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

PYTANIE NR 2

Pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartuchów o poniższych parametrach:

FARTUCH STERYLNY CHIRURGICZNY STANDARDOWY z rękawkami do rąk.

Sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy, wykonany z miękkiej, bezwonnej i przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze min.35 g/m². Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Metka informująca o rozmiarze fartucha.. Fartuch spełniający wymagania EN 13795-1:2019.

Odporność na przenikanie cieczy ≥40cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro: ≥98 kPa, odporność na rozciąganie na sucho/mokro ≥ 44 N, odporność na przeniknięcie drobnoustrojów 4,4 IB, pylenie 3 log₁₀, czystość mikrobiologiczna 21 CPU/100cm². Fartuch oznaczony literowo. Długość fartucha M - min. 120 cm, L - min. 130 cm, XL - min.

140 cm, XXL - min. 150cm. Fartuch z 2 rękawkami do rąk 30 x40 cm owinięty w serwetę z włókniny zapakowany w opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe zawierające 2 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą dostawcy, kod kreskowy. Fartuch pakowany w opakowanie papier-folia, opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pozycja 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartuchów o poniższych parametrach:

FARTUCH STERYLNY CHIRURGICZNY WZMOCNIONY z rękawkami do rąk.

Sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy, wykonany z miękkiej, bezwonnej i przewiewnej włókniny SMMMS o gramaturze min 35 g/m² z dodatkowym wzmocnieniem PP+PE o gramaturze 40 g/m² w części przedniej i na ¾ rękawów. Rękawy typu reglan zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Metka informująca o rozmiarze fartucha. Fartuch spełniający wymagania EN 13795-1:2019. Odporność na przenikanie cieczy ≥80cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro: ≥138 kPa, odporność na rozciąganie na sucho/mokro ≥ 46 N, odporność na przenikanie drobnoustrojów 6 IB, pylenie, 2,6 log₁₀, czystość mikrobiologiczna 6 CPU/100cm². Fartuch oznaczony literowo i w centymetrach: M - min.120 cm, L - min.130 cm, XL - min. 140 cm, XXL - min.150cm. Fartuch z 2 rękawkami do rąk 30 x40 cm owinięty w serwetę z włókniny zapakowany w opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe zawierające 2 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą dostawcy, kod kreskowy. Fartuch pakowany w opakowanie papier-folia, opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Pytania dot. projektu umowy:

- 1) Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości:
 - a. 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w pkt 1);
 - b. 0,5% wartości towaru reklamowanego za każdy dzień roboczy zwłoki w pkt 2);
 - c. 5% wartości niezrealizowanej części umowy w pkt 3);

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11

września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

- 2) Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 2 pkt 8) projektu umowy poprzez nadanie mu treści: „*W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.*” **UZASADNIENIE:** Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi
- 3) Wnosimy o modyfikację § 9 projektu umowy poprzez dodanie ust. 9 o treści: „*W przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.*” **UZASADNIENIE:** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

PYTANIE NR 3

Poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści Sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy, wykonany z miękkiej, bezwonnej i przewiewnej włókniny SMS o gramaturze min.35 g/m². Rękawy proste zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2

wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze i rodzaju fartucha w postaci nadruku. Fartuch spełniający wymagania EN 13795-1:2019. Odporność na przenikanie cieczy $\geq 37\text{cm H}_2\text{O}$, odporność na rozerwanie na sucho/mokro: $\geq 132\text{kPa}$, odporność na rozciąganie na sucho/mokro $\geq 45\text{N}/50\text{mm}$, odporność na przeniknięcie drobnoustrojów 3,4 IB, pylenie 2,1 log10, czystość mikrobiologiczna $\leq 100\text{ CFU}/100\text{cm}^2$ (zgodnie z normą). Fartuch oznaczony literowo i w centymetrach: M - min. 115cm, L - min. 125cm, XL - min. 140cm, XXL - min. 155cm. Fartuch z 2 rękawkami do rąk 40x20cm owinięty w papier krepowy i zapakowany w opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe zawierające 4 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści Sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy, wykonany z miękkiej, bezwonnej i przewiewnej włókniny SMS o gramaturze min 35 g/m² z dodatkowym wzmocnieniem włókninowo-foliowym o gramaturze 40g/m² w części przedniej i na rękawach. Rękawy proste zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, w okolicy szyi zapięcie na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze i rodzaju fartucha w postaci nadruku. Fartuch spełniający wymagania EN 13795-1:2019. Odporność na przenikanie cieczy $\geq 40\text{cm H}_2\text{O}$, odporność na rozerwanie na sucho/mokro: $\geq 129\text{kPa}$, odporność na rozciąganie na sucho/mokro $\geq 63\text{N}/50\text{mm}$, odporność na przeniknięcie drobnoustrojów 6 IB, pylenie 1,3log10, czystość mikrobiologiczna $\leq \text{CFU}/100\text{cm}^2$ (zgodnie z normą). Fartuch oznaczony literowo i w centymetrach: M - min.115cm, L - min.125cm, XL - min. 140cm, XXL - min.150cm. Fartuch z 2 rękawkami do rąk 40x20cm (+/- 10%) owinięty w papier krepowy i zapakowany w opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe zawierające 4 etykiety samoprzylepne z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Zamawiający w SWZ określił, że jednym kryterium oceny ofert jest cena, jednak pod formularzem cenowym widnieje zapis „opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym brzegiem oraz karton transportowy w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. - **ocena jakościowa (+10%)**” – prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedz: Zamawiający omyłkowo zamieścił w załączniku nr 2 - formularzu asortymentowo - cenowym, informację dotyczącą poz. 1 i 2 o ocenie jakościowej. W związku z powyższym w załączeniu Zamawiający przekazuje aktualny Załącznik nr 2 - formularz asortymentowo - cenowym.

PYTANIE NR 4

Pytanie nr 1 - dotyczy pozycji nr 2

Prosimy o potwierdzenie, iż w opisie pozycji nr 2 doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga fartuchów o odporności na przenikanie drobnoustrojów 6,0 (wartość 2,9 dotyczy fartuchów niewzmocnionych).

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż w treści załącznika nr 2 - formularzu asortymentowo - cenowym zaistniała omyłka pisarska. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską i informuje, iż w pozycji nr 2 przedmiotem zamówienia są fartuchy o odporności na przenikanie drobnoustrojów 6,0. Jednocześnie Zamawiający omyłkowo zamieścił w załączniku nr 2 - formularzu asortymentowo - cenowym, informację dotyczącą poz. 1 i 2 o ocenie jakościowej. W związku z powyższym w załączeniu Zamawiający przekazuje aktualny Załącznik nr 2 - formularz asortymentowo - cenowym.

PYTANIE NR 5

Pozycja 1 - 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z prostym rękawem zamiast reglan?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Pozycja 1 - 2

Czy Zamawiający dopuści aby bezpośrednio na fartuchu umieszczony był tylko rozmiar, a rodzaj fartucha wyraźnie na opakowaniu?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 1 - 2

Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30 x 40 cm w zamian 30,5 x 34 cm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 1 - 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z 3 etykietami typu TAG zamiast 4?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pozycja 1 - 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarach:

M – 115 cm

L – 127 cm

XL – 135 cm
XXL – 140 cm

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pozycja 1 - 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy owinięte w serwetę włókninową?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 1 - 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w opakowaniu pośrednim foliowym + karton transportowy?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z dodatkowym wzmocnieniem o gramaturze 40g/m² w zamian 50g/m²?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pozycja 1 - 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy spełniające wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019 z nieznacznie różniącymi się od podanych parametrami, ale mieszczącymi się w normie.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminów składania i otwarcia ofert z dnia 06/09/2022 na dzień **08.09.2022** godziny bez zmian, jednocześnie tym samym zmianie ulega termin związania ofertą to jest do dnia 07/10/2022 roku.

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

W załączeniu **aktualny załącznik nr 2 formularz asortymentowo cenowy.**

Zastępca Dyrektora
Ds. Organizacyjno-Eksploatacyjnych
Taida Muchla-Jastrzębska

Sporządził: Marta Leoniak

