

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY
im. L. Zamenhofa w Białymstoku

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595, fax (85)7450595

Białystok, 2020-11-30

*Wszyscy uczestnicy
postępowania*

PN- 35/20/10/1

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego PN-35/20/10 na dzierżawę mieszalnika przeznaczonego do produkcji mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z zakupem przewodów i opakowań na gotowe mieszaniny

Informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania o przytoczonej poniżej treści:
na mocy art. 38 ust. 1-2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udzielamy **wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Treść pytań:

1. Dotyczy zestawienie parametrów wymaganych poz. 6 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, które jest fabrycznie nowe z 2018 roku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia z 2018 roku, po uwzględnieniu obniżenia kosztów dzierżawy.

2. Dotyczy zestawienie parametrów wymaganych poz. 7 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę statusu urządzenia posiadającego certyfikat CE dla wyrobu medycznego na urządzenie posiadające CE zgodnie z dyrektywą 2014/30/EU, 2014/35/EU (urządzenie niemedyczne)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Iwona Kisiel