

EP.26.48.2023

Warszawa, dnia 19 maja 2023 roku.

**ODPOWIEDZI
na zapytania do SWZ**

Dotyczy: postępowania na „**Dostawę sprzętu i materiałów do sterylizacji**” – sprawa nr
EP/35/2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „**Dostawę sprzętu i materiałów do sterylizacji**” SPRAWA NR EP/35/2023, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn.zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 w związku z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

Pytanie 1. - Dotyczy Zadania nr 1poz. 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu do stosowania we wszystkich rodzajach sterylizatorów odpowiadający typ 4 wg ISO 11140-1 - w opakowaniach po 250/500 szt. , z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, zaokrąglając w górę Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

Sporządził: Monika Kowalska

KIEROWNIK SEKCJI
Sekcja Zamówień Publicznych



Małgorzata Marcinkowska