

Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.

Warszawska 41

11-500 Giżycko

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów opatrunkowych i medycznych.

Numer referencyjny: PN/24/12/24

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw nr 1

Pytanie do projektu umowy § 7 :

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o obniżenie kar umownych:

- W § 7 ust. 1 pkt 2) – ze 100 zł na 50 zł bądź prosimy Zamawiającego o zmianę sposobu naliczania kar umownych z kwotowej na procentową w wysokości 0,5% wartości zamówienia za zwłokę w dostawie, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki;

- W § 7 ust. 1 pkt 4) – Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z treści umowy powyższej kary z uwagi na fakt, że jest to zakup interwencyjny i Wykonawca będzie pokrywał różnicę w cenie zgodnie z § 3 ust. 16

UZASADNIENIE: Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Biorąc pod uwagę powyższa zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 2

Pakiet 20 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści preparat zarejestrowany jako kosmetyk (zgłoszenie CPNP) spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Zestaw nr 3

1. Pytanie do Pakietu 17 poz. 19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu w formie butelki pakowanej pojedynczo, nie w zbiorczym opakowaniu. Wykonawca proponuje przeliczenie ilości produktu, w tym wypadku 10 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zestaw nr 4

Pakiet 25 poz. 1-8

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. W zamian prosimy o dopuszczenie deklaracji zgodności producenta oraz certyfikatu CE wystawionego przez jednostkę notyfikowaną, które to dokumenty potwierdzają, że wyroby są sterylne, proces sterylizacji jest zwalidowany i wykonywany zgodnie z wytycznymi.


Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 25 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnego zestawu o poniższym opisie:

Serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m².

Skład:



- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm
- 1 x serweta główna o minimalnych wymiarach 200/260x185cm posiadająca : zintegrowane nogawice, torbę na płyny z sitem, zaworkiem i kształtownikiem, 2 samoprzylepne okna : okno nadłonowe o średnicy 7cm i okno do obłożenia okolic krocza o wymiarach 7x10cm, a także bezlateksową osłonę na palec o średnicy 3,5cm
- 1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm
- 2 x ręczniki celulozowe 30x40cm

Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 240 cm H₂O. Odporność na rozerwanie na sucho 344,8 kPa i na mokro 206,9 kPa. Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne; sterylne j. użytku;


Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 25 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnego zestawu o poniższym opisie:

Serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m².

Skład:



- 1 x czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo
- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm,
- 1 x serweta główna o minimalnych wymiarach 240x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o wym. 20x95cm, wzmocniona na powierzchni min. 150x160cm
- 1 x kieszeń jednokomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,
- 1 x nieprzylepna serweta 150x150cm,
- 1 x nieprzylepna serweta 75x90cm,
- 1 x serweta przylepna 180x300cm, przylepieć na dłuższym boku
- 1 x osłona na kończynę 35x120cm,
- 6 x włókninowych taśm samoprzylepnych 9x50cm,
- 2 x ręczniki 30x40cm

Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 240 cm H₂O. Odporność na rozerwanie na sucho 344,8 kPa i na mokro 206,9 kPa. Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne; sterylne j.użytku

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 25 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie powyższej pozycji do osobnego pakietu.


Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 25 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnego zestawu o poniższym opisie:

Serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionej włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m².

Skład:



- 1 x czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo

- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm,

- 1 x serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o wym. 7x95cm, wzmocniona na powierzchni min. 150x160cm

- 1 x kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,

- 1 x nieprzylepna serweta 150x150cm,
- 1 x nieprzylepna serweta 75x90cm,
- 1 x serweta przylepna 180x300cm, przylepiec na dłuższym boku
- 1 x osłona na kończynę 35x120cm,
- 2 x włókninowych taśm samoprzylepnych 9x50cm,
- 4 x ręczniki celulozowe 30x40cm

Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 240 cm H₂O. Odporność na rozerwanie na sucho 344,8 kPa i na mokro 206,9 kPa. Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610, wydajność chłonna zgodnie z EN ISO 9073-6: 186.00 ml/m² na materiale podstawowym oraz 421.40 ml/m² na wzmocnieniu - potwierdzone kartą danych technicznych; sterylne j.użytku. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 2 naklejki transferowe typu TAG, zawierające m.in.: nazwę producenta, nr LOT, nr REF, termin przydatności, datę produkcji oraz nazwę zestawu.

Dodatkowo osobno pakowane 3 sztuki fartucha wzmocnionego w rozmiarze XL, wykonanego z oddychającej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m², wzmacniany wewnątrz z przodu i na ? rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o gramaturze 40g/m². Szwy wykonane techniką ultradźwiękową - czterościeżkowy szew ultradźwiękowy Odporność na przenikanie cieczy - min. 116 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski z białą lamówką. Fartuch z rękawami typu reglan i mankietami z elastycznej dzianiny poliestrowej o dł. min.7 cm. Zapinany na podwójne wiązanie (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz z rzepem - Velcro z tyłu. Oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki oraz kodowania kolorystycznej za pomocą owinięcia fartucha. Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru). Dodatkowo w opakowaniu 2 chłonne ręczniki z włókniny typu Spunlace 30x40cm. Brak nieprzepuszczalności dla alkoholu (WSP 80.8 (2005) > poziom 9, odporność na przenikanie drobnoustrojów 6.0 IB. Odporność na przenikanie cieczy 116.8 cm H₂O. Uwalnianie cząstek 2.6 Log₁₀(liczba nitek)). Wytrzymałość na rozerwanie (na sucho)/(na mokro) 138 kPa / 145 kPa.


Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 25 poz.4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnego zestawu o poniższym opisie:

Serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m?

Skład:



- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 75x190cm
- 1 x czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo
- 1 x serweta w kształcie T (ułożenie proste) o wym. 200/250x315cm z przylepnym oknem trapezowym 32x28x18cm częściowo wypełnionym folią 28x12x18cm otoczonym torbą 360o do zbiórki płynów (bez elementów metalowych) oraz 2 portami do podłączenia drenów i piankowym kształtownikiem
- 1 x serweta do owinięcia noworodka o wym. 90x100cm
- 1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 2 x ręczniki celulozowe 30x40cm

Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 240 cm H₂O. Odporność na rozerwanie na sucho 344,8 kPa i na mokro 206,9 kPa. Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne; sterylne j.użytku


Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 25 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnego zestawu o poniższym opisie:

Serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m².

Skład:



- 1 x czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem 60x145cm składana teleskopowo
- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm
- 1 x serweta główna o wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o wym. 7x60cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 100x130cm
- 1 x serweta przylepna (ekran anestezjologiczny) 150x240cm, wzmocnienie o wymiarach 50x75cm
- 1 x nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm,
- 1 x osłona na kończynę 25x80cm,
- 1 x kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,
- 2 x włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 2 x ręczniki celulozowe wzmacniane nitką 30x40cm

Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 240 cm H₂O. Odporność na rozerwanie powierzchni krytycznej: na sucho 344,8 kPa i na mokro 206,9 kPa. Włóknina nie zawiera lateksu. Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. wydajność chłonna zgodnie z EN ISO 9073-6: 186.00 ml/m²

na materiale podstawowym oraz 421.40 ml/m² na wzmocnieniu - potwierdzone kartą danych technicznych; sterylne j. użytku;


Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 25 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnego zestawu o poniższym opisie:

Serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m²?

Skład:



- 1 x niebieska osłona na stół Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo
- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm
- 1 x serweta główna o wymiarach 200x320cm posiadająca elastometryczny, samouszczelniający otwór na nogę 7, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt ("rzep") do mocowania przewodów i drenów
- 1 x nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm,
- 1 x osłona na kończynę 35x80cm,
- 2 x włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 2 x ręczniki celulozowe 30x40cm

Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 240 cm H₂O. Odporność na rozerwanie na sucho 344,8 kPa i na mokro 206,9 kPa. Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne; sterylne j. użytku;

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 25 poz. 7

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie powyższej pozycji do osobnego pakietu.


Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 25 poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnego zestawu o poniższym opisie:

Serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m?

Skład:



- o 1 x czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo
- o 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm
- o 1 x serweta główna o wymiarach 200x320cm posiadająca samouszczelniający otwór o średnicy 7cm, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt ("rzep") do mocowania przewodów i drenów
- o 1 x nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm,
- o 1 x osłona na kończynę 35x80cm,
- o 1 x kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,
- o 2 x włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- o 1 x rurka drenowa o dł. 1,5 m
- o 2 x ręczniki celulozowe wzmacniane nitką 30x40cm

Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 240 cm H₂O. Odporność na rozerwanie na sucho 344,8 kPa i na mokro 206,9 kPa. Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610, wydajność chłonna zgodnie z EN ISO 9073-6: 186.00 ml/m² na materiale podstawowym oraz 421.40 ml/m² na wzmocnieniu - potwierdzone kartą danych technicznych; sterylne j.użytku. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 2 naklejki transferowe typu TAG, zawierające m.in.: nazwę producenta, nr LOT, nr REF, termin przydatności, datę produkcji oraz nazwę zestawu.

Dodatkowo osobno pakowane 3 sztuki fartucha wzmocnionego w rozmiarze XL, wykonanego z oddychającej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m², wzmocniany wewnątrz z przodu i na ? rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o gramaturze 40g/m². Szywy wykonane techniką ultradźwiękową - czterościeżkowy szew ultradźwiękowy Odporność na przenikanie cieczy - min. 116 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski z białą lamówką. Fartuch z rękawami typu reglan i mankietami z elastycznej dzianiny poliestrowej o dł. min.7 cm. Zapinany na podwójne wiązanie (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz z rzepem - Velcro z tyłu. Oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki oraz kodowania kolorystycznej za pomocą owinięcia fartucha. Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru). Dodatkowo w opakowaniu 2 chłonne ręczniki z włókniny typu Spunlace 30x40cm. Brak nieprzepuszczalności dla alkoholu (WSP 80.8 (2005) > poziom 9, odporność na przenikanie drobnoustrojów 6.0 IB. Odporność na przenikanie cieczy 116.8 cm H₂O. Uwalnianie cząstek 2.6 Log₁₀(liczba nitek)). Wytrzymałość na rozerwanie (na sucho)/(na mokro) 138 kPa / 145 kPa.


Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 25 poz. 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnego zestawu o poniższym opisie:

Serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 56 g/m².

Skład:



- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 80x190cm
- 1 x serweta główna o minimalnych wymiarach 200x300cm posiadająca samoprzylepny otwór 20x23 cm, zintegrowana z długim workiem do zbiórki cieczy ze sztywnikiem 150x60cm.

Włóknina serwet spełnia wymagania I klasy palności; sterylne, j. Użytku.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 5

Pakiet 26

Poz. 9-12

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartuchów, w których łączenia rękawów są wykonane metodą klejenia. Pragniemy nadmienić, iż powyższe rozwiązanie jest pewniejsze i skuteczniejsze niż sposób opisany w SWZ. Chcielibyśmy także nadmienić, iż proponowane fartuchy są obecnie dostarczane do Państwa placówki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Poz. 12

Prosimy o dopuszczenie oznaczenia rozmiaru XXL, jako XLL- 150 cm. Chcielibyśmy także nadmienić, iż proponowane fartuchy są obecnie dostarczane do Państwa placówki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Zestaw nr 6

Pakiet 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w których margines otwierania wynosi minimum 1cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Pakiet 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby opakowania zbiorcze posiadały margines otwierania oraz zaznaczony kierunek otwierania?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby opakowania zbiorcze posiadały margines w miejscu otwarcia lub zaznaczony kierunek otwierania opakowania.

Pakiet 1, poz. 8-9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów w których margines otwierania wynosi minimum 1cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Pakiet 1, poz. 8-9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów wykonanych z gazy bawełnianej 17 nitkowej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, poz. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów w rozmiarze 9,5x9,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, poz. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie 50x5szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Pakiet 1, poz. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów w rozmiarze 15x15cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, poz. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie 25x10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Pakiet 1, poz. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów z włókniny 4 W?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, poz. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w rozmiarze 10x10cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.


Pakiet 1, poz. 11,12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'5szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 1, poz. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Pakiet 1, poz. 14-15 Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowo-celulozowe do ran silnie sączących, wykonane z warstw:



Zewnętrzna strona kompresu niebieska?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 20x25cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz. 12 Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 20x25cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz. 12 Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 20x40cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.


Pakiet 2, poz. 9-12 Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz. 9-12 Czy Zamawiający dopuści kompresy bez niebieskiej nitki?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz. 9-12 Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowo-celulozowe do ran silnie sączących, wykonane z warstw:



Zewnętrzna strona kompresu niebieska?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 3 Czy Zamawiający dopuści margines w miejscu otwarcia minimum 1cm, co jest wystarczające do łatwego otwierania kompresów, a jednocześnie umożliwia złożenie ofert większej ilości wykonawców?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Pakiet 3 Czy Zamawiający dopuści aby na opakowaniu znajdował się piktogram informujący o przejściu procesu sterylizacji zamiast wskaźnika sterylizacji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 3, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 3, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 3, poz. 4-6 Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 3, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane a'20 szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 3, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane a'25 szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 3, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści podkłady sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Pakiet 3, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści podkłady ginekologiczne sterylne pakowane po 1 sztuce razem z serwetką 30x30cm, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Pakiet 3, pozycja 7 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 4, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści tupfery typu rożek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Pakiet 4, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści tupfery niejałowe kula 15x15cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 4, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści tupfery pakowane a'250szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Pakiet 4, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści tupfery 1 warstwowe?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 4, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści opakowanie zawierające widoczny symbol sterylizacji zamiast wskaźnika informującego o przejściu procesu sterylizacji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 6, pozycja 1-3 Czy Zamawiający dopuści opaski podtrzymujące o rozciągliwości min. 60%?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 6, pozycja 1-3 Czy Zamawiający dopuści opaski podtrzymujące o rozciągliwości min. 85%?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 6, pozycja 4-5 Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak ułatwiający wyciskanie i modelowanie gipsu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 6, pozycja 4-5 Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowa pakowane a'1szt?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 6, pozycja 4-5 Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie zanurzenia około 5 sekund, czasie modelowania około 5 minut, czasie wiązania 5-6 minut?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 6, pozycja 4-5 Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie zanurzenia około 5 sekund, czasie modelowania ok. 3 minut, czasie wiązania 3 minuty?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 6, pozycja 8 Prosimy Zamawiającego o wykreślenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Taki podział umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty przez większą ilość wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 8, pozycja 1, 3 Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a'12 sztuk, z wycena za opakowanie oraz odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 8, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a'24 sztuk, z wycena za opakowanie oraz odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 8, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartonik a'6 sztuk, z wycena za opakowanie oraz odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 8, pozycja 1-4 Czy Zamawiający dopuści przylepiec na rolce?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 8, pozycja 1-4 Czy Zamawiający dopuści przylepiec pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 8, pozycja 2-4 Czy Zamawiający dopuści przylepiec w kolorze białym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 8, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści przylepne paski zastępujące nici chirurgiczne pakowane po 5 sztuk w listku z wycena za opakowanie oraz odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Pakiet 8, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści przylepne paski zastępujące nici chirurgiczne pakowane po 3 sztuk w listku z wycena za opakowanie oraz odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Pakiet 8, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści przylepne paski zastępujące nici chirurgiczne pakowane po 6 sztuk w listku z wycena za opakowanie oraz odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Pakiet 8, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści przylepiec w rozmiarze 13x100mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przylepne paski w rozmiarze 12-13x100-101mm.

Pakiet 8, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści zestaw plastrów w opakowaniu a'18 sztuki z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 9, pozycja 1,2 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Pakiet 9, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Pakiet 9, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'30szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Pakiet 9, pozycja 5-6 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Pakiet 9, poz. 7-11 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do posobnego pakietu. Taki podział umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 9, pozycja 12-14 Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej i 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 21, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści piankę zawierającą w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 21, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści piankę o pojemności 300ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Pakiet 22, poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni jednokomorowej, samoprzylepnej w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 22, poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni jednokomorowej, samoprzylepnej w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 22, poz. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem o średnicy 7 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 22, poz. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem o wymiarach 6 x8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 22, poz. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na stół Mayo o wymiarach 80x140cm wykonaną z folii PE oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnienia?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 22, poz. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety dla noworodka o wymiarach 75x80cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 22, poz. 15-18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny SMMS?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 22, poz. 15-18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha zapinanego w okolicy karku na rzep z możliwością indywidualnego dopasowania?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 22, poz. 15-18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z kolorową lamówką pod szyją oznaczającą rozmiar? Identyfikacja rodzaju w zależności od wzmocnienia lub jego braku w postaci nadruku na fartuchu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 22, poz. 15-18 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ANSI/AAMI PB70 (ze względu na to że norma ta nie jest zharmonizowana z Dyrektywą Medyczną EEC 93/42) i wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o odporności na przenikanie drobnoustrojów 6,0 lb, zgodnie z EN ISO 22610?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 22, poz. 15-18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o odporności na przenikanie cieczy 113,5 cm H₂O i wytrzymałości na wypychanie na sucho 193 Kpa?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 22, poz. 15-18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha pakowanego w opakowanie folia-papier i we włókninę SMS z 2 ręcznikami włókninowymi?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 23, pozycja 4, 5 Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 23, poz. 4, 5 Czy Zamawiający dopuści zestawy z podkładem higienicznym 60cm x 60cm o chłonności 995g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Pakiet 23, poz. 4, 5 Czy Zamawiający dopuści zestawy zapakowane w rękaw papierowo-foliowym ze zgrzewem prostym i marginesem ułatwiającym otwieranie; etykieta z identyfikacją składu w postaci opisowej elementów składowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Pakiet 24 Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw z pęsetą plastikową z tolerancją rozmiaru +/- 0,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

Pakiet 24, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą włókninową, nieprzylepną 50cm x 70cm (zamiast 45cm x 75cm)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą włókninową, nieprzylepną 75cm x 90cm z otworem o śr. 7cm? (zamiast 75 x 90 cm z otworem ?10 cm)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści igły i strzykawkę bez opakowania jednostkowego, co pozwoli na redukcję powstawania odpadów opakowaniowych podczas zabiegu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw z żelem poślizgowym 6ml w ampułkostrzykawce?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw z wodą sterylną w strzykawce 2 x 10ml?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo foliowy, w proponowanym zestawie znajdują się miska nerkowata oraz pojemnik? (w ramach blistra)

1 x Serweta chirurgiczna 50cmx75cm 2-warstwowa

1 x Serweta chirurgiczna 45cmx75cm 2-warstwowa, z centralnym regulowanym otworem przylepnym 6cmx8cm

4 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

6 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm

1 x Igła iniekcyjna (0,8 x 40)

1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)

1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer-Lock

1 x Opatrunek foliowy z ramką 10cm x 15cm

1 x Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm

1 x Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm

1 x Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm

1 x Miska nerkowata PVC 12cm x 18cm

1 x Pojemnik okrągły poj. 120ml?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, pozycja 2, 3 Czy Zamawiający dopuści igły i strzykawkę bez opakowania jednostkowego, co pozwoli na redukcję powstawania odpadów opakowaniowych podczas zabiegu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo foliowy:

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm, 2-warstwowa, z centralnym otworem 6cm x 8cm z przylepcem na boku

1 x Chwytnak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 x Strzykawka 3-częściowa 5ml Luer

1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)

1 x Igła iniekcyjna (0,7 x 40)

6 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 15cm x 15cm

1 x Opatrunek foliowy z wkładem chłonnym, 9cm x 10cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo-foliowy?

1 x Chwytnak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13 cm

8 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cmx7,5cm

5 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 45cm (niebieski SMS)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 24, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo-foliowy?

4 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cmx7,5cm

2 x Rękawice diagn. nitrylowe bezpudrowe rozm. M

1 x Urządzenie do usuwania zszywek?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 7

Pakiet nr 6:

Poz. nr 4-5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych zgodnych z opisem, ale które posiadają w swoim składzie minimum 89% zawartości gipsu?

Odpowiedź: Tak

Pakiet nr 22:

Poz. nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania uchwytu typu rzep zgodnego z opisem, ale w rozmiarze 2,5cm x 14cm?

Odpowiedź: Tak

Pakiet nr 24:

Poz. nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dożylnego wkłucia centralnego zgodnego z opisem, ale posiadającego w swoim składzie 1 ręcznik w rozmiarze 33cm x 30cm (zamiast 30cm x 20cm)?

Odpowiedź: Tak

Pakiet nr 25:

Poz. nr 1, 2, 4, 5, 8 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów, w których gramatura serwety na stół narzędziowy wynosi 80 g/m²

Odpowiedź: Tak

Poz. nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z opisem, ale podłoga chłonna w serwecie z wycięciem "U" ma rozmiar 75cm x 130cm, natomiast wycięcie "U" ma rozmiar 10cm x 95cm, a serweta na stół Mayo wchodząca w skład zestawu ma gramaturę 87 g/m²?

Odpowiedź: Tak

Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z opisem, różniącego się nieznacznie w zakresie parametrów technicznych, a mianowicie: o odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) wynosi 158cm H₂O, a w miejscach dodatkowych padów chłonnych - 204cm H₂O oraz o odporność na rozerwanie na sucho i mokro (zgodnie z EN 13938-1) wynosi: 145 kPa i 134 kPa, a w obszarach wzmocnionych dodatkowymi padami chłonnymi: 339 kPa i 353 kPa

Odpowiedź: Tak

Poz. nr 5 i 6 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów, w których gramatura serwety na stolik Mayo wynosi 87 g/m²

Odpowiedź: Tak

Poz. nr 7 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z opisem, różniącego się nieznacznie w zakresie parametrów technicznych, a mianowicie: odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) wynosi 158cm H₂O, a odporność na rozerwanie na sucho i mokro (zgodnie z EN 13938-1) wynosi: 145 kPa i 134 kPa?

Odpowiedź: Tak

Zamawiający