



BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
49-301 BRZEG, ul. MOSSORA 1
tel. 77 444 65 75, sekretariat 77 444 65 36,
e-mail: zamowienia.publiczne@bcmbrzeg.pl
REGON: 000 313 437 NIP: 747 15 71 941

TP/17/2022

Brzeg, 07.11.2022 r.

Do wszystkich
Wykonawców, którzy pobrali
Specyfikację Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu – TP /17/ 2022.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.

Zamawiający - Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm. – dalej jako ustawa Pzp.) przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły w dniach 02.11.2022 r.- 03.11.2022r. do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dotyczy: **Dot. Pakiet 4,5 oraz 6** Formularz asortymentowo-cenowy/ Parametry wymagane

Pkt. 23

Prosimy o wskazanie systemu do którego ma zostać podłączony analizator: nazwa, producent oraz wskazanie firmy sprawującej serwis w/w oprogramowania dla Państwa szpitala.

Odpowiedź:

System do którego ma być podłączony analizator: System AMMS.

Firma sprawująca serwis w/w oprogramowania :

Info-Lider Sp. z o.o., ul. Stanisława Małachowskiego 45, 40-689 Katowice.

Pytanie nr 2

Dot. **Pakiet 4** Formularz asortymentowo-ceny/ Parametry wymagane

Pkt. 24

Prosimy o konkretne wyspecyfikowanie jakie czynności oraz sprzęty mają zostać dostarczone, Wykonawca nie wie jaki sprzęt posiada dzisiaj Zamawiający.

a) Czy dostarczenie :

- TP-LINK SG1048 switch L2 48x1GB Desktop/Rach
- Lanberg Szafa instalacyjna wisząca 19" 4U 600x450 mm – WF01-6404-10S spełni wymagania Zamawiającego? Jeśli nie, to prosimy o wskazanie konkretnego sprzętu do dostarczenia.

b) Czy Zamawiający poprzez wykonanie sieć dla nowych aparatów rozumie zapewnienie switch-a 48 port zarządzającego, współgrającego z aktualnym sprzętem szpitala + skrzynka RACK?

Odpowiedź:

a) **Zamawiający doprecyzowuje, że zaakceptuje dostarczenie sprzętu typu: Zyxel xgs3700 – 48 hp lub innego o równoważnych tj. nie gorszych parametrach. Zamawiający wyjaśnia, że wymaga montażu oraz podłączenia urządzeń, w tym konfigurację switcha.**

b) **Tak.**

Pytanie nr 3

Dotyczy: **Dot. Pakiet 4, 5 oraz 6** Formularz asortymentowo-cenowy/Parametry wymagane

Pkt. 2

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści analizator, który mierzy hemoglobinę a Hct jest parametrem wyliczanym ze zmierzonej w oksymetrze hemoglobiny? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 4.

Dotyczy: Załącznik nr 3.1 do SWZ - §1 pkt. 5

Czy Zamawiający dla pakietu nr 4,5, 6 dopuści termin ważności odczynników wynoszący 3 miesiące od daty dostawy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zgodnie z §1 pkt. 5 wzoru umowy (Załącznik nr 3.1 do SWZ) cyt:

„Odczynniki laboratoryjne o terminie ważności krótszym niż 6 miesięcy mogą być dostarczone tylko i wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zamawiającego w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub e-mail.”

Pytanie nr 5.

Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ: Czy w celu większej przejrzystości formularza, Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie tylko tych pakietów, do których Wykonawca przystępuje?

Odpowiedź:

Wykonawca składając ofertę uzupełnia w formularzu ofertowym tylko te Pakiety, do których przystępuje, pozostawiając pozostałe niewypełnione. Analogicznie wypełnia tylko te rubryki dotyczące kryteriów oceny ofert, które odnoszą się do Pakietów, do których przystępuje.

Pytanie nr 6.

Dotyczy Umowy: Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7.

Dotyczy SWZ punkt XXII ppkt 2c:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału kontrolnego, dla którego termin ważności jest zgodny z terminem na opakowaniu i wynosi do 3 miesięcy, a dystrybucja materiału kontrolnego odbywa się wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnego na stronie internetowej Wykonawcy? Krew kontrolna jest materiałem, o krótkim okresie ważności z uwagi na swoją specyfikę wewnętrzną, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważny materiał kontrolny. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedniego skalkulowania oferty, dlatego prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie krwi kontrolnej skalkulowanej w ilości uwzględniającej datę przydatności na opakowaniu i w ilości gwarantującej codzienne wykonanie kontroli oraz przyznanie punktacji za ważność samych odczynników z wyłączeniem krwi kontrolnej.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający w § 6 ust. 3 wzoru umowy wyraźnie zaznaczył, że cyt.: „Termin gwarancji (przydatności) odczynników krwinkowych wynosi minimum 4 tygodnie liczone od dnia faktycznego dostarczenia Zamawiającemu.”

Zamawiający doprecyzowuje zatem, że kryterium oceny ofert: Termin przydatności do zużycia, określone w Dziale XXII pkt.2c SWZ – nie dotyczy odczynników krwinkowych i krwi kontrolnej.

Pytanie nr 8.

Dotyczy Załącznika nr 2.1-2.6 do SWZ, pakiet 3, Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 1 oraz Parametry techniczne i użytkowe bezwzględnie wymagane dla automatycznego analizatora hematologicznego z rozdziałem na 5 populacji, pkt 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator miał również możliwość oznaczania odsetka mikrocytów i makrocytów jako parametrów diagnostycznych, zwalidowanych przez producenta, posiadających zakresy referencyjne i prezentowanych na wyniku pacjenta? Parametry te dają możliwość wczesnej diagnostyki i monitorowania pacjentów z niedokrwistościami.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 9

Dotyczy: Załącznika nr 2.1-2.6 do SWZ, pakiet 3. Parametry techniczne i użytkowe bezwzględnie wymagane dla automatycznego analizatora hematologicznego z rozdziałem na 5 populacji, **pkt 6:**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby Użytkownik analizatora miał możliwość manualnego wyboru dodatkowego trybu pomiaru dla próbek leukopenicznych, co daje Użytkownikowi możliwość decyzji kiedy i w jakiej sytuacji klinicznej dodatkowy pomiar będzie wykonany?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dotyczy: Załącznika nr 2.1-2.6 do SWZ, pakiet 3. Parametry techniczne i użytkowe bezwzględnie wymagane dla automatycznego analizatora hematologicznego z rozdziałem na 5 populacji, **pkt 16:**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby wyniki zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości producenta oferowanego analizatora były wysyłane automatycznie z aparatu zaraz po wykonaniu oznaczenia, bez konieczności ingerencji czy też zatwierdzania wyników kontroli przez Użytkownika?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 11

Dotyczy: Załącznika nr 2.1-2.6 do SWZ, pakiet 3. Parametry techniczne i użytkowe bezwzględnie wymagane dla automatycznego analizatora hematologicznego z rozdziałem na 5 populacji, **pkt 24:**

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator posiadał wbudowaną instrukcję obsługi w języku polskim z jednoczesną możliwością automatycznego przekierowania i wyświetlania działań naprawczych i opisu błędu wygenerowanego aktualnie przez analizator oraz ułatwiającą wyszukiwanie informacji dotyczących procedur konserwacji i czynności związanych z obsługą analizatora?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aby wskazany analizator posiadał wbudowaną instrukcję obsługi w języku polskim. W razie nie posiadania takiej funkcjonalności, Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z Działem X SWZ złożyć instrukcję obsługi analizatora w języku polskim wraz z ofertą jako przedmiotowy środek dowodowy.

Pytanie nr 12

Dotyczy: Załącznika nr 2.1-2.6 do SWZ, pakiet 3. Parametry techniczne i użytkowe bezwzględnie wymagane dla automatycznego analizatora hematologicznego z rozdziałem na 5 populacji, **pkt 25 i pkt 26:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szkoleń dla diagnostów i lekarzy dwa razy w ciągu roku, a pomoc merytoryczna (osobiście, on-line lub telefonicznie) będzie oferowana w razie potrzeby?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13

Dotyczy Załącznika nr 3.1 do SWZ – umowa dostawy: §1 ust. 3: Prosimy o wykreślenie zwrotu „telefonicznym” i usunięcie możliwości składania zamówień telefonicznie jako nieodpowiedniej formy, biorąc pod uwagę brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności składanych zamówień i osoby je składającej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę treści §1 ust. 3 Zał. Nr 3.1 do SWZ – wzoru umowy dostawy. Zamawiający dokona następującej zmiany treści powyższego zapisu:

„Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy odczynników laboratoryjnych w pozycjach i ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, po uprzednim wysłaniu zamówienia faksem na nr lub w formie dokumentu elektronicznego doręzonego na adres e-mail:, w ciągu dni roboczych od momentu zgłoszenia zamówienia w godzinach od 7:30 do 14:00, loco Laboratorium Zamawiającego pod adresem 49-301 Brzeg, ul Mossora 1. Wartość pojedynczej dostawy nie może być mniejsza niż 200,00 zł netto.”

Pytanie nr 14

Dotyczy Załącznika nr 3.1 do SWZ – umowa dostawy: §5 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił 30 dni i był liczony od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę?

Warto pamiętać, że nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne, a koszty te muszą być przerzucane na klientów przedsiębiorcy, wśród których jest i Zamawiający. Jako że przyjętą praktyką jest regulowanie faktur w terminie 2 tygodni, odstępować od tej zasady winno się tylko z ważnych powodów.

Jeśli tak, to prosimy o tożsamą modyfikację w §6 ust. 2 (Załącznik nr 3.2 do SWZ – umowa dzierżawy).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów umowy.

Pytanie nr 15

Dotyczy Załącznika nr 3.1 do SWZ – umowa dostawy:

§7 ust. 10 w związku z §8 ust. 3 pkt 2): Prosimy o usunięcie zapisu lub o jego modyfikację poprzez dodanie zdania: „za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”. Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi korelacji pomiędzy brzmieniem §7 ust. 10 umowy a art. 433 pkt. 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Postanowienie to nie stanowi wykorzystania przewagi kontraktowej, a jest wyrazem konieczności zapewnienia przez szpital ciągłości świadczeń zdrowotnych, co do których szpital jest zobowiązany ustawowo.

Pytanie nr 16

Dotyczy Załącznika nr 3.1 do SWZ – umowa dostawy: §9 ust. 9:

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie poprzez dodanie: „Strony dopuszczają dokonanie zmian numerów katalogowych lub nazwy z zachowaniem cen jednostkowych bez konieczności wprowadzenia ww. zmian aneksem do umowy. Jednocześnie Wykonawca poinformuje Zamawiającego o każdej ww. zmianie na adres e-mail: Zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę zapisów umowy i dokona zmiany w zakresie §9 ust. 9 wzoru umowy (Załącznik nr 3.1 do SWZ) poprzez dodanie pkt.6 w następującym brzmieniu:

„6) zmiany numerów katalogowych lub nazwy asortymentu objętego przedmiotem umowy, z zachowaniem cen jednostkowych bez konieczności wprowadzenia powyższych zmian aneksem do umowy. Jednocześnie Wykonawca poinformuje Zamawiającego o każdej ww. zmianie na adres e-mail: Zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.”

Pytanie nr 17

Dotyczy Załącznika nr 3.2 do SWZ – umowa dzierżawy: §2 ust. 2 lit. c:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu reakcji serwisu na podjęcie naprawy na miejscu poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany w zakresie treści § 2 ust.2 lit. c wzoru umowy (Załącznik nr 3.2 do SWZ), który otrzyma następujące brzmienie:

„c) usunięcia usterki lub awarii w okresie do 48 godzin w dni robocze. Czas ten rozumie się jako czas od zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu, przy czym czas reakcji na podjęcie naprawy wynosi do 24 godzin w dni robocze od przyjęcia zgłoszenia.”

Dotyczy pakietu nr 2: Dostawa odczynników do modułu biochemicznego zintegrowanej platformy biochemiczno-immunochemicznej wraz z jej dzierżawą.

Pytanie nr 18

Dot. pkt.4 załącz. nr. 2.2. do SWZ, zad. 2 Parametry techniczne i użytkowe dla analizatora biochemicznego:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który produkowany jest przez innego producenta wyłącznie dla firmy Oferenta produkującej odczynniki i stanowi jednolity system analityczny z oferowanymi odczynnikami? Oferent gwarantuje pełną dokumentację walidacyjną oferowanych odczynników, kalibratorów i kontroli wraz z oferowanym analizatorem, wraz z deklaracjami CE. W Deklaracji CE dla analizatora umieszczone są obie firmy: producenta aparatu i producenta odczynników.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19

Dot. pkt.10 zał. nr. 2.2. do SWZ, zad. 2 Parametry techniczne i użytkowe dla analizatora biochemicznego:

Prosimy o doprecyzowanie czy przez wymóg odczynniki "płynne, gotowe do użycia", Zamawiający wymaga takich reagentów które przed wstawieniem na pokład analizatora nie wymagają żadnych dodatkowych czynności przygotowawczych: rozpuszczania, mieszania czy łączenia składników?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 20

Dot. pkt.13 zał. nr. 2.2. do SWZ, zad. 2 Parametry techniczne i użytkowe dla analizatora biochemicznego:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu, który nie posiada wydzielonego, chłodzonego obszaru na kalibratory i kontrole? Materiały te można wstawić w każdej pozycji statywu i w każdym momencie oznaczyć dlatego nie wymagają ciągłego przechowywania na pokładzie analizatora.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21

Dot. pkt.15 zał. nr. 2.2. do SWZ, zad. 2 Parametry techniczne i użytkowe dla analizatora biochemicznego:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby uzupełnianie odczynników odbywało się bez przerywania procesu analizy, w trybie "wstrzymanie pobierania statywów" trwającym nie dłużej niż 5 min.?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 22

Dot. pkt.29 zał. nr. 2.2. do SWZ, zad. 2 Parametry techniczne i użytkowe dla analizatora biochemicznego:

W związku z wymogiem pkt. 10 parametrów wymaganych, prosimy o doprecyzowanie czy nie zaszła omyłka i Zamawiający wymaga aby identyfikacja odczynników odbywała się za pomocą kodów RFID, natomiast probówek za pomocą czytania barkodów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby identyfikacja odczynników odbywała się za pomocą kodów RFID, a probówek za pomocą barkodów.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie postępowania?

Odpowiedź:

Tak.

PYTANIA DOT UMOWY:

Pytanie nr 24

załącznik 3.1

par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy postanowienia umożliwiającego dokonanie waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z poniższą propozycją?

Ceny wskazane w załączniku cenowym po zakończeniu każdego roku kalendarzowego obowiązywania niniejszej Umowy mogą podlegać podwyższeniu w wyniku waloryzacji w oparciu o oficjalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny ze skutkiem na dzień 1 marca kolejnego roku kalendarzowego obowiązywania Umowy. W celu dokonania waloryzacji Strony w dobrej wierze w każdym kolejnym roku obowiązywania Umowy przystąpią do negocjacji wysokości waloryzacji cen na kolejny rok obowiązywania Umowy. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia co do waloryzacji cen na kolejny rok obowiązywania Umowy, każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie nie rodzi żadnych dodatkowych obciążeń po żadnej ze Stron, w szczególności nie skutkuje koniecznością zapłaty kary umownej. Strony przewidują możliwość dokonania modyfikacji niniejszego postanowienia, jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy wejdą w życie przepisy regulujące możliwość dokonywania waloryzacji wynagrodzenia wykonawców w sposób odmienny od przewidzianego przez Strony.

Ew. czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy postanowienia mającego taki sam cel i skutek, jednak w innym, przyjętym u Zamawiającego brzmieniu?

Uzasadnienie: Umowa, która ma zostać zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w rezultacie ogłoszonego postępowania przetargowego ma charakter długoterminowy. Dynamicznie zmieniające się warunki realizacji umów wywołane czynnikami zewnętrznymi, na które Wykonawca nie ma wpływu, w szczególności konflikt zbrojny na Ukrainie oraz rosnąca inflacja związane są z dotkliwymi konsekwencjami rynkowymi w postaci m.in. niemożliwego do precyzyjnego przewidzenia na moment składania oferty i zawierania umowy wzrostu cen dostarczanych materiałów, które w perspektywie wieloletniego kontraktu mogą osiągnąć poziom równoznaczny z utratą opłacalności realizowania kontraktu przez Wykonawcę bądź oznaczający ponoszenie przez Wykonawcę nieuzasadnionych strat. W celu przywrócenia równowagi ekonomicznej stron kontraktu prosimy o wyrażenie zgody na umieszczenie w umowie klauzuli waloryzacyjnej umożliwiającej w ramach corocznych negocjacji dostosowanie cen do aktualnej sytuacji gospodarczej poprzez zastosowanie obiektywnego wskaźnika publikowanego przez GUS. Proponowana klauzula waloryzacyjna jest uzasadnioną odpowiedzią na obserwowaną obecnie nieprzewidywalność w zakresie realnie ponoszonych przez Wykonawcę kosztów realizacji umowy warunkujących rentowność kontraktu, do zapewnienia której jako podmiot gospodarczy Wykonawca jest zobowiązany. Jednocześnie uwzględnienie w Umowie klauzuli waloryzacyjnej jest zgodne z koncepcją prezentowaną przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w którym toczą się prace nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych uzupełniającą istniejące regulacje o przepisy gwarantujące możliwość zmian umowy w obecnej sytuacji rynkowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do **§ 9 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik Nr 3.1 do SWZ) pkt. 9** o treści uwzględniającej propozycję Wykonawcy, w następującym brzmieniu:

„9) w kontekście zmian wysokości cen jednostkowych asortymentu, określonych w specyfikacji asortymentowo-cenowej, w wyniku waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny ze skutkiem na dzień 1 czerwca kolejnego roku kalendarzowego obowiązywania umowy.”

Ponadto, zmianie ulegnie ust. 4 , który otrzyma następujące brzmienie:

„4. Zmiany cen, o których mowa w ust. 2 pkt 5,6,7,8,9 są dopuszczalne jedynie wtedy, kiedy będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.”

Pytanie nr 25

par. 7 ust. 1 pkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za rozwiązanie „z przyczyn zawnionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Odpowiedź:

Postanowienie umowne jest zgodne z treścią art. 471 k.c.

Pytanie nr 27

Par. 7 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27

par. 7 ust. 10

Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Ponadto z uwagi na zmianę przepisów na podstawie ustawy dotyczącej zatorów płatniczych, wykorzystywanie przewagi kontraktowej jest niebezpieczne i nieuczciwe w ocenie Prezesa UOKiK.

Dlatego prosimy o modyfikację zapisów poprzez dodanie zdania:

„nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi korelacji pomiędzy brzmieniem §7 ust. 10 umowy a art. 433 pkt. 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Postanowienie to nie stanowi wykorzystania przewagi kontraktowej, a jest wyrazem konieczności zapewnienia przez szpital ciągłości świadczeń zdrowotnych, co do których szpital jest zobowiązany ustawowo.

Pytanie nr 28

par. 7 ust. 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w §7 ust. 11 umowy dopisku „do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”.

Pytanie nr 29

par. 8 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30

par. 9

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?

1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

1.1. Zmianę przedmiotu umowy (Urządzenia lub odczynniki oraz inne materiały objęte umową) na produkty nowej generacji, o nie gorszych właściwościach niż wymagane w postępowaniu o zamówienie publiczne

1.2. zmianę sposobu konfekcjonowania;

Uzasadnienie:

Diagnostyka laboratoryjna Naszej firmy podlega ciągłemu rozwojowi prowadząc do powstawania coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań. Chcąc zapewnić naszym klientom dostęp do jak najnowocześniejszym systemów chcielibyśmy zaproponować możliwość zmiany pozwalającą na wymianę w trakcie trwania umowy używanego Urządzenia lub odczynników na nowe ich generacje.

Odpowiedź:

Wskazana przez Wykonawcę propozycja zmiany umowy zawiera się w treści § 9 ust. 2 pkt 1) lit.a) i b) wzoru umowy, stanowiącego Zał. Nr 3.1 do SWZ.

Pytanie nr 31

par. 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 32

Załącznik 3.2

par. 2 ust. 2 lit. c, e Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 33

Załącznik 3.2

par. 3 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34

Załącznik 3.2

par. 7 ust. 1 pkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstępienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35

Załącznik 3.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za rozwiązanie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Odpowiedź:

Postanowienie umowne jest zgodne z treścią art. 471 k.c.

Pytanie nr 36

Załącznik 3.2

par. 7 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź:

W § 7 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3.2 do SWZ, nie ma ust. 8 o treści wskazanej przez Wykonawcę.

Pytanie nr 37

Załącznik 3.2

par. 10

Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy przetwarzania danych osobowych wg wzoru załączonego przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo wprowadzenia postanowień uszczegóławiających i korygujących, a wynikających z treści złożonej oferty i postanowień SWZ.

dot. Pakiet nr 1 – Dostawa odczynników do oznaczeń serologicznych mikrometodą kolumnową żelową wraz z dzierżawą aparatury i sprzętu komputerowego do mikrometody dla Brzeskiego Centrum Medycznego – wg załącznika nr 2.1 do SWZ;

Pytanie nr 38

Prosimy o potwierdzenie, że podane ilości w kolumnie „Ilość odczynników na 24 m-ce” to ilość wymaganych kart, o których mowa w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 39

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z brzmieniem pkt 7 zawartym pod formularzem asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2.1 do SWZ), Zamawiający wymaga aby dostawy wszystkich zaoferowanych produktów w ramach pakietu nr 1 odbywały się nie rzadziej niż raz na miesiąc wg załączonego do oferty/dostarczonego harmonogramu dostaw na dany rok, uwzględniającego cykl produkcyjny wyrobów, a kryterium oceny oferty „Termin dostawy zamówienia” dla pakietu nr 1 będzie dotyczyć dostaw pilnych w trybie „CITO” od 1 do 4 dni roboczych, zgodnie z deklaracją wykonawcy w treści oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że rezygnuje z harmonogramu dostaw na dany rok w ramach pakietu nr 1. Jednocześnie wskazuje, że termin dostawy zamówienia jako kryterium oceny ofert dotyczy wszystkich zaoferowanych produktów. Zamawiający wymaga, aby odczynniki dostarczane były w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze. Zapis znajdujący się w poz. 7 Zał. Nr 2.1 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) zostanie usunięty.

Pytanie nr 40

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku produktów nie będących wyrobami medycznymi tj. końcówek do pipet (poz. 7), kontroli zewnątrzlaboratoryjnej (poz. 8), zestawu komputerowego z wyposażeniem (poz. 9) oraz klimatyzatora (poz. 10) formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 2.1 do SWZ), Zamawiający nie wymaga deklaracji/certyfikatu zgodności CE?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku produktów niebędących wyrobami medycznymi nie będzie wymagał złożenia deklaracji/certyfikatu zgodności CE.

Pytanie nr 41

Czy w zakresie pakietu nr 1 Zamawiający dopuści termin załatwienia reklamacji wynoszący 14 dni, co podyktowane jest procedurą producenta i jego siedzibą poza granicami RP?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

II. ZMIANY TREŚCI SWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) **dokonyuje następujących zmian w treści SWZ:**

Zmiana nr 1 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 13):

W zakresie §1 ust. 3 Zał. Nr 3.1 do SWZ – wzoru umowy dostawy, Zamawiający dokonuje zmiany zapisu z:

„Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy odczynników laboratoryjnych w pozycjach i ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zamówienia bądź wysłaniem faksem na nr lub w formie dokumentu elektronicznego doręzonego na adres e-mail:, w ciągu dni roboczych od momentu zgłoszenia zamówienia w godzinach od 7:30 do 14:00, loco Laboratorium Zamawiającego pod adresem 49-301 Brzeg, ul Mossora 1. Wartość pojedynczej dostawy nie może być mniejsza niż 200,00 zł netto.”

na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy odczynników laboratoryjnych w pozycjach i ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, po uprzednim wysłaniu zamówienia faksem na nr lub w formie dokumentu elektronicznego doręzonego na adres e-

mail:, w ciągu dni roboczych od momentu zgłoszenia zamówienia w godzinach od 7:30 do 14:00, loco Laboratorium Zamawiającego pod adresem 49-301 Brzeg, ul Mossora 1. Wartość pojedynczej dostawy nie może być mniejsza niż 200,00 zł netto."

Zmiana nr 2 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 16):

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ poprzez dodanie **pkt. 6** w § 9 ust. 9 wzoru umowy (Załącz. Nr 3.1 do SWZ) w następującym brzmieniu:

„6) zmiany numerów katalogowych lub nazwy asortymentu objętego przedmiotem umowy, z zachowaniem cen jednostkowych bez konieczności wprowadzenia powyższych zmian aneksem do umowy. Jednocześnie Wykonawca poinformuje Zamawiającego o każdej ww. zmianie na adres e mail: Zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego."

Zmiana nr 3 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 17 i 32):

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie treści § 2 ust.2 lit. c wzoru umowy (Załącz. Nr 3.2 do SWZ) z:

„c) usunięcia usterki lub awarii w okresie do 48 godzin w dni robocze. Czas ten rozumie się jako czas od zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu, przy czym czas reakcji na podjęcie naprawy wynosi do 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia."

na następujący:

„c) usunięcia usterki lub awarii w okresie do 48 godzin w dni robocze. Czas ten rozumie się jako czas od zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu, przy czym czas reakcji na podjęcie naprawy wynosi do 24 godzin w dni robocze od przyjęcia zgłoszenia."

Jednocześnie zmianie ulega również zapis § 2 ust.2 lit. e wzoru umowy (Załącz. Nr 3.2 do SWZ) z:

„e) sprzętu zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 48 godzin." :

na następujący

„e) sprzętu zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 48 godzin w dni robocze."

Zmiana nr 4 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 24):

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ poprzez dodanie **pkt. 9** do § 9 ust. 2 wzoru umowy (Załącz. Nr 3.1 do SWZ) w następującym brzmieniu:

„9) w kontekście zmian wysokości cen jednostkowych asortymentu, określonych w specyfikacji asortymentowo-cenowej, w wyniku waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny ze skutkiem na dzień 1 czerwca kolejnego roku kalendarzowego obowiązywania umowy."

Ponadto, Zamawiający dokonuje zmiany w **ust. 4** , który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Zmiany cen, o których mowa w ust. 2 pkt 5,6,7,8,9 są dopuszczalne jedynie wtedy, kiedy będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę."

Zmiana nr 5 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 28):

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ poprzez dodanie **§7 ust. 11** wzoru umowy (załącz. Nr 3.1 do SWZ) **dopisku „do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”**.

Zmiana nr 6 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 37):

Zamawiający wprowadza Załącz. Nr 6 do SWZ – który stanowi wzór umowy przetwarzania danych.

Zmiana nr 7 (w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 39):

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie Załącz. Nr 2.1 do SWZ – formularza asortymentowo-cenowego poprzez usunięcie zapisu z poz. 7 znajdującego się w UWAGACH pod tabelą.

Zmiana nr 8

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ poprzez dodanie na końcu zdania w **§8 ust. 3 pkt.2) wzoru umowy (zał. Nr 3.1 do SWZ) dopisku „terminu”**.

Zapis §8 ust. 3 pkt.2) wzoru umowy (Zał. Nr 3.1 do SWZ) otrzyma wobec tego następujące brzmienie:

„jeżeli Wykonawca, pomimo zawarcia niniejszej umowy nie podjął dostaw lub zaprzestał ich wykonywania i w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia doręczenia mu wezwania Zamawiającego w tym zakresie dalej nie podjął się realizacji swoich zobowiązań – w takim przypadku oświadczenie o odstąpieniu może być złożone **w ciągu 30 dni** liczonych od upływu dodatkowego siedmiodniowego **terminu**;”

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ oraz dokonane w ich następstwie zmiany, w tym **zmieniona SWZ, zaktualizowany Załącznik nr 2.1 do 2.6 do SWZ -formularz asortymentowo-cenowy, zaktualizowany wzór umowy na dostawy– Zał. Nr 3.1 do SWZ oraz wzór umowy dzierżawy – Zał. Nr 3.2 do SWZ, Zał. Nr 6 do SWZ – wzór umowy powierzenia przetwarzania danych**, zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania <https://e-ProPublico.pl/>.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz **dokonane w ich następstwie zmiany treści SWZ, jako stanowiące integralną część SWZ.**

.....
Kierownik Zamawiającego