

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa szwów chirurgicznych oraz siatek przepuklinowych.

Numer referencyjny: ZP.3311.2.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 do części nr 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści taśmy podcewkowe wykonane z polipropylenu, monofilamentowa z plastikową osłonką na taśmie, o dł. 45 cm, szer. 1,1 cm, grubości 0,45 mm, gramaturze 57 g/m², brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 do części nr 12, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści:

Sterylny, jednorazowy, regulowany system stosowany w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy.

Zestaw składa się z :

siatki sześcioramiennej o anatomicznym kształcie wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o parametrach: grubość: 0,4mm, porowatość: 55%, rozmiar porów > 0,75 mm, gramatura: 40 g/m²

2 kotwic (100% biokompatybilne, wykonane z tworzywa PEEK) do mocowania siatki w więźadle krzyżowo-kolcowym prowadnicy

Możliwość regulacji położenia siatki po zamocowaniu jej w obu więzadłach krzyżowo-kolcowych. Siatka uniwersalna- może być używana do wypadania przedniego, tylnego oraz wypadania sklepienia pochwy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z- ca Dyrektora ds. Administracyjnych

Mariusz Kowalczuk