



BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
49-301 BRZEG, ul. MOSSORA 1  
tel. 77 444 65 75, sekretariat 77 444 65 36,  
e-mail: [zamowienia.publiczne@bcmbrzeg.pl](mailto:zamowienia.publiczne@bcmbrzeg.pl)  
REGON: 000 313 437 NIP: 747 15 71 941

PN/2/2024

Brzeg, 21.08.2024 r.

Do wszystkich  
Wykonawców, którzy pobrali  
Specyfikację Warunków Zamówienia

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ – II TURA.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „[Dostawa odzieży i obłożeń operacyjnych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu – PN/2/2024.](#)”

#### I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.

Zamawiający - Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm. – dalej jako ustawa Pzp.) przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły w dniach **12.08. 2024 r. - 14.08.2024 r.** do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie nr 1**

##### **Część 9**

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m<sup>2</sup>?

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach: o mankiet 5 cm o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm) o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie fartuchów o gramaturze min. 20g/m<sup>2</sup>.**

**Wyraża zgodę na wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.**

**Nie wyraża zgody na rozmiar uniwersalny o parametrach podanych wyżej w opisie.**

#### **Pytanie nr 2**

##### **Część 12, poz. 1-2**

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 35 g/m<sup>2</sup>?

Czy zamawiający dopuści jeden kolor?

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na podaną gramaturę bluzy i spodni zabiegowych. Dopuszcza jeden kolor.**

#### **Pytanie nr 3**

##### **Część 12, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści wycięcie półokrągłe pod szyją?

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 4**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części 2 Zadaniu 1** serwety 3-warstwowej 60x75cm z przylepnym otworem typu romb 10x13 cm położonym decentralnie.

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 2 Zadaniu 1 strzykawek przezroczystych z zielonym tłokiem 2 częściowych 2 i 5 ml.

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla tej pozycji asortymentowej (Załącznik Nr 2.2 poz. 1 do SWZ).**

**Pytanie nr 5**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 2 Zadaniu 1 kompres z włókniny 10x10cm 4 warstwowy.

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla tej pozycji asortymentowej (Załącznik Nr 2.2 poz. 1 do SWZ).**

**Pytanie nr 6**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 2 Zadaniu 1 kompres z gazy 10x10cm 8 warstwowy.

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 2 Zadaniu 2 ostrza do obcinania szwów 11cm.

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 2 Zadaniu 2 stalowego imadła chirurgicznego o długości 14 cm.

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 9**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 2 Zadaniu 2 stalowego imadła chirurgicznego o długości 12,5 cm.

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 2 Zadaniu 2 strzykawka luer 10 ml 2-częściowa, przezroczysta z zielonym tłokiem.

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 2 Zadaniu 2 fartuch chirurgiczny rozmiar L, o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup> wykonany z włókniny SMS.

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 12**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 2 wyrobów 2-warstwowych wykonanych z PP/PE, o gramaturze 59g/m<sup>2</sup> i chłonności min. 361%. Materiał spełnia wymogi normy EN 13795-1.

**Odpowiedź:**  
**Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla tej pozycji asortymentowej (Załącznik Nr 2.2 poz. 2 – do SWZ)**

### Pytanie nr 13

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 10 Zadanie 1 serwety z gazy 45x45cm 8 warstwowej z tasiemką i RTG, 17N.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie nr 14

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 10 Zadania 1 opatrunku operacyjnego włókninowego z wkładem chłonnym z hipoalergicznym klejem o wymiarach 9x25cm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla tej pozycji asortymentowej (Zał. Nr 2.10 poz. 1 – do SWZ)**

### Pytanie nr 15

**Wzór umowy**

Zwracamy się z prośbą o zmianę sposobu naliczania kar umownych na 1% od wartości niezrealizowanego zamówienia/ z tytułu reklamacji i/lub gwarancji, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów umowy. Wskazać należy, iż Zamawiający jako podmiot leczniczy zamawiając produkty od Wykonawcy potrzebuje je w danym momencie, aby móc terminowo i zgodnie ze sztuką udzielić świadczenia medycznego. Dlatego też musi mieć skonstruowane w umowie takie mechanizmy zabezpieczenia, aby Wykonawca podjął wszelkie starania mające na celu prawidłowe i terminowe wykonanie umowy.**

### Pytanie nr 16

**Pakiet 9**

Czy Zamawiający dopuści fartuch włókninowy niesterylny, jednorazowego użytku, kolor zielony, wykonany z wysokiej jakości włókniny PP, rozmiar: długość 120 cm (+/- 5 cm), obwód 140 cm (+/- 4 cm), długość rękawa 57 cm (+/-3 cm), gramatura 20g, posiada troki do wiązania w pasie, posiada trwałe, elastyczne mankiety o szerokości co najmniej 5 cm?

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

### Pytanie nr 17

**Pakiet 9**

Czy Zamawiający dopuści fartuch włókninowy niesterylny, jednorazowego użytku, kolor zielony, wykonany z wysokiej jakości włókniny PP, rozmiar: długość 120 cm (+/- 5 cm), obwód 140 cm (+/- 4 cm), długość rękawa 57 cm (+/-3 cm), gramatura 30g, posiada troki do wiązania w pasie, posiada trwałe, elastyczne mankiety o szerokości co najmniej 5 cm?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie nr 18

**Pakiet 9**

Czy Zamawiający dopuści fartuch włókninowy niesterylny, jednorazowego użytku, kolor zielony, wykonany z wysokiej jakości włókniny PP, rozmiar: długość 120 cm (+/- 5 cm), obwód 140 cm (+/- 4 cm), długość rękawa 57 cm (+/-3 cm), gramatura 20g, posiada troki do wiązania w pasie, rękaw zakończony gumką ?

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

### Pytanie nr 19

**Pakiet 9**

Czy Zamawiający dopuści fartuch włókninowy niesterylny, jednorazowego użytku, kolor zielony, wykonany z wysokiej jakości włókniny PP, rozmiar: długość 120 cm (+/- 5 cm), obwód 140 cm (+/- 4 cm), długość rękawa 57 cm (+/-3 cm), gramatura 30g, posiada troki do wiązania w pasie, posiada trwałe, rękaw zakończony gumką ?

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

### Pytanie nr 20

**Pakiet 12**

Czy Zamawiający dopuści bluzę i spodnie pakowane jak komplet oraz wycenę 16 000 kompletów w jednej

pozycji?

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 21**

**Pakiet 12**

Czy Zamawiający dopuści włókninę SMMS o gramaturze min. 40 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 22**

**Pakiet 12**

Czy Zamawiający dopuści bluzę oraz spodnie tylko w jednym kolorze, niebieskim?

**Odpowiedź:**

**Tak.**

**Pytanie nr 23**

**Pakiet 12, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści bluzę z krótkim rękawem o kroju prostym?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 24**

**Pakiet 12, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści spodnie bez kieszeni?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 25**

**Część nr 1 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie transportowe z systemem podwójnego zabezpieczenia - wewnętrzna torba foliowa oraz karton zewnętrzny?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 26**

**Część nr 1 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę dla noworodka o wymiarach 80 cm x 90 cm?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 27**

**Część nr 1 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści tupfery wykonane z gazy 17-nitkowej o wymiarach 40 cm x 30 cm z nitką RTG?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 28**

**Część nr 1 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści tupfery wykonane z gazy 17-nitkowej o wymiarach 50 cm x 50 cm z nitką RTG?

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 29**

**Część nr 1 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowatą plastikową poj. 800 ml, o wymiarach 24,5cm x 10 cm x 5 cm?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 30**

**Część nr 1 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści ręczniki celulozowe o wymiarach 30 cm x 30 cm?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 31**

**Część nr 1 pozycja 3** – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo-foliowy, z dołączonym pojemnik o poj. 120 ml w ramach blistra oraz mogącym służyć jako pojemnik na odpady bądź płyny powstające podczas zabiegu?

- 4x Tupfer z gazy bez nitki RTG, 17N 20cm x 20cm
  - 5x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm
  - 2x Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpydrowe rozm. M
  - 1x Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa
  - 1x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem 6cm x 8cm z rozcięciem od otworu do brzegu serwety
  - 1x Pęseta plastikowa 13cm niebieska
  - 1x Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)
  - 1x Pojemnik okrągły poj. 120ml, przezroczysty, z podziałką
- Osobno pakowane:
- 1x Strzykawka z wodą destylowaną oraz gliceryną
  - 1x Żel poślizgowy w ampułkostrzykawce

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zestaw o podanych wyżej parametrach.**

**Pytanie nr 32**

**Część nr 1 pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający dopuszcza pad chłonny o gramaturze min. 80 g/m<sup>2</sup> oraz chłonności min. 600%?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyjaśnia, że pad chłonny dotyczy poz. 2 i 3, a nie poz. 1 jak wskazał Wykonawca.**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie padu chłonnego o gramaturze min. 80 g/m<sup>2</sup> oraz chłonności min. 600%.**

**Pytanie nr 33**

**Część nr 2 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie?

- 1x Serweta chirurgiczna 75cm x 75cm 2-warstwowa
- 1x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa, do znieczuleń przewodowych, z otw.przylep.10cm x 15cm
- 1x Igła iniekcyjna (0,5 x 40)
- 1x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
- 1x Strzykawka 2-częściowa 2ml Luer
- 1x Strzykawka 2-częściowa 5ml Luer
- 1x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm
- 1x Chwytnik plastikowy 18cm
- 3x Kompres z włókna 30G 4W 10cm x 10cm
- 6x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 30cm x 30cm
- 1x Pojemnik okrągły poj. 120ml, przezroczysty, z podziałką, wym. 8,8 cm x 3,5 cm

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu produktów o wskazanych wyżej parametrach.**

**Pytanie nr 34**

**Część nr 2 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie?

- 1x Serweta chirurgiczna 120cm x 170cm wzmocniona z otworem przylepnym o śr. 12cm
- 1x Fartuch chirurgiczny STANDARD rozm. L
- 1x Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 12,5cm
- 1x Strzykawka 2-częściowa 20 ml Luer
- 1x Chwytnik plastikowy 18cm
- 1x Pojemnik okrągły poj. 120 ml, przezroczysty, z podziałką
- 3x Tupfer z gazy z nitką RTG 17N 25cm x 25cm
- 1x Opatrunek foliowy z ramką, samoprzylepny 10cm x 15cm

- 1x Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm
- 5x Kompres z włókniny 30G 4W 7,5cm x 7,5cm
- 1x Serweta chirurgiczna 90cm x 120cm 2 warstwowa

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu produktów o wskazanych wyżej parametrach.**

**Pytanie nr 35**

**Część nr 3**

Czy Zamawiający dopuszcza kompresy z włókniny o gramaturze 30g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 36**

**Część nr 3**

Czy Zamawiający dopuszcza nożyczki metalowe do cięcia pępowiny o długości 12 cm?

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania nożyczek w długości określonej w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2.3 do SWZ)**

**Pytanie nr 37**

**Część nr 3**

Czy Zamawiający dopuszcza zacisk do pępowiny biały?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 38**

**Część nr 3**

Czy Zamawiający dopuszcza podkład higieniczny o wymiarach 90 cm x 60 cm o gramaturze 77g oraz chłonności 1177 ml?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania podkładu o parametrach jakościowych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 39**

**Część nr 6 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m<sup>2</sup>. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki. Zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 - 7,5 cm na drugiej części fartucha. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 268,9/262 kPa. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia dla tej pozycji asortymentowej. (Załącznik Nr 2.6 poz 1 SWZ)**

**Pytanie nr 40**

**Część nr 6 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki. Zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 - 7,5 cm na drugiej części fartucha. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 80,60/76 kPa. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia dla tej pozycji asortymentowej. (Załącznik Nr 2.6 poz 2 SWZ)**



#### **Pytanie nr 41**

##### **Część nr 6 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMMS o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny o szerokości nie mniejszej niż 8 cm. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki. Zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 - 7,5 cm na drugiej części fartucha. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 128/117 kPa. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019?

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia dla tej pozycji asortymentowej. (Zał. Nr 2.6 poz 2 SWZ)**

#### **Pytanie nr 42**

##### **Część nr 6 pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki. Zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 - 7,5 cm na drugiej części fartucha. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 107,71/110,8 kPa. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019?

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia dla tej pozycji asortymentowej. (Zał. Nr 2.6 poz 3 SWZ)**

#### **Pytanie nr 43**

##### **Część nr 6 pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMMS o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup> wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 42 g/m<sup>2</sup>. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny o szerokości nie mniejszej niż 8 cm. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki. Zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 - 7,5 cm na drugiej części fartucha. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 193/113,5/110,8 kPa. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019?

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia dla tej pozycji asortymentowej. (Zał. Nr 2.6 poz 4 SWZ)**

#### **Pytanie nr 44**

##### **Część nr 6 pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści zarękawnik wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>?

##### **Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 45**

##### **Część nr 6 pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści zarękawnik o długości 54cm?

##### **Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 46**

##### **Część nr 6 pozycja 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'2 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 47**

**Część nr 7, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarze 17,5cm x 9,5cm?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 48**

**Część nr 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści maski w kolorze zielonym?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 49**

**Część nr 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanych ilości.**

**Pytanie nr 50**

**Część nr 9, pozycja 1**

W związku pojawiającymi się zapytaniami Wykonawców dotyczącymi błędnego wymogu uznania fartucha jako ŚOI prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny. Fartuch niesterylny stosowany w środowisku medycznym ze względu na swoją konstrukcję i właściwości nie spełnia wymagań w odniesieniu do środka ochrony osobistej kategorii I. Wynika to z wymagań zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z dokonaną zmianą treści SWZ w dniu 8 sierpnia 2024 r. i udzielonymi odpowiedziami na pytania do SWZ (odpowiedź na pytanie 29), Zamawiający wyraźnie wskazał, że w ramach Części 9, poz. 1 oczekuje zaoferowania fartuchów będących Środkiem ochrony indywidualnej kat. I.**

**Pytanie nr 51**

**Część nr 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający ma na myśli fartuch będący wyrobem medycznym, przeznaczony do stosowania przez personel medyczny podczas wykonywania procedur medycznych lub przez odwiedzających, nie wymagających rozwiązań jałowych jako bariera w celu ograniczenia przenoszenia zanieczyszczeń lub/i potencjalnych czynników infekcyjnych?

**Odpowiedź:**

**Patrz odpowiedź na pyt. 50**

**Pytanie nr 52**

**Część nr 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze zielonym?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 53**

**Część nr 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L o wymiarach: długość 120cm +/-2cm, obwód 140cm +/-2cm, długość rękawa 56cm +/-2cm?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla tej pozycji asortymentowej.**

**Pytanie nr 54**

**Część nr 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o wymiarach: długość 125cm +/-2cm, obwód 150cm +/-2cm, długość rękawa 57cm +/-2cm?



**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla tej pozycji asortymentowej.**

**Pytanie nr 55**

**Część nr 10**

Czy zamawiający dopuszcza fartuch w rozmiarze L umieszczony jako pierwszy komponent po rozwinięciu zestawu?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 56**

**Część nr 10**

Czy Zamawiający dopuszcza zestawy pakowane do transportu w podwójne opakowanie :wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny karton transportowy?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 57**

**Część nr 10**

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie, aktualnie dostarczany do szpitala?

1x Serweta chirurgiczna 260cm x 310cm, wzmocniona, z wycięciem w kształcie gruszki oraz z torbą do zbiórki płynów

1x Serweta chirurgiczna 100cm x 150cm 2-warstwowa

1x Serweta chłonna dla noworodka 60cm x 80cm

2x Fartuch chirurgiczny STANDARD rozmiar L

2x Fartuch chirurgiczny STANDARD rozmiar XL

40x Kompres z gazy 17N 12W 10cm x 10cm z nitką RTG

10x Serweta operacyjna z gazy 17N 4W 45cm x 45cm z nitką RTG i tasiemką

1x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 10cm x 25cm

5x Tupfer z gazy z nitką RTG 17N 20cm x 20cm

1x Chwytnik plastikowy 23cm

1x Pojemnik okrągły poj. 250ml, niebieski, z podziałką

1x Serweta na stolik do instrumentarium 150cm x 190cm

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 58**

**Część nr 11, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z papieru laminowanego folią o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup> (papier 23 g/m<sup>2</sup>, folia 17 g/m<sup>2</sup>), wzmocnione, miękkie, wodoodporne, chłonne i wytrzymałe w kolorze białym z niebieskimi nitkami?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia dla tej pozycji asortymentowej. (Zał. Nr 2.11 poz 1 SWZ)**

**Pytanie nr 59**

**Część nr 11, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie handlowe a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowanej ilości asortymentu.**

**Pytanie nr 60**

**Część nr 12, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści bluzę z krótkim rękawem wykonaną z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim. Rękawy krótkie o kroju standardowym zakończone obszyciem. Bluza wyposażona w 3 duże kieszenie (2 na dole bluzy, 1 na piersi). Dekolt wyposażony z przodu w zapinanie na biały nap. Rozmiary S-XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Dół bluzy obszyty. Bluza pakowana jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności.

**Odpowiedź:**



**Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia dla tej pozycji asortymentowej. (Zał. Nr 2.12 poz 1 SWZ)**

#### **Pytanie nr 61**

##### **Część nr 12, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści spodnie wykonane z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim. Wiązane na troki w pasie. Wyposażone w 1 dużą kieszeń zapinaną na nap. Rozmiary S-XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Nogawki obszyte. Spodnie pakowane jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności.

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia dla tej pozycji asortymentowej. (Zał. Nr 2.12 poz 2 SWZ)**

#### **Pytanie nr 62**

##### **Dotyczy pak. nr 4, poz. 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego prześcieradła z wkładem chłonnym, wykonane z włókniny PP 50g/m<sup>2</sup> + PE 25g/m<sup>2</sup>, rdzeń chłonny zbudowany z warstwy celulozy 18g/m<sup>2</sup>, superchłonnego polimeru (SAP) 27g oraz puszystej pulpy typu Fluff Pulp 92g, chłonność 4086 ml NaCl 0,9% (roztwór soli fizjologicznej), wg normy ISO 11948-1, z możliwością do przenoszenia/przesuwania pacjenta (wytrzymałość do 150 kg). Wymiary 100 x 220cm (wkład chłonny 60 x 210cm) +/- 1 cm. Wyrób medyczny klasy I, zgodny z MDR. Pakowany pojedynczo w torebkę z folii PE.

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o powyższych parametrach.**

#### **Pytanie nr 63**

##### **Dotyczy pak. nr 4, poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga jednorazowy niesterylny podkład wysokochłonny pod pacjenta z osłonami przeznaczony na blok operacyjny wykonany z 5 warstwowego laminatu: włóknina polipropylenowa/polimer superabsorbpcyjny (SAP)/pulpa celulozowa /folia paroprzepuszczalna – 390g, gramatura warstwy chłonnej 190g/m<sup>2</sup>. Posiadającą, na stałe przymocowaną etykietę samoprzylepną, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 20417:2021-10 zawierającą następujące informacje: nr REF, nazwa produktu, rozmiar, LOT, znak CE, data ważności, nazwa producenta. Absorpcja ≥7000 ml NaCl 0,9% (roztwór soli fizjologicznej). Wyrób medyczny klasy I ? Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o powyższych parametrach.**

#### **Pytanie nr 64**

##### **Dotyczy pak. nr 4, poz. 3**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego prześcieradła z wkładem chłonnym, wykonane z włókniny PP 50g/m<sup>2</sup> + PE 25g/m<sup>2</sup>, rdzeń chłonny zbudowany z warstwy celulozy 18g/m<sup>2</sup>, superchłonnego polimeru (SAP) 27g oraz puszystej pulpy typu Fluff Pulp 92g, 3903 ml NaCl 0,9% (roztwór soli fizjologicznej), wg normy ISO 11948-1, z możliwością do przenoszenia/przesuwania pacjenta (wytrzymałość do 150 kg). Wymiary 80 x 210cm (wkład chłonny 60x200 cm) +/- 1 cm. Wyrób medyczny klasy I, zgodny z MDR. Pakowany pojedynczo w torebkę z folii PE.

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o powyższych parametrach.**

#### **Pytanie nr 65**

##### **Dotyczy pak. nr 4, poz. 4**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie podkładu chłonnego zawierającego superabsorbent SAP, pulpę celulozową, włókninę, bibułkę i PE, o wymiarach 75x90cm i chłonności 1800ml, z taśmą lepną do mocowania na prześcieradle, z uszczelnieniami na krawędziach, minimalizujący nieprzyjemny zapach, pakowany po 30 szt. ?

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o powyższych parametrach.**

#### **Pytanie nr 66**

##### **Dotyczy pak. nr 4, poz. 6**

Czy Zamawiający oczekuje koszulę szpitalną z krótkim rękawem, wykonana z SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, wiązaną w pasie i przy szyi z rozcięciem z tyłu, długość 110cm obwód 140 cm w kolorze niebieskim ?

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o powyższych parametrach.**

#### **Pytanie nr 67**

##### **Dotyczy pak. nr 4, poz. 7**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z kompletem jednorazowej pościeli szpitalnej, wykonanej z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup> w kolorze zielonym, o wymiarach: poszwa na kołdrę 160x210cm, poszewka na poduszkę 70x80cm, prześcieradło 150x210cm. Miękką i wygodną, odporną na przemakanie. Pakowana pojedynczo w opakowaniu foliowym.

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu o podanych wyżej parametrach.**

#### **Pytanie nr 68**

##### **Dotyczy pak. nr 4, poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta, jednorazową, w rozmiarze uniwersalnym, długą (120 cm dł. x 140 cm obwód), z rozcięciem z przodu typu Y, zakładana przez głowę, wykonana z włókniny SMS 35 g/m<sup>2</sup>, koloru niebieskiego ?

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o powyższych parametrach.**

#### **Pytanie nr 69**

##### **Dotyczy pak. nr 4, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta, jednorazową, porodową z krótkim rękawem, z rozcięciem z przodu wiązana na dwie pary troków, rozmiar XL-XXL (dł. 108cm obwód 106cm). Wykonana z SMS 38 g/m<sup>2</sup>. Kolor niebieski ?

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o powyższych parametrach.**

#### **Pytanie nr 70**

##### **Dotyczy pak. nr 4, poz. 11**

Czy Zamawiający wymaga koca ogrzewającego jednorazowego użytku, o bardzo dobrych właściwościach termicznych, niejałowy, bezłateksowy, wykonany z zewnętrznej warstwy włókninowej PP o gramaturze 30g/m<sup>2</sup> z poliestrowym wypełnieniem o gramaturze 85g/m<sup>2</sup> ? Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o powyższych parametrach z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w SWZ dla tej pozycji asortymentowej.**

#### **Pytanie nr 71**

##### **Dotyczy pak. nr 4, poz. 12**

Czy Zamawiający wymaga poduszki jednorazowego użytku, niejałowej, z zewnętrzną powłoką wykonaną z warstwy włókninowej PP o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> z poliestrowym wypełnieniem o gramaturze 62g/m<sup>2</sup>, szytej wzdłuż i w szerz szwami ultradźwiękowymi. Wyrób medyczny klasy I, zgodny z MDR ? Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ .

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o powyższych parametrach z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w SWZ dla tej pozycji asortymentowej.**

#### **Pytanie nr 72**

##### **Dotyczy pak. nr 4, poz. 14**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie czepka typu furażerka z napotnikiem, wiązany, z wkładką chłonną pot: Spunlace 40 g/m<sup>2</sup> biała. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ .

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o powyższych parametrach z zachowaniem pozostałych wymagań określonych w SWZ dla tej pozycji asortymentowej.**

#### **Pytanie nr 73**

##### **Dotyczy pak. nr 4, poz. 15**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego pokrowca na materac do ochrony przed infekcjami, bakteriami i zanieczyszczeniami. Wykonany z folii (PE) 30 mikronów. Kolor niebieski.

##### **Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 74**

##### **Dotyczy pak. nr 4, poz. 17**

Czy Zamawiający wymaga prześcieradła ochronnego z bibułki 24g/m<sup>2</sup> i przezroczystej laminowanej folii PE

13 mikronów, wzmocnionego 48 nićmi, dwuwarstwowego ? Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ .

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie produktu o powyższych parametrach przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla tej pozycji asortymentowej.**

#### **Pytanie nr 75**

**Dotyczy pak. nr 4, poz. 18**

Czy Zamawiający wymaga podkład papierowy wykonany z 100% celulozy w rolce 50 cm x 80 m, z perforacją co 50 cm ? Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ .

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie produktu o powyższych parametrach przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla tej pozycji asortymentowej.**

#### **Pytanie nr 76**

**Dotyczy pak. nr 4, poz. 19**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie spodenki do kolonoskopii, z krótkimi nogawkami, wykonane z włókny nonwoven SMS 28 g/m<sup>2</sup>, rozmiar uniwersalny. W kolorze niebieskim.

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 77**

**Dotyczy pak. nr 4, poz. 20**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła jednorazowego, ochronnego, bibułowo -foliowego, wykonanego z dwóch warstw bibuły po 18g/m<sup>2</sup> i jednej warstwy folii PE, 12 mikronów, wzmocnione 48 nićmi poliestrowymi między warstwami, z barierami ochronnymi na każdym długim boku. Rozmiar 80x210 cm. Chłonność 650 ml, W kolorze białym.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 78**

**Dotyczy pak. nr 4, poz. 21**

Czy Zamawiający oczekuje ochraniacze na obuwiu jednorazowe, z gumką, włókninowe, wykonane z PP 40 g/m<sup>2</sup>, niepyłące, w kolorze białym ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o powyższych parametrach.**

#### **Pytanie nr 79**

**Dotyczy pak. nr 8, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający wymaga półmasek filtrującej zarejestrowanej również jako wyrób medyczny (vat 8%) klasy I, typ IIR, zgodnej z normą EN 14683:2019+AC:2019 lub równoważną i zgodną z wymaganiami MDR ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie półmasek filtrujących zarejestrowanych jako wyrób medyczny, klasy I, typ IIR o podanych wyżej parametrach przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla tych pozycji asortymentowych.**

#### **Pytanie nr 80**

**Pytanie dotyczące kar umownych:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umowne:

2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w prawidłowej realizacji każdorazowej dostawy lub wypełnienia zobowiązań z tytułu reklamacji i/lub gwarancji, w wysokości 0,3% wartości netto zamówionej partii Przedmiotu Zamówienia, jednak nie więcej niż 10% wartości netto zamówionej partii Przedmiotu Zamówienia?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę postanowień umowy w zakresie obniżenia kar umownych.**

**Wskazać należy, iż Zamawiający jako podmiot leczniczy zamawiając produkty od Wykonawcy potrzebuje je w danym momencie, aby móc terminowo i zgodnie ze sztuką udzielić świadczenia medycznego. Dlatego też musi mieć skonstruowane w umowie takie mechanizmy zabezpieczenia,**

**aby Wykonawca podjął wszelkie starania mające na celu prawidłowe i terminowe wykonanie umowy.**

#### **Pytanie nr 81**

##### **Część 9**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów włókninowych niesterylnych będących środkiem ochrony indywidualnej. Dostępne w rozmiarach M-XXL, o gramaturze 22g/m<sup>2</sup> oraz o poniższych wymiarach:

Rozmiary	Długość	Szerokość	Długość rękawa	Długość mankietu
M	120 cm	140 cm	60 cm	5cm
L	124 cm	146 cm	62 cm	5cm
XL	128 cm	150 cm	64 cm	5cm
XXL	132 cm	156 cm	66 cm	5cm
Tolerancja	± 2cm	± 2cm	± 2cm	± 1cm

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania fartuchów o gramaturze 22g/ m<sup>2</sup>. Zgodnie z dokonaną w dniu 08.08.2024 r. zmianą treści SWZ, w części 9 wymaga zaoferowania fartuchów będących środkiem ochrony indywidualnej.**

#### **Pytanie nr 82**

##### **Część 9**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów włókninowych niesterylnych będących wyrobem medycznym. Dostępne w rozmiarach M-XXL, o gramaturze 22g/m<sup>2</sup> oraz o poniższych wymiarach:

Rozmiary	Długość	Szerokość	Długość rękawa	Długość mankietu
M	120 cm	140 cm	60 cm	5cm
L	124 cm	146 cm	62 cm	5cm
XL	128 cm	150 cm	64 cm	5cm
XXL	132 cm	156 cm	66 cm	5cm
Tolerancja	± 2cm	± 2cm	± 2cm	± 1cm

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

##### **Odpowiedź:**

**Zgodnie z dokonaną w dniu 08.08.2024 r. zmianą treści SWZ, Zamawiający w części 9 wymaga zaoferowania fartuchów będących środkiem ochrony indywidualnej.**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodnie z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37.

#### **Pytanie nr 83**

##### **CZĘŚĆ NR 1**

1. **Poz. nr 2** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu operacyjnego do porodu, nieposiadającego w swoim składzie podkładu chłonnego? Pozostały skład bez zmian.

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie nr 84**

##### **CZĘŚĆ NR 1**

2. **Poz. nr 3** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którym serweta włókninowa ma rozmiar 75x90cm i posiada centralny otwór o średnicy 10cm bez rozcięcia (zamiast serwety 60x60cm z centralnym otworem i rozcięciem)? Pozostały skład bez zmian.



**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 85**

**CZEŚĆ NR 1**

**3. Wymagania pod tabelą:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wchodzących w skład zestawów, spełniających wymogi normy EN 13795, wykonanych z laminatu dwuwarstwowego (PP/PE) o gramaturze min. 49 g/m<sup>2</sup> i chłonności min. 195%, w miejscach wzmocnień (padu chłonnego): gramatura min. 104 g/m<sup>2</sup>, chłonność min. 350%?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zaoferowania produktów zgodnie z wymogami określonymi w SWZ. Wskazane przez Wykonawcę parametry są niższe od minimalnych określonych przez Zamawiającego.**

**Pytanie nr 86**

**CZEŚĆ NR 1**

**4.** Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodnie z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37.

**Odpowiedź:**

**Tak.**

**Pytanie nr 87**

**CZEŚĆ NR 2**

**1. Poz. nr 1** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zabiegowego posiadającego w swoim składzie:

- serwetę 2-warstwową na stół narzędziowy w rozmiarze 75x75cm (zamiast 75x45cm)
- serwetę epiduralną 2-warstwową zamiast 3-warstwową
- igłę iniekcyjną 25G 0,50x40mm zamiast 38mm

Pozostały skład bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu zabiegowego posiadającego w swoim składzie asortyment o podanych wyżej parametrach przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia (Zał. Nr 2.2 poz. 1 do SWZ)**

**Pytanie nr 88**

**CZEŚĆ NR 2**

**Poz. nr 2** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu posiadającego w swoim składzie fartuch chirurgiczny wykonany z materiału SMS, zamiast SMMMS? Pozostały skład bez zmian

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 89**

**CZEŚĆ NR 2**

**Wymagania pod tabelą:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wchodzących w skład zestawów, spełniających wymogi normy EN 13795, wykonanych z laminatu dwuwarstwowego (PP/PE) o gramaturze min. 49 g/m<sup>2</sup> i chłonności min. 195%, w miejscach wzmocnień (padu chłonnego): gramatura min. 104 g/m<sup>2</sup>, chłonność min. 350%?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że w części 2 – wymagania pod tabelą, oczekuje zaoferowania serwet o parametrach nie niższych niż określone przez Zamawiającego.**

**Pytanie nr 90**

**CZEŚĆ NR 2**

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 oczekuje zaoferowania asortymentu spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodnie z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37.



**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 91**

**PROJEKT UMOWY**

1. **§ 7, ust. 1-** wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:
  - §7 ust. 1 pkt 1) do kwoty 10% wartości **niezrealizowanej części umowy netto**

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że w dniu 8.08.2024 r dokonał zmiany treści SWZ w powyższym zakresie. Zmieniony Zał. Nr 10 – projektowane postanowienia umowy został zamieszczony w zakładce :Dokumenty, na stronie prowadzonego postępowania <https://e-propublico.pl>.**

**Zamawiający informuje, iż w przypadku oferowania przez Wykonawców asortymentu o parametrach dopuszczonych przez Zamawiającego na podstawie udzielonych odpowiedzi na pytania i wyjaśnień treści SWZ, wymaga aby Wykonawca zawarł w Zał. Nr 2.1 -2.12 do SWZ – tj. w formularzach asortymentowo-cenowych, dopuszczony opis przedmiotu zamówienia dla oferowanego produktu wraz z nr pytania, na który udzielono odpowiedzi dopuszczającej.**

**II. ZMIANY TREŚCI SWZ.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) dokonuje następujących zmian treści SWZ:

**Zmiana nr 1 :**

W **Zał. Nr 2.3 do SWZ i Zał. Nr 2.10 do SWZ – formularze asortymentowo-cenowe**, Zamawiający dokonuje zmiany zapisu znajdującego się w WYMAGANIACH pod tabelą:

**Z.:**

„Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczam, że zaoferowany produkt posiada certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę.”

**na następujący:**

**„Oświadczenie Wykonawcy:**

**Oświadczam, że zaoferowany produkt posiada certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę lub producenta wyrobu.”**

Zamawiający informuje, że **zmienione Zał. Nr 2.1-2.12 do SWZ – formularze asortymentowo-cenowe**, zostaną opublikowane na stronie prowadzonego postępowania: <https://e-ProPublico.pl/>. Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje, jako **stanowiące integralną część SWZ**.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 oraz 137 ust. 2 ustawy Pzp stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego

.....  
Kierownik Zamawiającego