

**Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**

Szpitalna 60  
16-400 Suwałki

L.dz. SZW.DZI. 262..331/45/PN/WU/2024

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Doposażenie oddziałów szpitalnych w lampę zabiegową, stoły zabiegowe i operacyjne w ramach projektu pn. "Medycyna ratunkowa w sytuacjach kryzysowych" dofinansowanego w ramach Programu INTERREG VI A Litwa - Polska 2021-2027.

Numer referencyjny: 45/PN/WU/2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Uczestnik 1**

Część II – stół zabiegowy – 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z elektryczną regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie -200 do 750? Oferowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego.  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją podglówka w zakresie -500 do 450? Oferowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego.  
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z podstawą osłoniętą osłoną ze stali nierdzewnej? Oferowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

**Uczestnik 2**

**Część 2**

Czy Zamawiający zaakceptuje szerokość blatu stołu wynoszącą 550 mm zamiast 680 mm ( $\pm 30$  mm)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza regulację wysokości stołu bez materaca 630-930 mm, zamiast wymaganego zakresu od 670 mm do 1000 mm ( $\pm 30$  mm) bez materaca?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający zaakceptuje regulację oparcia pleców w zakresie od -20° do +80° zamiast wymaganego od -45° do 85° ( $\pm 5^\circ$ )?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający dopuści regulację podglówka w zakresie od -90° do +45°, zamiast wymaganego od -65° do 50° ( $\pm 5^\circ$ )?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający zaakceptuje przechył boczny stołu w obie strony wynoszący 15° zamiast 25° ( $\pm 5^\circ$ )?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający zaakceptuje regulację kąta nachylenia podnóżków w zakresie od  $-90^{\circ}$  do  $+15^{\circ}$  zamiast wymaganego od  $-90^{\circ}$  do  $30^{\circ}$  ( $\pm 5^{\circ}$ )?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający dopuści konstrukcję stołu wykonaną ze stali nierdzewnej zamiast stali węglowej lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający zaakceptuje podstawę stołu wykonaną ze stali nierdzewnej zamiast osłoniętej obudową z tworzywa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści regulację jedynie segmentów podglówka i podnóżków wspomaganą sprężynami gazowymi z blokadą, zamiast również oparcia pleców?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający dopuści stół przejezdny mobilny z blokadą kół zamiast z centralną blokadą kół i funkcją jednego koła do jazdy na wprost?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Zamawiający

**DYREKTOR**

Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

**Adam Szałanda**