

WYKONAWCY  
ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Zakup i dostawy jałowych jednorazowych materiałów i zestawów medycznych**  
Numer referencyjny: **ZP.3311.33-4.2024**

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. **Pytanie:** „Zadanie 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo z warstwą chłonna w rozmiarze 60 cm x 140 cm?”  
**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.
2. **Pytanie:** „Zadanie 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści osłonę chirurgiczną na kończynę z 1 taśmą lepną w komplecie oraz drugą taśmą pakowaną osobno?”  
**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.
3. **Pytanie:** „Zadanie 1, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną typu rzep w rozmiarze 2cm x 22cm?”  
**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.
4. **Pytanie:** „Zadanie 1, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową w rozmiarze 40x30cm (kieszeń lewa 15 x 30 cm, kieszeń prawa 25 x 30 cm)?”  
**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.
5. **Pytanie:** „Zadanie 1, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści pokrowiec z folii o grubości 0,05mm?”  
**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.
6. **Pytanie:** „Zadanie 2, pozycja 1, 2, 3, 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z rękawkami o wymiarach 30 cm x 30 cm?”  
**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.
7. **Pytanie:** „Zadanie 2, pozycja 1, 2, 3, 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z fartuchami chirurgicznymi wzmocnionymi XL o dł. 138 cm?”  
**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.
8. **Pytanie:** „Zadanie 2, pozycja 1, 2, 3, 4 - Czy Zamawiający dopuści tolerancję długości zacisku tupfera +/- 1 cm?”  
**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.
9. **Pytanie:** „Zadanie 2, pozycja 1, 2, 3, 4- Czy Zamawiający dopuści zestaw z tupferami wykonanymi z gazy 17-nitkowej?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

10. **Pytanie:** „Zadanie 2, pozycja 1, 2, 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłoną ortopedyczną o wymiarach 30 cm x 60 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

11. **Pytanie:** „Zadanie 2, pozycja 1, 4 - Czy Zamawiający dopuści tolerancję w wymiarach osłony na kamerę +/- 1 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

12. **Pytanie:** „Zadanie 2, pozycja 1, 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem CH24 o długości 300 cm? (zamiast 25CH 300 cm).”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

13. **Pytanie:** „Zadanie 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami laparotomijnymi o wymiarach 45 cm x 45 cm z nitką RTG oraz tasemką?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

14. **Pytanie:** „Zadanie 2, pozycja 1, 2, 3, 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z samoprzylepnymi serwetami operacyjnymi 150 cm x 240 gdzie pasek jest jednym segmentem o długości 80 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

15. **Pytanie:** „Zadanie 2, pozycja 1, 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą do artroskopii kolana o wymiarach 230 cm x 320 cm z otworami o średnicy 7 cm, torbą do przechwytywania płynów zintegrowanymi uchwytami do mocowania drenów i przewodów oraz dodatkowo do zestawu umieszczonym uchwytem typu rzep, z możliwością przymocowania w dogodnym miejscu serwety?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

16. **Pytanie:** „Zadanie 2, pozycja 1, 2, 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik instrumentariuszki stanowiącą również owinięcie zestawu wykonaną z Folii PE oraz włókniny PP w kolorze niebieskim o wymiarach wzmocnienia 65 cm x 190 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

17. **Pytanie:** „Zadanie 2, pozycja 1, 2, 3, 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik Mayo wykonaną z czerwonej folii PE oraz niebieskiego wzmocnienia wykonanego z włókniny PP o wymiarach wzmocnienia 60 cm x 145 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

18. **Pytanie:** „Zadanie 2, pozycja 1, 2, 3, 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z fartuch chirurgiczny (dot. fartuchów bez wzmocnień) z oznakowaniem rozmiaru za pomocą pieczętki oraz koloru lamówki, o odporności na rozrywanie sucho/mokro 227/232 kPa?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

19. **Pytanie:** „Zadanie 2, pozycja 1, 2, 3, 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z fartuch chirurgiczny (dot. fartuchów ze wzmocnieniem) połączone z materiałem bazowym za pomocą podwójnych szwów (zamiast kleju topliwego), bez dodatkowej taśmy w kolorze niebieskim z odpornością na wypychanie sucho/mokro 107,74/110,8 kPa?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

20. **Pytanie:** „Zadanie 2, pozycja 1, 2, 3, 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą plastikową torbę z papierową wstawką Tyvek?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

21. **Pytanie:** „Zadanie 2, pozycja 1, 2, 3, 4 - Czy Zamawiający dopuści zestawy zapakowane w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny karton transportowy?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

22. **Pytanie:** „Zadanie 2, pozycja 1, 2, 3, 4 - Czy Zamawiający dopuści etykietę główną umieszczoną wewnątrz zestawu?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

23. **Pytanie:** „Zadanie 2, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści tolerancję w wymiarach taśmy samoprzylepnej włókninowej +/- 1 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

24. **Pytanie:** „Zadanie 2, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z kieszenią jedno komorową o wymiarach 30 cm x 40 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

25. **Pytanie:** „Zadanie 2, pozycja 2, 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z folią operacyjną o wymiarach 45 cm x 55 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

26. **Pytanie:** „Zadanie 2, pozycja 2, 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą operacyjną o wymiarach 230 cm x 260 cm z wycięcie w kształcie litery „U” w rozmiarze 20 cm x 100 cm wraz z zintegrowanymi organizerami przewodów o wymiarach wzmocnienia 75 cm x 140 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

27. **Pytanie:** „Zadanie 2, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na kończynę o wymiarach 230 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm z ośmioma podwójnymi organizerami do mocowania przewodów i drenów z padem chłonnym 50 cm x 100 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

28. **Pytanie:** „Zadanie 2, pozycja 2, 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami obłożenia dwuwarstwowe o łącznej gramaturze 140g/m<sup>2</sup> (podstawowa gramatura 60 g/m<sup>2</sup> oraz wzmocnienie 80 g/m<sup>2</sup>)?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

29. **Pytanie:** „Zadanie 2, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z fartuchem chirurgicznym wzmocnionym XXL o dł. 157 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

30. **Pytanie:** „Zadanie 2, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z kieszenią dwukomorową o wymiarach 30 cm x 40 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

31. **Pytanie:** „Zadanie 2, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłoną ortopedyczną na kończynę dolną o wymiarach 35 cm x 120 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

32. **Pytanie:** „Zadanie 2, pozycja 3, 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami laparotomijnymi o wymiarach 45 cm x 45 cm z nitką RTG oraz tasiemką?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

33. **Pytanie:** „Zadanie 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z laminatu dwuwarstwowego (głowa) o wymiarach 150 cm x 240 cm z łatą chłonną w rozmiarze 25 cm x 60 cm, przylepcem 5 cm x 80 cm oraz zintegrowanymi organizerami przewodów?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

34. **Pytanie:** „Zadanie 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą dwuwarstwową (stopa) o wymiarach 180 cm x 180 cm z łatą chłonną w rozmiarze 25 cm x 60 cm, przylepcem 5 cm x 80 cm oraz zintegrowanymi organizerami przewodów?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

35. **Pytanie:** „Zadanie 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą dwuwarstwową (boki) o wymiarach 75 cm x 90 cm z łatą chłonną w rozmiarze 25 cm x 60 cm, przyklepcem 5 cm x 86 cm oraz zintegrowanymi organizerami przewodów?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

36. **Pytanie:** „Zadanie 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z rzepem, taśmą o wymiarach 2 cm x 22 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

37. **Pytanie:** „Zadanie 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłoną na uchwyt lampy operacyjnej o średnicy kołnierza 11,4 cm, otworem o śr. 18 mm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

38. **Pytanie:** „Zadanie 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z kieszenią dwukomorową o wymiarach 40 cm x 30 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

39. **Pytanie:** „Zadanie 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z końcówką do odsysania CH21 z kontrolą siły ssania?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

40. **Pytanie:** „Zadanie 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem do odsysania pola CH24 dł. 300 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

41. **Pytanie:** „Zadanie 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści tolerancję długości kleszczyków plastikowych +/- 1 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

42. **Pytanie:** „Zadanie 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny karton transportowy?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

43. **Pytanie:** „Zadanie 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z laminatu o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> oraz odporności na przenikanie cieczy 196 cm H<sub>2</sub>O?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

44. **Pytanie:** „Zadanie 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści tolerancję długości kleszczyków metalowych do igły +/- 1 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

45. **Pytanie:** „Zadanie 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z pojemnikiem okrągłym poj. 250 ml?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

46. **Pytanie:** „Zadanie 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z pojemnikiem 3-komorowym w kształcie prostokąta o wymiarach 19,5 cm x 11,9 cm x 5 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

47. **Pytanie:** „Zadanie 3, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 75 x 90 cm, dwuczęściową z możliwością dostosowania rozmiaru otworu?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

48. **Pytanie:** „Zadanie 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą 50 cm x 75 z otworem przyklepnym o wymiarach 6 cm x 8 cm? (w miejsce serwety 45cmx75cm (+5cm) z otworem o średnicy 8 cm (+/-1cm) i przyklepcem wokół otworu).”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

49. **Pytanie:** „Zadanie 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z imadłem metalowym o długości 15 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

50. **Pytanie:** „Zadanie 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy, z dołączonym do zestawu pojemnikiem okrągłym 250ml w ramach blistra oraz mogący służyć jako pojemnik na płyny bądź odpady powstałe podczas zabiegu?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

51. **Pytanie:** „Zadanie 5, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo-foliowym, z dołączonym pojemnikiem 3-komorowym w ramach blistra, mogący służyć jako pojemnik na płyny bądź odpady powstałe podczas zabiegu?”

3 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

5 x Kompres z włókniny 30G 4W 7,5cm x 7,5cm

1 x Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm

1 x Pęseta chirurgiczna 1x2 ząbki metalowa 14,5cm

1 x Igłotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm

1 x Nożyczki ostre/ostre metalowe 15cm

1 x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5 x 13 x 3,5cm, przezroczysty?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

52. **Pytanie:** „Zadanie 5, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z pęsetą anatomiczną metalową o długości 14 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

53. **Pytanie:** „Zadanie 5, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

54. **Pytanie:** „Zadanie 5, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z dołączonym pojemnikiem 3-komorowym w ramach blistra oraz mogącym służyć jako pojemnik na płyny bądź odpady powstałe podczas zabiegu?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

55. **Pytanie:** „Zadanie 5, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z woreczkiem PE o wymiarach 400x500 mm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

56. **Pytanie:** „Zadanie 5, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany w torebkę foliowo-papierową ze zgrzewem prostym, bez wycięcia na kciuk?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

57. **Pytanie:** „Zadanie 6, pozycja 1, 2, 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z ręcznikami o wymiarach 30 cm x 30 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

58. **Pytanie:** „Zadanie 6, pozycja 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z fartuchami chirurgicznymi XXL o dł. 157 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

59. **Pytanie:** „Zadanie 6, pozycja 1, 2, 3 - Czy Zamawiający dopuści tolerancję długości zacisku tupfera +/- 1 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

60. **Pytanie:** „Zadanie 6, pozycja 1, 2, 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z tupferami wykonanymi z gazy 17-nitkowej?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

61. **Pytanie:** „Zadanie 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami gazowymi o wymiarach 45 cm x 45 cm z tasiemką oraz nitką RTG?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

62. **Pytanie:** „Zadanie 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetką dla dziecka o wymiarach 80 cm x 90 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

63. **Pytanie:** „Zadanie 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą do cesarskiego cięcia o wymiarach 200/260 cm x 310 cm z otworem wypełnionym folią 30 cm x 30 cm oraz wycięciem w kształcie gruszki w rozmiarze 16 cm x 18 cm, z zintegrowaną torbą do zbiórki płynów?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

64. **Pytanie:** „Zadanie 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw ze sterylnymi fartuchami chirurgicznymi posiadającymi oznakowanie rozmiaru za pomocą pieczętki widocznej przed rozłożeniem oraz kolorem lamówki?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

65. **Pytanie:** „Zadanie 6, pozycja 1, 2, 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą plastikową torbę z papierową wstawką Tyvek?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

66. **Pytanie:** „Zadanie 6, pozycja 1, 2, 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny karton transportowy?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

67. **Pytanie:** „Zadanie 6, pozycja 1, 2, 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z etykietą główną umieszczoną wewnątrz zestawu?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

68. **Pytanie:** „Zadanie 6, pozycja 2, 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z zapięciem na rzep o wymiarach 2 cm x 22 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

69. **Pytanie:** „Zadanie 6, pozycja 2, 3 - Czy Zamawiający dopuści tolerancję w wymiarach osłony na kamerę +/- 1 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

70. **Pytanie:** „Zadanie 6, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą do laparoskopii o wymiarach 200/270 cm x 300 cm, wzmocnioną z otworem w okolicy brzucha w rozmiarze 25 cm x 30 cm wraz z zorganizowanymi organizatorami przewodów?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

71. **Pytanie:** „Zadanie 6, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw ze sterylnymi fartuchami chirurgicznymi posiadającymi oznakowanie rozmiaru za pomocą pieczętki widocznej przed rozłożeniem oraz kolorem lamówki, XL o długości 138 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

72. **Pytanie:** „Zadanie 6, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z fartuchami chirurgicznymi XL o dł. 138 cm? (w miejsce fartucha XL Long 170 cm).”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

73. **Pytanie:** „Zadanie 6, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści tolerancję w wymiarach taśmy lepnej +/- 1 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

74. **Pytanie:** „Zadanie 6, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą do zabiegów TUR o wymiarach 150/240 cm x 175 cm z otworem w okolicy brzucha o średnicy 6 cm, krocowym 3 cm, osłoną na palec do badania per rectum wraz z zintegrowanym workiem do zbiórki płynów oraz organizernami przewodów?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

75. **Pytanie:** „Zadanie 6, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z taśmą samoprzylepną o wymiarach 10 cm x 50 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

76. **Pytanie:** „Zadanie 6, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z fartuchami chirurgicznymi posiadającymi oznakowanie rozmiaru za pomocą pieczątki widocznej przed rozłożeniem oraz kolorem lamówki?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

77. **Pytanie:** „Zadanie 6, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę do owinięcia noworodka o wymiarach 75 x 80 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

78. **Pytanie:** „Zadanie 6, pozycja 5-6 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny SMS?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

79. **Pytanie:** „Zadanie 6, pozycja 5-6 - Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach M, L, XL, XXL?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

80. **Pytanie:** „Zadanie 6, pozycja 5-6 - Czy Zamawiający dopuści fartuch oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu, oraz kolorowej lamówki, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

81. **Pytanie:** „Zadanie 6, pozycja 5-6 - Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany razem z ręcznikami chłonnymi z owinięciem w sterylnej serwetę włókninową?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

82. **Pytanie:** „Zadanie 6, pozycja 6 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby szwy były dodatkowo wzmocnione taśmą?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

83. **Pytanie:** „Zadanie 6, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z rozmiarem oznaczonym literowo: M – dł. 124 cm, L – dł. 128 cm, XL – dł. 138 cm, XXL – dł. 157 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymagań.


84. **Pytanie:** „Zadanie 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:  
1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem do zbiórki płynów z usztywnionym brzegiem do zbiórki płynów o wymiarach 55cm x 120cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramat. 60 g/m<sup>2</sup>.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro

w obszarze krytycznym 110/100 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 70/75 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 196 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 1.85log<sub>10</sub>. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610. Zestaw spełnia pozostałe wymagania.”



**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

85. **Pytanie:** „Zadanie 7, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m<sup>2</sup>, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 3.4log<sub>10</sub>. Chłonność wzmocnienia 478%.


**Skład:**

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
  - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
  - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
  - 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
  - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
  - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
  - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
  - + osobno dołączona sterylna kieszka dwukomorowa 30 x 40 cm
- Zestaw spełnia pozostałe wymagania.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

86. **Pytanie:** „Zadanie 7, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji ginekologicznych z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O. Skład:

- 1 x serweta główna o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm
  - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, czerwona
  - 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>
  - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
  - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
  - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
- Zestaw spełnia pozostałe wymagania.





**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

87. **Pytanie:** „Zadanie 7, pozycja 4, 5 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SMS?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

88. **Pytanie:** „Zadanie 7, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 35cm H<sub>2</sub>O?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

89. **Pytanie:** „Zadanie 7, pozycja 4, 5 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem o kroju prostym, zapewniającym swobodę ruchów?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

90. **Pytanie:** „Zadanie 7, pozycja 4, 5 - Czy Zamawiający dopuści fartuch ze szwami wykonanymi techniką ultradźwiękową - trzyścieżkowy szew ultradźwiękowy?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

91. **Pytanie:** „Zadanie 7, pozycja 4, 5 - Czy Zamawiający dopuści fartuch z oznaczeniem rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu i dodatkowo w postaci kolorowej lamówki – kodowanie kolorystyczne?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

92. **Pytanie:** „Zadanie 7, pozycja 4, 5 - Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany razem z ręcznikami chłonnymi z owinięciem w sterylnej serwetę włókninową?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

93. **Pytanie:** „Zadanie 7, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści serwetę 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

94. **Pytanie:** „Zadanie 7, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 230cm x 260cm, wzmocniona z wycięciem "U" o wymiarach 20cm x 100 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z organizatorami przewodów, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H<sub>2</sub>O?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

95. **Pytanie:** „Zadanie 8, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylne pojemniki o wymiarach 11,5 x 5,5 x 3,5 cm, 20 miejsc, 80 szt?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

96. **Pytanie:** „Zadanie 8, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na uchwyt do lampy chirurgicznej jak na zdjęciu poniżej, o dł. 15 cm, średnica otworu w kołnierzu pozwala zabezpieczyć uchwyt o wymiarach od 1,8 do 4 cm. Op. handlowe 50 szt.”



**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

97. **Pytanie:** „Zadanie 9, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę gazową 45 x 45 cm, z nitką RTG i tasiemką, o gramaturze 23g/m<sup>2</sup>?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

98. **Pytanie:** „Zadanie 10, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z regulowanym otworem lepny 6 x 8 cm, serwetę 2-częściową, o wymiarze 45 x 75 cm, wykonana z laminatu o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego  
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

mgr Agnieszka Kruk  
/podpis/