

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wspólny dla wszystkich części postępowania

pn. Świadczenie usług przeglądów i konserwacji aparatury medycznej.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądów i konserwacji aparatury medycznej (zwanej w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia „sprzętem”) Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie.
2. Zamówienie podzielone jest na **28** części:
 - 1) część nr 1 – Kardiomonitor, aparaty EKG, KTG,
 - 2) część nr 2 – Aparaty USG,
 - 3) część nr 3 – Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu,
 - 4) część nr 4 – Respiratory, inkubatory, aparaty do wspomagania oddechu,
 - 5) część nr 5 – Myjnie, dezynfektory,
 - 6) część nr 6 – Aparatura endoskopowa,
 - 7) część nr 7 – Gastroskopy, endoskopy, mobilny system endoskopii,
 - 8) część nr 8 – Fotele ginekologiczne, zabiegowe, łóżka porodowe,
 - 9) część nr 9 – Histeroskopy,
 - 10) część nr 10 – Lampy operacyjne i zabiegowe,
 - 11) część nr 11 – Aparaty do hemodializy,
 - 12) część nr 12 – Analizatory parametrów krytycznych,
 - 13) część nr 13 – Insuflator,
 - 14) część nr 14 – Narzędzia elektrochirurgiczne,
 - 15) część nr 15 – Sprzęt artroskopowy,
 - 16) część nr 16 – Mikroskopy,
 - 17) część nr 17 – Transducer,
 - 18) część nr 18 – Lasery,
 - 19) część nr 19 – Zestawy do kardio rehabilitacji,
 - 20) część nr 20 – Sprzęt rehabilitacyjny,
 - 21) część nr 21 – Skaner płyt obrazowych,
 - 22) część nr 22 – Wyposażenie centralnej sterylizacji,
 - 23) część nr 23 – Kolumnowy system zasilania,
 - 24) część nr 24 – Automatyczny tester bezpieczeństwa,
 - 25) część nr 25 – Aparaty do badania ostrości wzroku,
 - 26) część nr 26 – Stoły operacyjne,
 - 27) część nr 27 – Łóżka szpitalne,
 - 28) część nr 28 – Aparaty RTG.
3. Rodzaj zamówienia: usługa.
4. Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest we Wspólnym Słowniku Zamówień wg kodu **CPV: 50421000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego.**
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
6. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp:
 - 1) stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie przeglądów i konserwacji sprzętu (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tak zwanego samozatrudnienia, jako podwykonawcy);
 - 2) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone są w Projektowanych postanowieniach umowy;
 - 3) w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

7. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące czynności i wymagania:

- 1) wykonanie planowych przeglądów i konserwacji zgodnie z właściwościami danego sprzętu, najbardziej aktualnymi obowiązującymi instrukcjami, najnowszymi zaleceniami producenta, standardami, normami oraz w interwałach czasowych określonych przez Zamawiającego lub przez producenta sprzętu lub w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Przeglądy okresowe muszą zapewnić nieprzerwaną możliwość korzystania ze sprzętu (ciągłość przeglądów) i obejmują wszelkie wymagane w trakcie przeglądów wymiany części oraz elementów zużywalnych, które wchodzi w skład danego przeglądu i są wymagane dla zachowania bieżącej sprawności sprzętu, w tym sugerowane przez producenta urządzenia do wymiany w trakcie danych przeglądów;
- 2) po zakończeniu przeglądów i konserwacji Wykonawca ma obowiązek sporządzić kartę pracy i raport serwisowy zawierający zapis o sprawności sprzętu, możliwości dopuszczenia go do dalszego użytkowania oraz termin następnego przeglądu, a w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy – zalecenia dotyczące przeprowadzenia niezbędnych napraw. Fakt wykonania przeglądu i konserwacji Wykonawca będzie miał obowiązek odnotować każdorazowo w paszporcie technicznym sprzętu (jeżeli taki posiada);
- 3) zaopatrzenie w materiały i części zamienne we własnym zakresie;
- 4) aktualizowanie oprogramowania urządzeń (aktualizacje wymagane i zalecane);
- 5) świadczenie usługi przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej oraz legalnego oprogramowania serwisowego;
- 6) wykonywanie usługi przez pracowników posiadających uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. po odbyciu szkolenia serwisowego technicznego przez te osoby w zakresie wykonywania usług serwisowych przedmiotu zamówienia;
- 7) wykonywanie testów bezpieczeństwa elektrycznego w pełnym zakresie dla danego sprzętu (jeśli dotyczy);
- 8) wykonywanie kalibracji sprzętu, jeśli przepisy i zalecenia producenta nakładają taki obowiązek;
- 9) sprawdzenie poprawności działania sprzętu po wykonanych czynnościach serwisowych;
- 10) dojazd pracownika serwisu;
- 11) wymianę pakietów serwisowych;
- 12) wykonywanie przeglądów i konserwacji przy użyciu własnych narzędzi i materiałów, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i/lub normami, wykorzystując przy wykonywaniu usługi materiały posiadające aktualne atesty, aprobaty techniczne i/lub certyfikaty zgodności oraz z wykorzystaniem odpowiedniego legalnego oprogramowania;
- 13) czas przystąpienia do wykonania przeglądu i konserwacji w miejscu instalacji urządzenia/aparatu – **nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego;**
- 14) przeglądy i konserwacje dla poszczególnego sprzętu będą przeprowadzane zgodnie z harmonogramem dostarczonym Wykonawcy po zawarciu umowy.

8. Informacje dodatkowe:

- 1) podejmowane przez Wykonawcę czynności przeglądu i konserwacji, nie mogą być przyczyną utraty certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego sprzętu, dopuszczających go do użytkowania;
- 2) wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN lub równoważnymi, zawierającym nazwę badanego urządzenia, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorowania i czas jego ważności;
- 3) jeżeli w ramach czynności przeglądu i konserwacji wymagana jest legalizacja, walidacja lub kalibracja aparatu, bądź jego części, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tych czynności, przedstawienia odpowiednich świadectw i przekazania ich Zamawiającemu;
- 4) wykonawca po wykonaniu przeglądu i konserwacji dokona wpisu wykonanych czynności do dokumentacji eksploatacji sprzętu (jeśli urządzenie/aparat takową posiada);
- 5) każdorazowo po przeglądzie i konserwacji Wykonawca wystawi raport serwisowy, który zostanie przekazany do Sekcji Napraw Aparatury i Sprzętu Medycznego, raport serwisowy jest podstawą do wystawienia faktury;
- 6) Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum **6 miesięcy gwarancji** na wykonaną usługę przeglądu i konserwacji (materiały i wykonanie) licząc od dnia podpisania raportu serwisowego;
- 7) Wykonawca w ramach przeglądu i tej samej ceny, sporządzi opinię (orzeczenie, ekspertyzę) o stanie technicznym sprzętu nie nadającego się do dalszej eksploatacji;

- 8) Wykonawca wykona przeglądy i konserwację przy użyciu będącej w jego posiadaniu aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów, w siedzibie Zamawiającego w miejscu instalacji sprzętu;
- 9) termin konkretnej wizyty w celu wykonania przedmiotu zamówienia, będzie każdorazowo ustalony w porozumieniu z pracownikiem Zamawiającego;
- 10) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów i konserwacji w taki sposób, aby sprzęt nie posiadał przerw w potwierdzeniu wykonania przeglądów;
- 11) Zamawiający wymaga, aby osoba wykonująca usługę posiadała świadectwo kwalifikacyjne SEP "E" lub "D" do 1 kV z uprawnieniami do pomiarów ochronnych lub imienny certyfikat/zaświadczenie/upoważnienie potwierdzające przeszkolenie w zakresie przeglądów aparatury będącej przedmiotem zamówienia;
- 12) Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego podczas wykonywania przeglądu technicznego sprzętu;
- 13) Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od wykonywania przeglądu i konserwacji w ustalonym pierwotnie terminie i żądania jego przeprowadzenia w innym terminie, w przypadku nieprzewidzianej awarii urządzenia;
- 14) Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od wykonywania usługi dla sprzętu, który zostanie wycofany z eksploatacji.