

Bytom dnia: 2025-01-13

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15

41-902 Bytom

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 1/1PN2025

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 11**

1. Pakiet 225

Filtr o typie filtracji hydrofobowej, mechanicznej:

- o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999%,
- przeciwwirusowej 99,9999%,
- przeciwprątkowej 99,99%
- o objętości oddechowej już od 100 do 1500ml (zawiera zakres 300-1200ml),
- z minimalną i maksymalną objętością oddechową na opakowaniu?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**



2. 129, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układ z workiem oddechowym 2l, który jest standardowo stosowany w obwodach?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

3. 129, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści Obwód oddechowy rozciągliwy do 300cm, z możliwością ustawienia na 250cm, pozostałe parametry zgodnie z swz?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**


4. 34, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści Filtr hydrofobowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci;

- złącze kątowe 22M/15F-22F/15M zgodnie z normą ISO 5356-1

- objętość oddechowa 150-1500ml,

- waga 30g?



**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Zamawiający

*[Signature]*