

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zakup aparatu ultrasonograficznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ.

Pytanie dot. Pkt 35 tabeli – Wykaz parametrów

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf klasy Premium renomowanego producenta, który posiada fabrycznie wbudowaną baterię pozwalającą na normalną pracę urządzenia bez zasilania zewnętrznego przez 30 minut?

Oferowana wartość nie obniża właściwości diagnostycznych ultrasonografu, a oferowane wartości są wystarczające do większości procedur i badań, a wymóg ten jedynie ogranicza konkurencję i uniemożliwia złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*Dyrektor Marzena Szopińska-Demczuk /-/*