

Bytom dnia: 2023-05-31

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"dostawa odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy 14/14PN/2023.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 17

Pytanie nr 1

Zwracamy uwagę iż, Zamawiający w SWZ powołuje się na nieobowiązującą ustawę z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 poz. 974), aktualną jest: ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż zmodyfikuje zapis.

Pytanie nr 2

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamówienia miesięczne są na podobnym poziomie, ustalone z opiekunem we współpracy z Laboratorium.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): "Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości,

jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: "Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawa opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji".

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że "nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia".

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, przetarg jest oparty na danych historycznych i tak została opracowana ilość asortymentu przedmiotu zamówienia zawarta w Załączniku nr 7 do SWZ. Czasami jednak ulegną zmianie ilość i struktura pacjentów co może mieć wpływ na zapotrzebowanie danego producenta.

Pytanie nr 4

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wszystkie czynności zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy wymagają formy pisemnej, także w przedstawionym przez Państwa przypadku.

Pytanie nr 5

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z zapisem umowy.

Pytanie nr 6

Zwracamy uwagę iż Zamawiający w formularzu ofertowym nie wskazał ilości miesięcy w przypadku realizacji dla poniższych pakietów

"Termin realizacji zamówienia w ramach pakietów 1,2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27,29 miesięcy "

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, 12 miesięcy

dodatkowo zawiadamia iż zmodyfikuje załącznik nr 1 do SWZ

Pytanie nr 7

Czy Wykonawca dobrze rozumie iż Zamawiający wezwie do przesłania dokumentów CE oraz Kart Charakterystyki, a nie są one wymagane wraz z ofertą?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Na wezwanie zamawiającego.

Pytanie nr 8

Dotyczy wzoru umowy:

W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający udzielając świadczeń medycznych musi mieć ciągłość dostaw w tak ważnym zakresie jak odczynniki do badań laboratoryjnych dlatego taki jest zapis w umowie, brak podstaw aby zmienić dostaw odczynników przez Zamawiającego.

Pytanie nr 9

Dotyczy wzoru umowy

W związku z zapisem art. 433 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisów § 6 w taki sposób aby kary umowne były naliczane za "zwłokę" a nie "opóźnienie" jak to zostało sformułowane.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie ma większego znaczenia nazewnictwo w tym zakresie.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: "Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekonjunkturę, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy."

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, zgodnie z zapisem w umowie.

Pytanie 11

Dotyczy wzoru umowy Uprzejmie prosimy o możliwość wprowadzenia zapisów dotyczących zmian umowy w zakresie możliwości dostarczenia zamienników o parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy. W obecnej sytuacji związanej z kłopotami z w zapewnieniu ciągłości dostaw asortymentu, surowców potrzebnych do produkcji, braków kadrowych spowodowanych chorobą pracowników, Wykonawca nie zawsze ma wpływ na terminową dostawę towaru, natomiast w przypadku wprowadzenia zamienników istnieje realna szansa na terminowe wywiązanie się z umowy i niewstrzymywanie szpitala w świadczeniu usług.

Pytania techniczne:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę po przesłaniu propozycji przez Wykonawcę i wprowadza zmiany w formie aneksu.

Zadanie 12

Prosimy o dopuszczenie parafiny histopatologicznej o temperaturze topnienia 56-58 st.C.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 13

Prosimy o dopuszczenie środka montującego używanego do łączenia preparatów histopatologicznych i cytologicznych, szybkooschnący (odpowiednik balsamu kanadyjskiego) o parametrach: ciecz bezbarwna o zawartości ksylenu 48 - 53%, bez zawartości polistyrenu, o temperaturze zapłonu 26,7°C, op. 500 ml.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 15

Poz.1

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 Hematoksylina Harrisa o zawartości etanolu 3 - 4 % i metanolu < 1 % oraz jodanu sodu < 1% zamiast związków rtęci które są substancją bardzo szkodliwą i wycofywaną z rynku Unii Europejskiej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz.2

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 Oranżu G o zawartości alkoholu metylowego 50 - 70 %, Glikol etylenowy 15 - 25%.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz.4

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 barwnika EA36 o zawartości etanolu powyżej 90 %.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz.4

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 barwnika EA36 o zawartości metanolu <50% i etanolu denaturowanego <50%.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Poz.4

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 barwnika EA50 o zawartości alkoholu metylowego 50 - 70% i glikolu etylenowego 15 - 25 %.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Zadanie nr 16

Poz.4

Prosimy o dopuszczenie buforu fosforanowego o pH 6,8 do barwienia metodą Giemsy, w op. 1l o terminie przydatności minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

poz. 5

Prosimy o dopuszczenie odwapniacza materiału biologicznego - szybkiego, zawierającego: kwas solny 35 - 40%, polyvinylopirolidon 5-10 %, fluorad ? 1%, wodę 50-60%. Opakowanie 1 litr.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza.

poz. 5

Prosimy o dopuszczenie elektrolitycznego odwapniacza materiału biologicznego, zawierającego: kwas solny 1-3%, kwas mrówkowy 7-10%. Opakowanie 1 litr. Czas odwapniania preparatów o grubości poniżej 5mm: ok. 4-8 godzin.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Zamawiający