



BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
49-301 BRZEG, ul. MOSSORA 1
tel. 77 444 65 75, sekretariat 77 444 65 36,
e-mail: zamowienia.publiczne@bcmbrzeg.pl
REGON: 000 313 437 NIP: 747 15 71 941

TP/17/2023

Brzeg, 19.12.2023 r.

Do wszystkich
Wykonawców, którzy pobrali
Specyfikację Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SWZ.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Dostawa płynów i sprzętu do hemodiafiltracji na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” – TP/17/2023

Zamawiający - Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. – dalej jako ustawa Pzp.) przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły dnia 16.12.2023 do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Czy zamawiający w pozycji 8 dopuści ofertę cewników zagiętych wyłącznie o długościach 15 i 20 cm (bez cewników zagiętych o dł 25 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o podanych wyżej parametrach.

Pytanie nr 2 - Czy zamawiający w pozycji 9 dopuści wyłącznie cewniki 13 F proste we wszystkich wymaganych długościach, a cewniki zagięte 13F od długościach 15 i 20 cm, bez cewników 11,5 F?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu o podanych wyżej parametrach.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie błędnie wskazanego adresu strony internetowej Zamawiającego w Dziale I SWZ.

W SWZ jest:

<http://bcm.brzeg-powiat.pl/>

winno być:

<http://bip.bcmbrzeg.pl/>

Zamawiający informuje, że w ogłoszeniu o zamówieniu został podany prawidłowy adres strony internetowej Zamawiającego.

.....
Kierownik Zamawiającego