

Bytom dnia: 2024-02-15

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu,

Numer referencyjny: 4/4PN/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 10

Pakiet 43, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści op. a' 100 szt. z odpowiednim przelicznikiem na formularzu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 43, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści kabel do elektrody jednorazowej dł. 5m?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 43, pozycja 4:

Czy Zamawiający dopuści kabel monopolarny wtyk do diatermii typ 3-pin, wtyk do

narzędzi 3 mm, dł. 3 m?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 43, pozycja 6:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną kulkę, śr. 6 mm, wtyk śr. 4 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 44, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści kontener do narzędzi chirurgicznych, wanna aluminiowa, pokrywa perforowana, na filtry jedno i wielorazowe z metalowymi zapięciami o rozmiarach 580x280x210mm? Wanna wyposażona w ręczki pokryte silikonem.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 44, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści kosz ze stali nierdzewnej z uchwytami, wymiary 510x240x70 mm, pasujący do w/w kontenera?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 44, pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści pokrywę do kontenera z dwoma filtrami, w pokrywie zabezpieczenie przed uszkodzeniem filtrów w postaci osłon integralnych z pokrywą, system wymiany filtrów poprzez mechanizm centralnego zacisku w środku wymiennej osłony filtrów, wymiary 580x280 mm? Pokrywa pasująca do w/w kontenera.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zamawiający