

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy (7a)

Parametry graniczne dla aparatu do części 7 IMMUNOCHEMIA

Lp.	Minimalne parametry dla aparatu	Oferowany parametr (opis, podać parametry oferowane)
1	W pełni automatyczny wieloparametrowy analizator do oznaczeń immunochemicznych swobodnego dostępu pracujący w oparciu o metodę chemiluminescencji. Aparat nie starszy niż z 2015 roku (podać nazwę aparatu, rok produkcji)	
2	Analizator do ustawienia na stole laboratoryjnym lub wolnostojący	
3	Możliwość pracy 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku	
4	Możliwość ładowania/rozładowania próbek badanych bez konieczności przerywania pracy analizatora	
5	Wydajność: min. 80 oznaczeń na godzinę	
6	Ciągłe monitorowanie ilości dostępnych odczynników, buforu i kuwet reakcyjnych na pokładzie analizatora	
7	Możliwość załadowania jednocześnie w jednej serii min. 16 różnych oznaczeń	
8	Możliwość załadowania jednocześnie w jednej serii min. 60 próbek	
9	Możliwość dostawiania próbek pilnych w każdym momencie pracy analizatora	
10	Możliwość jednoczesnego oznaczania różnych parametrów dla tego samego pacjenta	
11	Chłodzenie odczynników na pokładzie aparatu	
12	Automatyczne otwieranie i mieszanie zestawów odczynnikowych	
13	Możliwość wstawiania próbek bezpośrednio w probówkach pierwotnych, rotor prób badanych przystosowany do współpracy z różnymi rodzajami próbek	
14	Wygodna obsługa przez kolorowy ekran dotykowy lub za pomocą monitora, klawiatury i myszki	
15	Komputerowa archiwizacja danych, możliwość archiwizacji na CD, DVD lub innym nośniku	
16	Prezentacja wyników na monitorze i wydruk na zewnętrznej drukarce	
17	Wbudowany system kontroli jakości w oparciu o wykresy Levey-Jennings'a	
18	System podtrzymywania zasilania UPS do analizatora	
19	Pełna kontrola wydawanych wyników: aparat sygnalizuje wyniki wątpliwe	
20	Termin ważności odczynników wynosił 3-6 miesięcy wymienionych w części 10 -Immunochemia	
21	Surowice kontrolne o jednym numerze LOT przez min. 12 miesięcy	
22	Wieloparametrowy materiał kontrolny odczynników dla oznaczeń hormonalnych	
23	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach wykonywanego zamówienia publicznego przeglądu aparatu zgodnie z zaleceniami producenta aparatu lub autoryzowany serwis – na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi umowę lub inny dokument wiążący strony w zakresie serwisu	
24	Aparat posiada akredytację Fetal Medicine Foundation (FMF) z Londynu, profesora Kypros Nicolaides (Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania w trakcie trwania postępowania przetargowego lub na etapie realizacji umowy dokumentów potwierdzających posiadanie niniejszej akredytacji)	
25	Wykonawca zapewni udział w zintegrowanej internetowej kontroli jakości.	
26	Klimatyzator przenośny lub stacjonarny, zapewniający prawidłową temperaturę do pracy aparatu w pracowni immunochemii. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia czyszczenia i konserwacji klimatyzatora w trakcie trwania umowy zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia oraz w utrzymaniu go w stałej sprawności w trakcie trwania umowy i na żądanie Zamawiającego przedstawi dokumentację w tym zakresie	
27	Wymagana dwukierunkowa komunikacja z komputerem zewnętrznym, podłączenie analizatora do sieci komputerowej laboratorium na koszt Wykonawcy, program laboratoryjny - InfoMedica	
Lp.	Informacje dodatkowe	Wpisać właściwe
1	Ilość przeglądów w skali roku	
2	Wartość aparatu brutto	