

Białystok, 2022-07-01

**Wszyscy uczestnicy
postępowania**

PN- 33/22/10/1

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji znak sprawy: PN-33/22/10 na dostawę myjni dezynfektorów do basenów.

Zamawiający, **Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Treść pytań:

1. Ad. tabela lp.8 i lp.9 Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czy komora mycia ma być wykonana ze stali nierdzewnej, głęboko tłoczona bez spawów z pochylonym sufitem czy z polimerów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komorę wykonaną ze stali nierdzewnej, głęboko tłoczoną bez spawów z pochylonym sufitem

2. Ad. tabela lp. 10 Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowanie myjni dezynfektora o budowie kompaktowej o szerokości 50 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

3. Ad. tabela lp. 14 i lp. 15 wobec lp.5 Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora z jedną pompą dozującą środek odkamieniający z opcją instalacji drugiej pompy. W przewidzianej do zaoferowania myjni podobnie jak w nowoczesnych myjniach innych wiodących producentów dozowanie detergentu jest zbędne, gdyż domywanie naczyń następuje przez silne strumienie wody kierowane przez kilkanaście dysz w większości rotacyjnych. Dodatkowo należy dodać, iż przedmiotowa myjnia dezynfektor dysponuje certyfikowanym programem do usuwania spor *Clostridium difficile* bez konieczności stosowania dodatkowego detergentu myjącego oraz preparatu biobójczego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

4. Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor o wysokości 132 cm, o kompaktowej budowie umożliwiającej umieszczenie półki ponad urządzeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza myjnię dezynfektor o wysokości 132 cm.

W załączniku nr 1 opis przedmiotu zamówienia należy dodać Myjnia dezynfektor do basenów – SZT. 13

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych


mgr Iwona Kisiel