

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

ul. Dworcowa 31

44-145 Pilchowice

Znak sprawy: **10/ZP/2022/K**

Pilchowice, 2022-06-13

WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Modyfikacja SWZ na: Dostawę odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla szpitala w Pilchowicach oraz dzierżawa analizatora– 14 zadań

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn.zm) modyfikuje następujące zapisy SWZ:

1. **Zmianie ulega ponoszenie kosztów pracownika firmy Kamsoft w związku z powyższym modyfikacji ulega Załącznik nr 5 do SWZ - §2 ust. 1 – wzór umowy dla zadania nr 14.**

Było:

§ 2 – Oświadczenie Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że:

- a) dzierżawiony sprzęt medyczny spełnia określone dla niego wymagania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. nr 974) i w przepisach wykonawczych do ustawy; rok produkcji jest nie wcześniejszy niż 2020, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy – użycia, zgodnie ze swym przeznaczeniem - bez dodatkowych jakichkolwiek zakupów i inwestycji. Zamawiający przekaze niezbędne dane wewnętrznej sieci informatycznej oraz ponosi koszt licencji i pracy informatyka z firmy Kamsoft.

Jest:

§ 2 – Oświadczenie Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że:

- a) dzierżawiony sprzęt medyczny spełnia określone dla niego wymagania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. nr 974) i w przepisach wykonawczych do ustawy; rok produkcji jest nie wcześniejszy niż 2020, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy – użycia, zgodnie ze swym przeznaczeniem - bez dodatkowych jakichkolwiek zakupów i inwestycji. Zamawiający przekaze niezbędne dane wewnętrznej sieci informatycznej oraz ponosi koszt licencji. **Koszt pracy informatyka z firmy Kamsoft ponosi Wykonawca.**

2. **W związku z błędnie określonymi ustępami paragrafów oraz wykreśleniem obowiązku ubezpieczenia modyfikacji ulega §10 wzoru umowy dla zadania nr 14 – załącznik nr 5 do SWZ**

Było:

§ 10 – Kary umowne

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy potwierdzone przez Zamawiającego Protokołem wadliwej usługi (**Załącznik nr 4**), Zamawiający naliczał będzie kary umowne:

- a) za zwłokę w dostawie analizatora – kara w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 a) za każdy dzień zwłoki,
- b) w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia awarii analizatora, określonego w § 4 ust. 6 - kara w wysokości 0,05 % wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 a) za każdy dzień zwłoki,
- c) w przypadku zwłoki w instalacji analizatora zastępczego, o którym mowa w § 4 ust. 6, 7 - kara w wysokości 0,05 % wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 a) za każdy dzień zwłoki,
- d) za zwłokę w dostawie odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych, zwłokę w dostarczeniu braków ilościowych lub zwłokę wymiany towaru na wolny od wad – kara w wysokości 0,05 % wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1b za każdy dzień zwłoki,
- a) 5 % wartości brutto niezrealizowanej części Umowy, wskazanej w § 9 ust. 1, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- b) 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu umowy ubezpieczenia OC, o których mowa w § 3 ust. 6.

Jest:

§ 10 – Kary umowne

2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy potwierdzone przez Zamawiającego Protokołem wadliwej usługi (**Załącznik nr 4**), Zamawiający naliczał będzie kary umowne:
 - a) za zwłokę w dostawie analizatora – kara w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
 - b) w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia awarii analizatora, określonego w § 4 ust. 6 - kara w wysokości 0,05 % wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
 - c) w przypadku zwłoki w instalacji analizatora zastępczego, o którym mowa w § 4 ust. 6, 7 - kara w wysokości 0,05 % wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
 - d) za zwłokę w dostawie odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych, zwłokę w dostarczeniu braków ilościowych lub zwłokę wymiany towaru na wolny od wad – kara w wysokości 0,05 % wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,
 - e) 5 % wartości brutto niezrealizowanej części Umowy, wskazanej w § 9 ust. 1 oraz w § 9 ust. 2 , w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. We wzorze umowy dla zadania nr 14 (załącznik nr 5 do SWZ) w §5 ust. 7 zmianie ulega odnośnik do § 9 ust. 2.

Było:

§ 5 – Realizacja Umowy w zakresie dostawy odczynników oraz materiałów zużywalnych

7. Zamawiający zastrzega sobie:
 - a) możliwość niewykorzystania w pełni asortymentu dostaw wskazanego w **Załączniku nr 6** w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania umowy okoliczności powodujących, że wykonanie określonej części zamówienia nie będzie ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych leżało w interesie Zamawiającego, albo w przypadku zmniejszenia się zapotrzebowania szpitala, czego również nie można przewidzieć na dzień podpisania umowy, a z czego nie wynikają dla Wykonawcy żadne roszczenia. Zmniejszenie nie może przekroczyć 30 % wartości umowy, określonej w § 9 ust. 1 b.

Jest:

§ 5 – Realizacja Umowy w zakresie dostawy odczynników oraz materiałów zużywalnych

7. Zamawiający zastrzega sobie:
 - a) możliwość niewykorzystania w pełni asortymentu dostaw wskazanego w **Załączniku nr 6** w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania umowy okoliczności powodujących, że wykonanie określonej części zamówienia nie będzie ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych leżało w interesie Zamawiającego, albo w przypadku zmniejszenia się zapotrzebowania szpitala, czego również nie można przewidzieć na dzień podpisania umowy, a z czego nie wynikają dla Wykonawcy żadne roszczenia. Zmniejszenie nie może przekroczyć 30 % wartości umowy, określonej w § 9 ust. 2.

4. W związku z usunięciem obowiązku posiadania ubezpieczenia modyfikacji ulega §3 wzoru umowy dla zadania nr 14 – załącznik nr 5 do SWZ

Było:

§ 3 – Realizacja Umowy w zakresie dzierżawy analizatora

1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i we własnym zakresie dostarczyć do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia, zainstalować oraz zwalidować analizator: *(nazwa i model analizatora zgodnie ze złożoną ofertą)*..... **w terminie do 7 dni** od daty podpisania umowy.
2. Odbiór przedmiotu dzierżawy nastąpi w obecności upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego obustronnie bez zastrzeżeń przez obie Strony. Data podpisania protokołu stanowić będzie termin rozpoczęcia dzierżawy.
3. Warunkiem odbioru przedmiotu dzierżawy będzie:
 - a) stwierdzenie kompletności jego dostawy, zamontowanie go w miejscu przeznaczenia, sprawdzenie poprawności działania,
 - b) przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi analizatora w języku polskim, paszportu technicznego i całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z przedmiotu dzierżawy,
 - c) przeszkolenie personelu Zamawiającego i wydanie certyfikatów w zakresie jego obsługi.
4. Wartość przedmiotu dzierżawy, na dzień podpisania niniejszej umowy wynosi: zł.
5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedmiotu dzierżawy. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej.
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia OC w terminie do 7 dni po wygaśnięciu poprzedniej umowy, pod rygorem rozwiązania Umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, z winy Wykonawcy.
7. Po zakończeniu dzierżawy Zamawiający zwróci Wykonawcy przedmiot dzierżawy w ciągu 5 dni od zakończenia umowy w stanie nienaruszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia wynikającego z prawidłowego użytkowania, a Wykonawca zobowiązuje się do odebrania sprzętu medycznego na własny koszt i ryzyko. Odbiór sprzętu zostanie potwierdzony Protokołem zdawczo-odbiorczym, potwierdzonym przez obie Strony.

Jest:

§ 3 – Realizacja Umowy w zakresie dzierżawy analizatora

1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i we własnym zakresie dostarczyć do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia, zainstalować oraz zwalidować analizator: *(nazwa i model analizatora zgodnie ze złożoną ofertą)*..... **w terminie do 7 dni** od daty podpisania umowy.
2. Odbiór przedmiotu dzierżawy nastąpi w obecności upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego obustronnie bez zastrzeżeń przez obie Strony. Data podpisania protokołu stanowić będzie termin rozpoczęcia dzierżawy.
3. Warunkiem odbioru przedmiotu dzierżawy będzie:
 - d) stwierdzenie kompletności jego dostawy, zamontowanie go w miejscu przeznaczenia, sprawdzenie poprawności działania,
 - e) przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi analizatora w języku polskim, paszportu technicznego i całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z przedmiotu dzierżawy,
 - f) przeszkolenie personelu Zamawiającego i wydanie certyfikatów w zakresie jego obsługi.
4. Wartość przedmiotu dzierżawy, na dzień podpisania niniejszej umowy wynosi: zł.
5. Po zakończeniu dzierżawy Zamawiający zwróci Wykonawcy przedmiot dzierżawy w ciągu 5 dni od zakończenia umowy w stanie nienaruszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia wynikającego z prawidłowego użytkowania, a Wykonawca zobowiązuje się do odebrania sprzętu medycznego na własny koszt i ryzyko. Odbiór sprzętu zostanie potwierdzony Protokołem zdawczo-odbiorczym, potwierdzonym przez obie Strony.

5. W związku ze zmianą ponoszenia kosztów pracy pracownika firmy Kamsoft zmianie ulega załącznik nr 3 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia

Było:

21	Wykonawca uruchomi analizator w sieci szpitalnej i w programie Kamsoft. Zamawiający przekaze niezbędne dane wewnętrznej sieci informatycznej oraz ponosi koszt licencji i pracy informatyka z firmy Kamsoft.
----	--

Jest:

21	Wykonawca uruchomi analizator w sieci szpitalnej i w programie Kamsoft. Zamawiający przekaze niezbędne dane wewnętrznej sieci informatycznej oraz ponosi koszt licencji. Koszt pracy informatyka z firmy Kamsoft ponosi Wykonawca.
----	--

6. Modyfikacji ulega punkt 17 załącznika nr 3 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia

Było:

17	Instrukcja obsługi analizatora i metodyki odczynników dołączone do oferty w formie elektronicznej
----	---

Jest:

17	Instrukcja obsługi analizatora i metodyki odczynników dołączone zostaną w dniu dostawy przedmiotu zamówienia.
----	---

Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji SWZ.

W pozostałym zakresie SWZ pozostaje bez zmian.

Załączniki:

- 1. Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.**

Zamawiający
DYREKTOR:

Lek. med. Joanna Niestrtój – Ostrowska

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia analizatora parametrów krytycznych

Lp.	Wymagane parametry techniczne parametrów krytycznych	Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów TAK/NIE
1	Analizator parametrów krytycznych	
2	Parametry mierzone: pH; pO ₂ , pCO ₂ , O ₂ Hb, HHb, COHb, MetHb, SO ₂ , ctHb, Na, Cl, K, Ca	
3	Parametry wyliczane: HCO ₃ ; HCT	
4	Parametry wprowadzane: nr identyfikacyjny pacjenta; imię i nazwisko pacjenta, typ próbki	
5	Rodzaj próbki: krew pełna, surowica	
6	Objętość próbki do pełnego panelu oznaczeń: Kapilara-maksymalnie 100µl, strzykawka-maksymalnie 250µl	
7	Możliwość wykonania pomiarów gazometrycznych z objętości nie większej niż 60 µl	
8	Wydajność analizatora minimum 20 oznaczeń na godzinę	
9	Jednoczesny pomiar wszystkich parametrów z jednej próbki	
10	Analizator wykorzystujący do pracy odczynniki konfekcjonowane w oddzielne butelki. Każdy odczynnik, kalibratory i inne niezbędne materiały wymieniane oddzielnie niezależnie od siebie.	
11	Oddzielny pojemnik na ścieki	
12	Łączny czas wszystkich kalibracji nie dłuższy niż jedna godzina na dobę.	
13	Automatyczna kalibracja 1 i 2 punktowa, z możliwością przerywania kalibracji analizatora w dowolnym momencie w celu wykonania badań „cito”. Przerwanie kalibracji nie może mieć wpływu na jakość, jak również ilość uzyskanych parametrów mierzonych i wyliczanych.	
14	Automatyczny podajnik materiału kontrolnego z możliwością zaprogramowania dowolnej częstotliwości kontroli jakości	
15	Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych	
16	Menu analizatora w języku polskim	
17	Instrukcja obsługi analizatora i metodyki odczynników dołączone zostaną w dniu dostawy przedmiotu zamówienia.	
18	Deklaracja zgodności CE z wymogami UE	
19	W razie awarii dłuższej niż 2 dni robocze Wykonawca zapewni analizator zastępczy na czas naprawy, lub pokryje całkowity koszt badań wysłanych do podwykonawcy.	
20	Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego	

21	Wykonawca uruchomi analizator w sieci szpitalnej i w programie Kamsoft. Zamawiający przekaze niezbędne dane wewnętrznej sieci informatycznej oraz ponosi koszt licencji. Koszt pracy informatyka z firmy Kamsoft ponosi Wykonawca.	
22	Zamawiający wymaga nieodpłatnego serwisu w razie awarii wraz z częściami zamiennymi na czas trwania umowy.	
23	Zamawiający wymaga nieodpłatnych niezbędnych przeglądów rocznych urządzenia wraz z dokonywaniem wpisów w paszporcie technicznym przez cały okres trwania dzierżawy	
24	Data produkcji nie wcześniejsza niż 2020r	

Ilość oznaczeń: gazometria **4800 rocznie, elektrolity 2400 rocznie**
Kontrola wewnętrzna **3 x w tygodniu na 3 poziomach zamiennie**