

Bytom dnia: 2021-07-29

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy 17/17PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 36

Pytanie nr 1 – dotyczy Zapisów pkt. VII.1.2 SWZ

Prosimy o sprecyzowanie zapisów dot. wykonanych dostaw (jakiej ilości o jakich wartościach dostaw Zamawiający oczekuje)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Minimum 2 dostaw, bez określonej kwoty.

Pytanie nr 2 – dotyczy Zapisów pkt. VII.1.2 SWZ

Prosimy o sprecyzowanie co Zamawiający rozumie poprzez specjalistyczny transport oraz jakich dokumentów na potwierdzenie Zamawiający będzie oczekiwał

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga specjalistycznego transportu jedynie w sytuacji, gdy taki transport jest wymagany i wskazany w przepisach. W pozostałych przypadkach transport jest dowolny, zgodnie z decyzją Wykonawcy.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 89

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m², z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m², łączna gramatura 140g/m². Odporność na przenikanie cieczy 165cmH₂O, współczynnik chłonności 990%. Serweta na stół Mayo wykonana z folii PE o grubości 60µm z wzmocnieniem z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o łącznej gramaturze 140g/m². Serweta na stół do instrumentarium wykonana z folii PE o grubości 60µm z wzmocnieniem włókninowym o łącznej gramaturze 85g/m².

Zestaw w opakowaniu Tyvec - folia. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu.

Zestaw zgodny z normą EN 13795-1:2019, 11135-1:2007 oraz EN 556-1. Na opakowaniu informacja o sposobie sterylizacji oraz cztery samoprzylepne naklejki transferowe zawierające numer referencyjny, numer serii, datę

ważności, nazwę marki dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 91

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha?

Sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMMMS 35g/m², rękawy typu reglan zakończone niepyłącym poliestrowym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapędlone na rzepy 2,5 x 3,5cm, 20,5 x 10-12,5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju nadrukowane bezpośrednio na fartuchu, widoczne przed rozłożeniem. Opakowanie z informacją o sposobie sterylizacji oraz z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-125, L-135, XL-145, XXL-155. Termin ważności 5lat. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho 90N w kierunku. Odporność na przenikanie cieczy 40cm H₂O.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 93

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych rękawic?

Rękawice lateksowe diagnostyczne, bezpudrowe, rozmiar S, M, L, XL z wewnętrzną warstwą chlorowaną, niejałowe. Długość rękawic min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,13 mm, na dłoni min. 0,10 mm. Powierzchnia palców teksturowana. Zawartość protein poniżej 50µg / g. AQL 1,5. Znak CE - zgodne z normą EN 455-1,2,3 i 4. Środek ochrony indywidualnej kategorii III, wyrób medyczny klasy I.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 94

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych rękawic?

Rękawice diagnostyczne nitrylowe, rozmiar S, M, L, XL, bezpudrowe, niejałowe o uniwersalnym kształcie. Długość min. 240 mm, AQL 1,5, grubość na palcu min. 0,07 mm, na dłoni min. 0,06 mm. Znak CE - zgodne z normą EN 455-1,2,3 i 4, EN 374- 1,2,3,4,5. Rękawice oznakowane jako produkt medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kategorii III. dopuszczony do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramem na opakowaniu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 99

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek wykonanych z 3 warstw włókniny polipropylenowej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 101

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m²?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z opisem SWZ.

W imieniu Zamawiającego

