

EP.26.113.2022

Warszawa, dnia 20 grudnia 2022 r.

ODPOWIEDZI **na zapytania do SWZ**

Dotyczy: postępowania na „**Dostawę materiałów i sprzętu endoskopowego jednorazowego użytku**” – sprawa nr EP/108/2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „**Dostawę materiałów i sprzętu endoskopowego jednorazowego użytku**” SPRAWA NR EP/108/2022, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 w związku z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

Pytanie 1. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści kleszcze biopsyjne pokrywane hydrofilną powłoką PE, o dużym rozwarciu 7 mm i powiększonej pojemności łyżeczek - 4,32mm³?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści kleszcze biopsyjne z łyżeczkami wydłużonymi 4,3 mm i rozwarciu 7,5 mm, powłoczenie koloru szarego z markerami. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3

Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści kleszcze biopsyjne JUMBO bez markerów, z hydrofilnym pokryciem, z łyżeczkami o długości 4,1 mm i rozwarciu 9,1 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ

Pytanie 4. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3

Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści kleszcze chwytające bez markerów, w powleczeniu koloru niebieskiego. Wszystkie kleszcze w wersji obrotowej, rozwarcie: Pelikan: 10,3 mm, Ząb aligatora : 13,5 mm, Ząb szczura 8,3 mm Ząb szczura i zęby aligatora/krokodyla: 11,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie 5. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3

Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści pętle do polipektomii obrotowe 360 °, obrót pętli poprzez pokrętko na rękojeści, możliwość cięcia na ciepło, pleciony drut o grubości 0, 47 mm, średnice 6,10,15,25,30,,35 mm średnica osłonki 2.3 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3

Czy Zamawiający w pozycji nr 6 dopuści pętle do polipektomii obrotowe 360 °, obrót pętli poprzez pokrętko na rękojeści, pętle typu COLD SNARE - na zimno, bez użycia diatermii , drut pleciony o grubości 0, 24 mm, średnice 6,10,15 mm średnica osłonki 2.3 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3

Czy Zamawiający w pozycji nr 7 dopuści pętle z siatką chwytającą, obrotowe, o wymiarach 20x40mm, 30x60 mm, 40x60mm, średnica osłonki 2.6 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3

Czy Zamawiający w pozycji nr 8 dopuści igły o grubości igły 0,7 oraz 0,8 mm, średnica narzędzia 2.3mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie 9. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3

Czy Zamawiający w pozycji nr 9 dopuści klipsownice hemostatyczną o rozwarciu ramion 11, 13, 16 i długości ramion 10 mm, kąt zagięcia 90 i 135 stopni. Klipsownica bez pancerza transportowego, wyposażona w blokadę przed przypadkowym otarciem klipsa. ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3

Czy Zamawiający w pozycji nr 10 dopuści kleszcze 3- , 4- lub 5-ramienne o średnicy narzędzia 2. 3mm. ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3

Czy Zamawiający w pozycji nr 11 dopuści szczoteczki o długości roboczej 2300 mm zamiast 2500 mm. ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kleszcze endoskopowe standardowe średnica 1,8 mm. Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PTFE, łyżeczki o długości 2,5 mm, rozwarciu 5,5 mm. Łyżeczki owalne: gładkie. Dostępne w długościach: 1600mm - przy średnicy narzędzia 1,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie 13. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kleszcze endoskopowe biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PTFE, łyżeczki o długości 3,4 mm, rozwarciu 6,5 mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą(dla długości 1800 mm i 2300 mm) aligator, aligator z igłą (dla długości 2300 mm) - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia inny dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz inny dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Pakowane pojedynczo, w zestawie min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie 14. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kleszcze endoskopowe typu JUMBO. Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PTFE, łyżeczki o długości 4,5 mm, rozwarciu 10 mm. Łyżeczki owalne, gładkie, pogłębione. Dostępne w długości 2300mm - przy średnicy narzędzia 3,0mm. Współpracujące z minimalnym kanałem roboczym 3,2mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności i danymi producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie 15. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kleszcze chwytające. Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PTFE. Typ łopatek aligator o rozwarciu 6,5 mm lub aligator z zębem szczura o rozwarciu 6,5 mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie 16. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii owalne. Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,40 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,40 mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 30mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3 mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie min.3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie 17. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii owalne. Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, pleciona, drut o średnicy 0,24 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3 mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie 18. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści pętle z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 30mm. Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm lub 0,5 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm (dla 0,6 mm) oraz 5mm lub 6 mm (dla 0,5 mm) (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści klipsownice hemostatyczną z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Rozwarcie ramion klipsa 15mm (dla 90 stopni) lub 16mm (dla 135 stopni), długość narzędzia 2300mm. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych. Kleszcze 3-ramienne do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica narzędzia 2,3mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści szczotkę jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosa 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie min. 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie 23. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści szczotkę jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosa 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie min. 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie 24. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 30mm, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 10 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści pułapkę jednokomorową na ssak, jednorazowego użytku; Pakowana pojedynczo, sterylna, z przyrządem do usuwania pobranego materiału z

szufladki, każde opakowanie zawiera min. 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie 26. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści marker endoskopowy BLACK. Marker węglowy, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. Jest dostarczany w strzykawce zawierającej 5 cm³ markera?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27. – Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ § 3

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 5 do SWZ poprzez dodanie § 3 ust. 11a o następującej treści: „Własność sprzętu pozostającego w depozycie przechodzi na Zamawiającego z chwilą jego pobrania z depozytu przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 28. – Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ § 3

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 5 do SWZ poprzez nadanie § 3 ust. 20 zdanie pierwsze następującego brzmienia: „Wykonawca oświadcza, iż jeden raz na 3 miesiące trwania umowy zgłosi się do osoby odpowiedzialnej za realizację umowy celem uzgodnienia salda, co zostanie potwierdzone protokołem spisany przez Strony.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 29. – Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ § 3

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 5 do SWZ poprzez dodanie § 3 ust. 20a o następującej treści: „Zamawiający nie jest uprawniony do pobrania z depozytu sprzętu, któremu upłynął termin ważności. Jeżeli Zamawiający posiada w depozycie więcej niż jeden sprzęt danego rodzaju, zobowiązuje się do pobrania w pierwszej kolejności sprzętu o krótszym terminie ważności zgodnie z zasadą first expired-first out (FEFO).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 30. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 1 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, cewników ze znacznikami do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych, do wprowadzania przewodników o średnicy 0,018" - 0,035" w zależności od ścięcia końcówki dystalnej, długość cewnika 200 cm, mandryn usztywniający 100 cm, średnica cewnika 5,5 Fr-4,5 różne typy końcówek dystalnych (m.in. standardowa, stożek) oraz cewnik o średnicy cewnika 5.4 FR i długości 195 cm, mandryn usztywniający 100 cm, końcówka metalowa typu BallTip współpracujący z przewodnikiem 0,035", minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 1 w pozycji 2, w miejsce pierwotnych parametrów, trzykanałowych sfinkterotomów z zagiętą, cieniodajną końcówką o średnicy 7.5 Fr, długość narzędzia 175 cm, cięciwa tnąca 20, 25 i 30 mm z monofilamentu lub plecionki, oddzielne kanały do prowadnika i podawania kontrastu, współpracujący z prowadnikami 0,035" ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 1 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 1 w pozycji 3, w miejsce pierwotnych parametrów, papilotomów zagiętych ze stożkiem, średnica cewnika 5.1 Fr, końcówka temperowana do 4 Fr, długość narzędzia 180 cm, cięciwa tnąca 15, 20, 25 i 30 mm z monofilamentu lub plecionki, współpracujący z prowadnikami 0,021", minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 1 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 1 w pozycji 4, w miejsce pierwotnych parametrów, trójkanałowych sfinkterotomów igłowych z niezależnym kanałem do prowadnika i podawania kontrastu, długość robocza 177 cm, średnica cewnika 7.5-6.0 Fr, długość igły tnącej 4.0 +/-2.0 mm, końcówka w kształcie stożka, do współpracy z prowadnikiem 0,035", minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, sterylny, jednorazowego użytku ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 1 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 1 w pozycji 5, w miejsce pierwotnych parametrów, koszyczków do ekstrakcji kamieni z dróg żółciowych i trzustkowych, czteroramienne i sześcioramienne, ergonomiczny uchwyt, średnica narzędzia 6.9-7 Fr, długość 210-220 cm, rozmiar po otwarciu w zależności od rodzaju: 1,5x3,5; 2x4; 2,5x5; 3x6 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, możliwość współpracy z mechanicznym litotryptorem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 1 poz. 14

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 1 w pozycji 14, w miejsce pierwotnych parametrów, sond nosowo-żółciowych, średnica 5, 6 i 7 Fr, kształt końcówki pigtail z pętlą alpha i typu pigtail, długość sondy 235-250 cm, akceptujące prowadnicę 0,035", otwory boczne w odcinku dystalnym, w zestawie przekładka przez nos, prowadnik i cewnik do podłączenia drenażu; cewnik wykonany z kontrastującego polietylenu ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 1 poz. 16

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 1 w pozycji 16, w miejsce pierwotnych parametrów, papilotomu do zastosowania u pacjentów z zespoleniem typu Billroth II, średnica cewnika 6.3 Fr temperowana do 5 Fr, cięciwa tnąca długości 20 mm, długość całkowita 180 cm, akceptujący prowadnicę 0,035", do kanału roboczego min. 2,8 mm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 1 poz. 18

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 1 w pozycji 18, w miejsce pierwotnych parametrów, cewników do poszerzania dróg żółciowych z cieniodajną opaską, długość 195 cm, możliwość użycia z prowadnikiem 0,025" lub 0,035", wymagany rozmiar cewnika w zakresie 5.1 - 11,4 Fr, długość zwężonej końcówki o długościach 4-5 cm, jednorazowego użytku ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 1 poz. 20

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 1 w pozycji 20, w miejsce pierwotnych parametrów, koszyków do usuwania złogów, kształt spiralny, wykonany z monofilamentowego drutu, średnice koszyków 2 x 4 cm; 3 x 6 cm, długość 192 cm – 194 cm, obrotowa rękojeść typu pin-vise.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 1 poz. 22

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 1 w pozycji 22, w miejsce pierwotnych parametrów, śrubowych przyrządów do usuwania stentów typu Soehendra, umożliwiające usunięcie protezy bez utraty dostępu do dróg żółciowych, narzędzie o długość 180 cm, do usuwania protez o średnicy 5, 7, 8.5; 10 i 11,5Fr, do użycia z prowadnicą 0,021"-0,035" ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych kleszczy standardowych powlekanych PE, średnica 1,8 mm. z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,0mm, rozwarciu 5mm. Łyżeczki owalne: gładkie. Dostępne w długościach: 1600mm - przy średnicy narzędzia 1,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie 41. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych kleszczy do biopsji stycznych. Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami

głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 4,0 mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia szary. Obszar zastosowania kodowany kolorystycznie i graficznie na każdym opakowaniu jednostkowym. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie 42. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych kleszczy typu JUMBO, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 4,0mm, rozwarciu 8mm. Pojemność łyżeczek 17,58 mm³. Łyżeczki owalne, gładkie, pogłębione. Dostępne w długości 2300mm - przy średnicy narzędzia 3,0mm. Współpracujące z minimalnym kanałem roboczym 3,2mm. Kolor powleczenia szary. Obszar zastosowania kodowany kolorystycznie i graficznie na każdym opakowaniu jednostkowym. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności i danymi producenta.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych kleszczy chwytających. w powleczeniu PE, z markerami widocznymi w obrazie RTG. Typ łopatek zęb szczura-aligator o rozwarciu 17mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie 44. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli owalnej do usuwania polipów jednorazowego użytku, sterylne, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,4mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 35mm, do usuwania polipów z użyciem elektrokoagulacji. Nadmieniamy, że zgodnie z obecnymi wytycznymi, większych polipów powyżej 15mm, nie należy usuwać pętlami, bez możliwości użycia diatermii, ze względu na duże ryzyko wystąpienia krwawienia. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie 45. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli owalnych typu COLD. Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, pleciona, drut o średnicy 0,25 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie 46. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli z siatką chwytającą; jednorazowa, w kształcie oktagonu w celu łatwiejszego dotarcia do trudnodostępnych miejsc, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarcu 35mm. Średnica narzędzia 2,5mm, długość robocza 2300mm. Poz. 8 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igły do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm lub 0,7 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Zablockowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie klipsownicy hemostatycznej z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,5mm, rozwarcie ramion klipsa 12mm lub 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezykcjonowania już zaaplikowanego klipsa. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kleszczy chwytających do usuwania ciał obcych 3- lub 4-ramiennych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica narzędzia 2,3mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronnej o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosa 6mm i 6mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie 50. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosa 6mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie 51. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ustników jednorazowych wykonanych z polietylenu, bez zawartości DEHP oraz lateksu, o średnicy otworu głównego 22 x 25mm, z gumką tekstylną wstępnie założoną na ustnik. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustniki mikrobiologicznie czyste, pakowane indywidualnie, każde opakowanie jednostkowe zawiera min. trzy nalepki samoprzylepne do dokumentacji z numerem katalogowym, nr LOT oraz datą ważności, dane producenta/ dystrybutora na etykiecie głównej produktu. Opakowanie zbiorcze typu dispenser kartonowy z otworem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, standardowe, powlekane, łyżeczki owalne: gładkie z igłą i bez igły (do wyboru) Dostępne w długościach: 1600mm przy średnicy narzędzia 1,8mm oraz 1600mm i 2300mm dla średnicy narzędzia 2,3mm (do wyboru zamawiającego). łyżeczki standardowe. Pakowane pojedynczo, w zestawie z etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie 53. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować kleszcze do biopsji stycznych (uchylne) jednorazowego użytku, powlekane, łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą łyżeczki o rozwarciu ok 7- 8mm. Dostępne w długościach: 1600mm i 2300mm przy średnicy narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie z etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie 54. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, powlekane, łyżeczki o rozwarciu 8,4mm. łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą,. Dostępne w długościach 2300mm - przy średnicy narzędzia 3,0mm. Współpracujące z minimalnym kanałem roboczym 3,2mm. Kolor powleczenia niebieski. łyżeczki standardowe. Pakowane pojedynczo, w zestawie z etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie 55. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować kleszcze chwytające jednorazowego użytku, powlekane, z markerami. Średnica narzędzia 2,3mm. Typ łopatek zęb szczura i długość 2300mm , aligator i długość 1800 mm lub aligator z zębem szczura i długość robocza 2300mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie z etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie 56. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy ok. 0,40 mm dla średnicy otwarcia 10mm, 15mm, 25mm i 35mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie z etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie 57. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętla do polipektomii owalne COLD. Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, pleciona, drut o średnicy ok. 0,25- 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3mm.

Pakowane pojedynczo, w zestawie z etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie 58. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętla z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm lub otwarciu 35mm (do wyboru Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,3mm, długość robocza 2300mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie 59. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 8

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować igły do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce, o grubości igły 0,7mm i głębokości nakłucia 4 mm, 5mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,3mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Zablockowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z ergonomiczną dla precyzyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane o najwyższej ostrości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 9

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować klipsownice hemostatyczne z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,5mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm, 13mm i 16mm, stopień zagięcia ramion 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem z potwierdzeniem przez Producenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 10

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych. średnica narzędzia 2,3mm; pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 11

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,8mm ze średnicą włosa 6mm i 6mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 12

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczotki jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,8mm ze średnicą włosa 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 13

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy uniwersalnej ok. 22mm x 25mm, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Ustnik z wypustką na końcu na zęby, Pakowany pojedynczo, w zestawie etykiety samoprzylepne do dokumentacji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 15

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pułapka jednokomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o średnicy zewnętrznej komory ok. 40mm i długości drenu ok 140mm. Pakowana pojedynczo, z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – zadanie nr 3 poz. 11

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczotki czyszczące o średnicy: 1. szczotka: 10mm, dł. 40mm 2. szczotka: 5mm, dł. 20mm Wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 67. – Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ § 4 ust. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie zapisów przedmiotowego pkt. o następującą treść: „(..). Zgody takiej Zamawiający nie może bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie 68. – Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ § 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie zapisów § 4 o kolejny pkt. następującej treści: „W przypadku zwłoki w płatności powyżej 21 dni od terminu wskazanego na fakturze, Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację następnych zamówień do momentu uregulowania zaległości bądź zrealizować zamówienie z obowiązkiem przedpłaty.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Pytanie 69. – Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ § 6 ust. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie kar umownych odpowiednio:

- 1) z 1% na 0,5% oraz z 50 zł na 20 zł ?
- 2) z 10% na 5%
- 3) z 10% na 5%
- 4) z 500 zł na 250 zł ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmiany **do Załącznika nr 2 - formularz asortymentowo – cenowy dla zadania nr 3 pkt. 1 i pkt. 2** w zakresie doprecyzowania ilości asortymentu.

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

KIEROWNIK SEKCJI
Sekcja Zamówień Publicznych


Małgorzata Marcinkowska

Sporządził: Monika Kowalska

