

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15  
41-902 Bytom

WYKONAWCY  
ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup sprzętu medycznego w postaci stołu operacyjnego oraz Inkubatora dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"..  
Numer referencyjny: 29/29PN/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny nr 2, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2

1. Opis Przedmiotu Zamówienia w obecnym brzmieniu spełnia wyłącznie jeden producent inkubatorów obecny na polskim rynku. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści wysokiej klasy inkubator hybrydowy opisany w poniższej tabeli?

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany podać
1.	Inkubator przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem	TAK	
2.	Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na podstawie jezdnej. Wszystkie kółka wyposażone w hamulce	TAK	
3.	Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz	TAK	
4.	Podstawa z elektrycznie regulowaną wysokością umożliwiającą dostęp do dziecka przebywającego w inkubatorze z pozycji siedzącej dla rodziców. Regulacja podstawy realizowana z obu stron inkubatora	TAK	
5.	Materacyk o udokumentowanych właściwościach przeciwoleżynowych	TAK	
6.	Po dwa otwory pielęgnacyjne na ściankach bocznych i min. 1 od strony czołowej. Otwory pielęgnacyjne z	TAK	

	cichym zamykaniem.		
7.	Kopuła umożliwiająca dostęp do noworodka poprzez jej otwarcie, uniesienie. Ruch kopuły realizowany za pomocą mechanizmu sterowanego elektrycznie. Regulacja realizowana z obu stron inkubatora. Możliwość uniesienia kopuły za dotknięciem jednego przycisku w sytuacjach krytycznych dla noworodka.	TAK	
8.	Po uniesieniu kopuły urządzenie automatycznie utrzymuje zadaną wcześniej temperaturę	TAK	
9.	Regulacja pochylenia materacyka +/- 12 stopni	TAK	
10.	Otwierana ścianka boczna z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem.	TAK	
11.	Podstawa materacyka obrotowa (obróć 360°), zapewniająca optymalny dostęp do pacjenta bez konieczności przemieszczania go do celów zabiegowych	TAK	
12.	Podstawa materacyka wysuwana obustronnie	TAK	
13.	Prowadnice do wprowadzenia kasety rtg pod materacyk bez konieczności przemieszczania dziecka, ze znacznikami pozycji kasety	TAK	
14.	Konstrukcja kopuły dwuścienna	TAK	
15.	Uszczelnione otwory (przepusty) na rury, przewody monitorowania, cewniki	TAK	
16.	System cyrkulacji powietrza pod kopułą tworzący kurtynę, zwiększany przy otwarciu ścianki bocznej	TAK	
17.	Głośniki alarmów umieszczone w sposób ograniczający poziom hałasu oddziałującego na pacjenta	TAK	
18.	Średni poziom hałasu pod kopułą 40dB	TAK	
19.	Układ automatycznej regulacji nawilżania (servo)	TAK	
20.	Zakres regulacji nawilżania (30÷90)%.	TAK	
21.	Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka. Poziom wody w zbiorniku, widoczny dla personelu.	TAK	
22.	System nawilżania i podaży nawilżonego powietrza do przestrzeni inkubatora niwelujący drobnoustroje	TAK	
23.	Układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo)	TAK	
24.	Układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka	TAK	
25.	Układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury powietrza w	TAK	

	kopule		
26.	Panel sterujący z dużym, dotykowym kolorowym ekranem powyżej 10 cali umieszczonym centralnie, do konfiguracji pracy inkubatora, oraz prezentacji mierzonych parametrów	TAK	
27.	Ekran sterowania i wyświetlania dostępny z obu stron inkubatora.	TAK	
28.	Jednoczesne cyfrowe wyświetlanie temperatury nastawionej i rzeczywistej (zmierzonej)	TAK	
29.	Alarmy akustyczno-optyczne monitorowanych parametrów oraz braku wody w pojemniku nawilżacza	TAK	
30.	System bezdotykowego wyciszania alarmów	TAK	
31.	Wykonywanie automatycznie testu sprawdzającego po włączeniu do sieci	TAK	
32.	Wbudowana elektroniczna waga dla noworodka	TAK	
33.	Szyny umożliwiające mocowanie akcesoriów do inkubatora min.2	TAK	
34.	Możliwość przesyłania danych do urządzeń zewnętrznych; wbudowane połączenia IT (min.2)	TAK	
35.	Automatyczne ustawienie parametrów inkubatora (zakres temperatury) na podstawie wprowadzonych parametrów życiowych noworodka	TAK	

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

- Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. „W sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania”, Zamawiający będzie wymagał, aby wymienione urządzenia medyczne były gotowe do eksportu danych i posiadały aktywne interfejsy lub porty ( LAN lub RS232 lub USB), licencje, umożliwiając eksport danych do systemów zewnętrznych w celu tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

- Załącznik nr 7 OPZ (dla Pakietu 2), Inne pkt. 5  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii dotyczył dni roboczych czyli od poniedziałku do piątku, bez sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

- Załącznik nr 7 OPZ (dla Pakietu 2), Inne pkt. 5  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48h w dni robocze?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**5. Dotyczy wzoru umowy §6 ust 1 ppkt. 1), 2)**

Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji. W związku z tym proponujemy, aby w omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgodę**

**6. Dotyczy wzoru umowy §6 ust 1 ppkt. 1), 2)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary opisanej w ppkt 1) i 2) do przyjętego na rynku wyrobów medycznych: 0,2% wartości dostawy / niedostarczonej dostawy za każdy dzień zwłoki?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgodę**

**7. Dotyczy wzoru umowy §7 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wykonanie dostawy zgodnie z zamówieniem nastąpiło w ciągu max. 5 dni roboczych od uznania reklamacji?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**8. Dotyczy wzoru umowy §8 ust. 12**

Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanym dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu umowy:

*W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wady przedmiotu umowy w terminie ustalonym w sposób określony w ust. 7 Zamawiający może, niezależnie od naliczenia kary umownej, usunąć wadę lub zlecić usunięcie tej wady innemu autoryzowanemu serwisowi producenta sprzętu oraz obciążyć Wykonawcę kosztami poniesionymi z tytułu usunięcia wady bez konieczności uzyskania w tym zakresie upoważnienia sądowego, na co Wykonawca niniejszym udziela zgody.*

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**9. Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 14 (ostatnie zdanie)**

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej

eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:  
*„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?*

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie wyraża zgody*

**10. Dotyczy wzoru umowy §9 ust. 2 oraz ust. 6**

Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie:

*Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin”.*

Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

Zamawiający

