



Zduńska Wola dnia: 2023-06-14

**Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.**  
**ul. Królewska 29**  
**98-220 Zduńska Wola**  
**Tel. 43 824 4147**  
**email [sekretariat@szpital-zdwola.info](mailto:sekretariat@szpital-zdwola.info)**

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na **"Dostawa materiałów medycznych nici chirurgicznych, opatrunków dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o."** – znak sprawy **ZSP.ZP.261.40.2023.**

Zamawiający, **Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o., ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola**, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ"):

1. **PAKIET NR 1 Poz. nr 2-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepek w kolorze zielonym o średnicy wewnętrznej min. 16 cm oraz średnicy zewnętrznej min. 30 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

2. **PAKIET NR 2 Poz. nr 1-3-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych o czasie wiązania do 4 min.? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29  
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info  
Numer KRS: 0000445866

3. **PAKIET NR 2 Poz. nr 8-10-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów gazowych niejałowych sklasyfikowanych przez producenta w minimum klasie I, regule 4?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

4. **PAKIET NR 2 Poz. nr 12-13-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek elastycznych posiadających w swoim składzie bawełnę, poliamid oraz poliuretan? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

5. **PAKIET NR 2 Poz. nr 17-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej pakowanej w opakowanie papier- folia z nadrukowaną etykietą główną oraz jedną etykietą przylepną do dokumentacji medycznej?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

6. **PAKIET NR 16 Poz. nr 1-11-** Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania obłożeń i fartuchów zgodnych z aktualną normą EN 13795-1:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne- Wymagania i metody badań- Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne?  
Część 2 wskazanej przez Zamawiającego normy EN 13795 dotyczy ubrań operacyjnych stosowanych przez personel medyczny na bloku operacyjnym, natomiast przywołana 3 część normy została wycofana i zastąpiona przez EN 13795:2011, która to z kolei norma po kilku poprawkach została w 2019 roku zastąpiona przez normę EN 13795-1:2019

**Odp.: Zamawiający oczekuje zaoferowania obłożeń i fartuchów zgodnych z aktualną normą**

7. **PAKIET NR 16 Poz. nr 2-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wzmocnionego wykonanego z laminatu 2- warstwowego (PP-PE) o min. gramaturze 55 gm2 z dodatkowymi padami chłonnymi o min. gramaturze 110 g/m2 o chłonności w części krytycznej min. 350% tj. min. 386 ml/m2 i następującym składzie:  
1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona warstwa chłonna min. 75 x 190 cm  
150 x 190 cm  
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona warstwa chłonna min. 60 x 145 cm



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29  
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 [www.szpital-zdwola.info](http://www.szpital-zdwola.info) sekretariat@szpital-zdwola.info  
Numer KRS: 0000445866

	80 x 145 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym	150 x 240 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym	200 x 200 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym	75 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna	10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe	30 x 33 cm

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

8. **PAKIET NR 16 Poz. nr 8-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów ginekologicznych (zestaw nr III) o odporności na wypychanie na sucho/mokro min. 132 kPa, a w strefie krytycznej min. 330/350 kPa posiadającego w swoim składzie serwetę główną w rozmiarze 250/280 x 280 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

9. **PAKIET NR 16 Poz. nr 9-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego (zestaw nr III) wykonanego z laminatu 2- warstwowego (PP-PE) o odporności na wypychanie na sucho/mokro min. 132 kPa i następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	150 x 190 cm
1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145 cm
1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny (okno 19 x 24 cm)	315 x 250/200 cm
1 serweta dla noworodka	90 x 105 cm
1 taśma samoprzylepna	10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe	30 x 33 cm

Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

10. **PAKIET NR 16 Poz. nr 10-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do porodu o następującym składzie:

serweta na stół narzędziowy	95 x 120 cm
serweta dla noworodka	87x 90 cm
serweta pod pośladki	120x100 cm
1x serweta nieprzylepna	75x45 cm
ręcznik celulozowy	30x33 cm





98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29  
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info  
Numer KRS: 0000445866

**LUB**

1 serweta na stół narzędziowy	100 x 150 cm
1 serweta dla noworodka	87 x 90 cm
1 serweta pod pośladki z bardzo dużym workiem na płyny	75 x 125 cm
1 x serweta nieprzylepna	75 x 90 cm
1 x serweta nieprzylepna	75 x 75 cm
2 legginsy PE	75 x 140 cm
2 ręczniki celulozowe	30 x 33 cm

Pozostałe parametry bez zmian

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na drugi zaoferowany wariant.**

**11. PAKIET NR 16 Poz. nr 11-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cystoskopii o następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy	150 x 100 cm
1 serweta operacyjna do ginekologii/ cystoskopii nieprzylepna z otworem (8 x 12 cm)	75 x 200 cm
1 serweta nieprzylepna	75 x 90 cm
2 osłony na kończyne długie	75 x 140 cm
2 ręczniki celulozowe	30 x 33 cm

Pozostałe parametry bez zmian

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

**12. ZAPISY SIWZ PROJEKT UMOWY § 9, ust. 2; 4-** wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości do kwoty 5% wartości brutto niewykonanej części zamówienia.

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29  
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info  
Numer KRS: 0000445866

17.12.2008 r., V ACA 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

**Odp.: Ustawa prawo zamówień publicznych modyfikuje zasadę równości stron stosunku zobowiązaniowego i stanowi ograniczenie zasady swobody umów. W umowie w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może formułować postanowienia wyłącznie korzystnie dla niego. Zamawiający działa w interesie publicznym i ryzyko niepowodzenia zamierzonego w danym postępowaniu celu prowadzi częstokroć do niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb szerszej zbiorowości. Zatem ryzyko zamawiającego przewyższa normalne ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które występuje, gdy umowę zawierają dwaj przedsiębiorcy. Zamawiający może starać się zwiększyć odpowiedzialność wykonawców za należyte wykonanie zamówienia, obciążyć ich nawet dotkliwymi karami umownym o ile nie występują przesłanki wynikające z art. 353<sup>1</sup> KC.**

**Mając na względzie powyższe, w ocenie Zamawiającego określone kary umowne nie są rażąco wysokie, a ich celem jest zapewnienie prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, który jest niezbędny w wykonywaniu zadań przez Zamawiającego. Nienależyte wykonanie umowy może niewątpliwie wpłynąć na świadczenie usług zdrowotnych przez Zamawiającego.**

**13. Pakiet 2, pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1 sztuka, z przeliczeniem zamawianej ilości?**

**Odp.: TAK**

**14. Pakiet 2, pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?**

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

**15. Pakiet 2, pozycja 1-3- Czy Zamawiający dopuści opaski o zawartości gipsu min. 94%?**

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29  
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 [www.szpital-zdwola.info](http://www.szpital-zdwola.info) sekretariat@szpital-zdwola.info  
Numer KRS: 0000445866

**16. Pakiet 2, pozycja 1-3** - Czy Zamawiający dopuści opaski o czasie moczenia około 5 sekund?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

**17. Pakiet 2, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści gazę o powierzchni 0,5 m<sup>2</sup>?

**Odp.: TAK, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**18. Pakiet 2, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści gazę o powierzchni 1 m<sup>2</sup>?

**Odp.: TAK, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**19. Pakiet 2, pozycja 12-13** - Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o długości w stanie relaksacji 1,2m?

**Odp.: Zgodnie z SWZ**

**20. Pakiet 2, pozycja 12-13** - Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne o składzie: przędza bawełniana, przędza poliamidowa i spandex?

**Odp.: TAK.**

**21. Pakiet 2, pozycja 16** - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

**22. Pakiet 2, pozycja 16** - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby serwety były wstępnie prane?

**Odp.: Zgodnie z SWZ**

**23. Pakiet 2, pozycja 18** - Czy Zamawiający dopuści watę w rozmiarze 40x60cm?

**Odp.: TAK, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**24. Pakiet 2, pozycja 18** - Czy Zamawiający dopuści watę zarejestrowaną jako wyrób medyczny?





**Odp.: TAK.**

**25. Pakiet 4, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.: TAK, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**26. Pakiet 6, pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek wyspowy bez przecięcia i otworu O?

**Odp.: TAK, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**27. Pakiet 6, pozycja 8** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wycięciem do mocowania kaniul w rozmiarze 6 x 8 cm?

**Odp.: TAK, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**28. Pakiet 6, pozycja 9** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek foliowy do mocowania wkłuc centralnych bez wcięcia, w rozmiarze 10 x 12 cm, z taśmą do opisu?

**Odp.: TAK, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**29. Pakiet 9, pozycja 1-5** - Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein  $\leq 66\mu\text{g/g}$ , o grubości na palcu  $0,17\text{mm} \pm 0,01$ , na dłoni  $0,14\text{mm} \pm 0,01$ , na mankietcie  $0,11\text{mm} \pm 0,01$ ?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

**30. Pakiet 9, pozycja 1-5** - Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z europejską normą EN 455 równoważną do amerykańskiej normy ASTM D3577?

**Odp.: TAK, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**31. Pakiet 9, pozycja 1-5** - Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości na palcu  $0,22\text{mm} \pm 0,02$ ?

**Odp.: TAK, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29

Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 [www.szpital-zdwola.info](http://www.szpital-zdwola.info) sekretariat@szpital-zdwola.info

Numer KRS: 0000445866

32. **Pakiet 9, pozycja 6-9** - Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein  $\leq 89 \mu\text{g/g}$ , mikroteksturowane na powierzchni zewnętrznej rękawicy, o grubości na palcu  $0,17\text{mm} \pm 0,01$ , na dłoni  $0,14\text{mm} \pm 0,01$ , na mankiecie  $0,11\text{mm} \pm 0,01$ ?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

33. **Pakiet 9, pozycja 6-9** - Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z europejską normą EN 455 równoważną do amerykańskiej normy ASTM D3577?

**Odp.: TAK, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

34. **Pakiet 9, pozycja 6-9** - Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein max.  $94 \mu\text{g/g}$ , o grubości na dłoni  $0,18\text{mm} \pm 0,01$ , na mankiecie  $0,17\text{mm} \pm 0,01$ ?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

35. **Pakiet 14, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści wycenę worków do dobowej zbiórki moczu w opakowaniu a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.: TAK, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

36. **Pakiet 16, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści zestaw z ręcznikami o wymiarach  $30 \times 30 \text{ cm}$ ?

**Odp.: TAK, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

37. **Pakiet 16, pozycja 1, 2** - Czy Zamawiający dopuści zestawy sterylizowane radiacyjnie?

**Odp.: TAK, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

38. **Pakiet 16, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik instrumentalny o wymiarach warstwy chłonnej  $65 \times 190 \text{ cm}$ ?

**Odp.: TAK, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

39. **Pakiet 16, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik Mayo o wymiarach warstwy chłonnej  $60 \times 145 \text{ cm}$ ?





**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

40. **Pakiet 16, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 136 g/m<sup>2</sup>.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 106,5/89,9kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 97,8/95,5N. Odporność na penetrację płynów 197 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia < 2,01log10. Chłonność wraz ze wzmocnieniem 420%?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

41. **Pakiet 16, pozycja 4-7** - Czy Zamawiający dopuści fartuchy o odporności na przenikanie cieczy 35 cm H<sub>2</sub>O i odporności na wypychanie na sucho/mokro 80,60/76 kPa?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

42. **Pakiet 16, pozycja 8** - Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów ginekologicznych o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serveta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>, wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70g/m<sup>2</sup>.

Servety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 97,2/84,6kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 87,6/85,4N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H<sub>2</sub>O.



Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1.

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

**43. Pakiet 16, pozycja 9** - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 80 cm x 90 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>, wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70g/m<sup>2</sup>.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Serweta operacyjna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>.

Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1.

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

**44. Pakiet 16, pozycja 10** - Czy Zamawiający dopuści zestaw z ręcznikami o wymiarach 30 x 30 cm?

**Odp.: TAK, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**





98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29  
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 [www.szpital-zdwola.info](http://www.szpital-zdwola.info) sekretariat@szpital-zdwola.info  
Numer KRS: 0000445866

45. **Pakiet 16, pozycja 10** - Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylizowany radiacyjnie. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1?

**Odp.: TAK.**

46. **Pakiet 16, pozycja 11** - Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylizowany radiacyjnie. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1?

**Odp.: TAK.**

47. **Pakiet 22, pozycja 1, 4-8** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą ½ koła okrągłą? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

48. **Pakiet 22, pozycja 2-3** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 12mm?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

49. **Pytanie 1, dotyczy pakietu 14, pozycja 2 i 3** Czy Zamawiający dopuści woreczki na mocz dla dziewcząt i chłopców o rozmiarze 170 mm x 70 mm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ?  
Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

**50. Pakiet nr. 11 Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 11 siatek przepuklinowych

- gramatura siatki 50g/m<sup>2</sup>
- grubość siatki 0,41 mm
- wielkość porów 1x1,25 mm
- grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

51. **Pakiet nr. 11 Pytanie 2** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 11 siatek przepuklinowych o rozmiarach:





98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29  
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 [www.szpital-zdwola.info](http://www.szpital-zdwola.info) [sekretariat@szpital-zdwola.info](mailto:sekretariat@szpital-zdwola.info)  
Numer KRS: 0000445866

poz. 2 – 7,5 cm x 15 cm

poz. 5 – 20 cm x 30 cm ? Reszta rozmiarów zgodnie z OPZ.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**52. Pakiet nr 20, poz. 3** Czy Zamawiający dopuści szew o długości 13 x 60 cm?

**Odp.: TAK, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**53. Pakiet nr 20, poz. 7** Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 24 mm?

**Odp.: TAK, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**54. Pakiet nr 20, poz. 8** Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 19 mm?

**Odp.: TAK, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**55. Pakiet nr 21, poz. 1-17** Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o podtrzymywaniu tkankowym 80% po 14 dniach i 50% po 21 dniach, pozostałe parametry baz zmian?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

**56. Pakiet nr 21, poz. 2, 11, 17** Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 37 mm?

**Odp.: TAK, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**57. Pakiet nr 21, poz. 18-22** Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o podtrzymywaniu tkankowym 65% po 7 dniach, pozostałe parametry baz zmian?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

**58. Pakiet nr 21, poz. 21** Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 51 mm oraz nitką 70 cm?

**Odp.: TAK, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**59. Pakiet nr 21, poz. 22** Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o podtrzymywaniu tkankowym 75% po 14 dniach oraz 60% po 43 dniach?



**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

60. **Pakiet nr 21, poz. 23-26** Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o podtrzymywaniu tkankowym 70% po 7 dniach oraz 40% po 14 dniach, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

61. **Pakiet nr 21, poz. 23-26** Czy Zamawiający dopuści szew o długości 75 cm?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

62. **Pakiet nr 21, poz. 23-26** Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą bez określenia „kosmetyczna”?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

63. **Pakiet nr 21, poz. 26** Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 51 mm?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

64. **Pakiet nr 22, poz. 3** Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 11 mm?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

65. **Zapis umowy:** W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

66. **Zapis umowy:** Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, uzupełniając § 4 ust. 7 umowy o zapis:**





98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29  
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 [www.szpital-zdwola.info](http://www.szpital-zdwola.info) sekretariat@szpital-zdwola.info  
Numer KRS: 0000445866

*„Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Zamawiający udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na adres: [ksiegowosc@szpital-zdwola.info](mailto:ksiegowosc@szpital-zdwola.info) oraz [sekretariat@szpital-zdwola.info](mailto:sekretariat@szpital-zdwola.info)”*

67. **Zapis umowy:** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1, 2:

1. W przypadku zwłoki w dostawie poszczególnych dostaw zamówień, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% od wartości brutto niewykonanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do dnia wykonania dostawy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie dostawy.**

2. W przypadku niewykonania dostawy lub jej części, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości **5%** wartości brutto niewykonanej dostawy, przy czym za niewykonanie dostawy Zamawiający uzna brak realizacji całej dostawy lub jej części powyżej 7 dni roboczych.

**Odp.:** Ustawa prawo zamówień publicznych modyfikuje zasadę równości stron stosunku zobowiązaniowego i stanowi ograniczenie zasady swobody umów. W umowie w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może formułować postanowienia wyłącznie korzystnie dla niego. Zamawiający działa w interesie publicznym i ryzyko niepowodzenia zamierzonego w danym postępowaniu celu prowadzi częstokroć do niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb szerszej zbiorowości. Zatem ryzyko zamawiającego przewyższa normalne ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które występuje, gdy umowę zawierają dwaj przedsiębiorcy. Zamawiający może starać się zwiększyć odpowiedzialność wykonawców za należyte wykonanie zamówienia, obciążyć ich nawet dotkliwymi karami umownym o ile nie występują przesłanki wynikające z art. 353<sup>1</sup> KC.

Mając na względzie powyższe, w ocenie Zamawiającego określone kary umowne nie są rażąco wysokie, a ich celem jest zapewnienie prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, który jest niezbędny w wykonywaniu zadań przez Zamawiającego. Nienależyte wykonanie umowy może niewątpliwie wpłynąć na świadczenie usług zdrowotnych przez Zamawiającego.

Jednocześnie należy wskazać, że zarzut miarkowania kar umownych stanowi zarzut, który może podnieść dłużnik w momencie nienależytego wykonania umowy oraz naliczenia kary umownej. Natomiast w ocenie Zamawiającego wnioski o miarkowanie kar umownych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest przedwczesny.





98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29  
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 [www.szpital-zdwola.info](http://www.szpital-zdwola.info) sekretariat@szpital-zdwola.info  
Numer KRS: 0000445866

68. **Pakiet 9 poz. 1-5** Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, sterylne, bezpydrowe przeznaczone do stosowania w chirurgii inwazyjnej w celu ochrony pacjenta oraz personelu medycznego przed wzajemnym zakażeniem. Wykonane z lateksu (z kauczuku naturalnego), Mankiet: rolowany, poziom białek lateksowych: poniżej 10µg/g o nieznacznej różnicy w grubości rękawicy (ścianka pojedyncza): palec 0,22mm-0,24mm, dłoń 0,21mm-0,22mm, mankiet 0,16mm-0,18mm o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

**Odp.: TAK, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

69. **Dotyczy Pakiet 9 poz. 6-9** Czy Zamawiający dopuści rękawice o minimalnej różnicy w sile zrywu przed starzeniem: powyżej 14,0N o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ

**Odp.: TAK, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

70. **Pakiet nr 13 poz. 1-2** Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena spełniającą poniższy opis:

Sonda Sengstakena trójdrożna, wykonana z PCV, zaokrąglony dalszy koniec, z wieloma otworami do irygacji i odsysania, balon żołądkowy lateksowy w połączeniu z zastawką do napełniania z napisem „STOMACH” (żołądek), balon lateksowy przełykowy w połączeniu z zastawką do wdmuchiwania z napisem „ESOPHAGUS” (przełyk), pierścienie nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich na proksymalnym i dalszym końcu obu balonów. Cechy charakterystyczne:

- Elastyczna rurka z PVC, pomarańczowa, jednokierunkowa i dwa kanały do pompowania balonów celem powstrzymania krwotoków
- przełyk: zamknięty dalszy koniec z czterema otworami do drenażu lub irygacji, proksymalny koniec z lejkiem
- lateksowy balon na wysokości przełyku i lateksowy balon żołądkowy z pierścieniami nieprzepuszczającymi promieni rentgenowskich na każdym końcu
- podwójnie system pompowania balonów z zaworami jednokierunkowymi i różnymi balonikami kontrolnymi (żołądek - przezroczysty; przełyk - niebieski)
- nadrukowana podziałka co 5 cm
- opakowanie sterylne
- metoda sterylizacji: tlenek etylenu.

**Odp.: TAK.**



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29  
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 [www.szpital-zdwola.info](http://www.szpital-zdwola.info) sekretariat@szpital-zdwola.info  
Numer KRS: 0000445866

**71. Pakiet nr 13 poz. 8-13** Czy Zamawiający dopuści Dren T-kher długości ramion 20x40 cm , bez linii RTG, wykonany z lateksu naturalnego?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

**72. Pakiet nr 13 poz. 8-13** Czy Zamawiający dopuści rozmiar CH 12 zamiast CH10?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe , ale tylko pod warunkiem ,że rozmiar ten nie jest już dostępny u producentów.**

**73. Pakiet nr 13 poz. 8-13** Czy Zamawiający wymaga aby worek na mocz posiadał białą tylną ścianę, co zapewnia lepszą wizualizację ilości płynu znajdującego się w worku?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**74. Pakiet 9 poz. 1 – 5** Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,19 mm, grubość na dłoni 0,18 mm, grubość mankietu 0,14 mm - wymiary potwierdzone wynikami badań wytwórcy. Siła zrywu przed starzeniem min 13 N . Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ C. Spełniające wymagania norm :EN -455 ( europejski odpowiednik normy ASTM D3577, ASTM F1671 (odporne na przenikanie wirusów). Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

**Odp.: TAK, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**75. Pakiet 9 poz. 6-9** Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o poziomie protein poniżej 92 µg/g;, o grubości na palcu 0,19 mm, grubość na dłoni 0,18 mm, grubość mankietu 0,14 mm - wymiary potwierdzone wynikami badań wytwórcy. Siła zrywu przed starzeniem min 13 N . Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ C. Spełniające wymagania norm :EN -455 ( europejski odpowiednik normy ASTM D3577, ASTM F1671 (odporne na przenikanie wirusów). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odp.: TAK, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**76. Pakiet 9 (wymagania SWZ, Roz. 9, ppkt. 10 – 11, w nawiązaniu do opisu dokumentów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia)** Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na potwierdzenie wymaganych parametrów i norm kartą





98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29  
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 [www.szpital-zdwola.info](http://www.szpital-zdwola.info) sekretariat@szpital-zdwola.info  
Numer KRS: 0000445866

specyfikacji produktu zawierającą wyniki badań producenta oraz wyniki badań wykonanych w jednostkach niezależnych.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

77. **Pakiet 2, poz. 4-5,7-13** Czy zamawiający wydzieli poz. 4-5,7-13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

78. **Pakiet 2, poz. jałowe** Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

79. **Pakiet 2, poz. 8-10** Z dniem wejścia w życie ustawy MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejaloowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejaloowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

80. **Pakiet 2, poz. 11** Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?





**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

**81. Pakiet 2, poz. 12-13** Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną, która wykonana jest z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych , opaska posiadająca rozciągliwość powyżej 130 %, zawierająca zapinkę wewnątrz opakowania indywidualnego? Czy zamawiający dopuści opaski elastyczne dziane z zapinką : - 4 m – długość po relaksacji nie mniej niż 1,2 m - posiadające rozciągliwość powyżej 130 % - 5 m – długość po relaksacji nie mniej niż 1,5 m - posiadające rozciągliwość powyżej 130 %?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

**82. Pakiet 4, poz. 1** Czy zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe- rolkę 100 mb.? Czy zamawiający wymaga gazę pakowaną w rolkę, z uwagi na higieniczny sposób przechowywania i możliwość łatwego oraz wygodnego odcinania potrzebnej ilości, ograniczając przy tym ewentualne zanieczyszczenie produktu, ponadto sposób pakowania w roli znacząco ogranicza miejsce magazynowania?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

**83. Pakiet 14, poz. 1** Czy zamawiający dopuści instrukcje dostarczoną osobno wraz z opakowaniem zbiorczym, a nie nadrukowaną bezpośrednio na opakowanie, gdyż produkt z założenia stosowany jest przez wykwalifikowany i przeszkolony personel medyczny Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza. Podana ilość sztuk jest podzielna przez 10 , więc nie ma potrzeby zaokrąglania w górę do pełnych opakowań.**

**84. Pakiet 14, poz. 2-3** Czy zamawiający dopuści jednorazowy woreczek do pobierania próbki moczu dla niemowląt i małych dzieci o anatomicznym kształcie dla chłopców lub dla dziewczynek, bez gąbki, pojemność woreczka: 100 ml, pakowany indywidualnie w blister papier- folia, sterylny, o wymiarze 180 mm x 70 mm, skalowany co 10 ml? Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29  
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 [www.szpital-zdwola.info](http://www.szpital-zdwola.info) sekretariat@szpital-zdwola.info  
Numer KRS: 0000445866

**85. Pakiet 12 poz. 1** Wnosimy o dopuszczenie drenu o długości 39 cm spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**86. Pakiet 12 poz. 3** Wnosimy o dopuszczenie zestawu z igłą o długości 55 mm spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**87. Pakiet 12 poz. 4** Wnosimy o dopuszczenie zestawu z igłą o długości 55 mm spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**88. Pakiet 17 poz. 4** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 30 ładunków po 4 szt klipsy czy 30 opakowań po 8 ładunków?

**Odp.: 30 ładunków po 4 klipsy.**

**89. Pakiet 17 poz. 3, 4.** Wnosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w Pakiecie nr 17 poz. 3, 4 [Zgodnie z § 4.1. pkt. 4 regulą 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010 nr 215, poz. 1416) oraz z pkt. 5.4. regulą 8 załącznika VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych zwane „MDR”, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG zwaną „MDD” wyroby medyczne, które są przeznaczone do implantacji i chirurgiczne wyroby inwazyjne do długotrwałego użytku powinny posiadać klasę IIb ], wymagać będzie zaoferowania wyrobów medycznych – klipsów naczyniowych zaklasyfikowanych do klasy IIb.

**Odp.: Zamawiający potwierdza.**

**90.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie pełnomocnictwa bez wskazania postępowania, którego dotyczy?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę**



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29  
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 [www.szpital-zdwola.info](http://www.szpital-zdwola.info) sekretariat@szpital-zdwola.info  
Numer KRS: 0000445866

91. **Pakiet 2, poz. 13:** czy Zamawiający dopuści opaskę pakowaną w papierowy rulonik, pozostałe zgodnie z SWZ?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

92. **Pakiet 2, poz. 18:** czy Zamawiający dopuści wyrób pakowany w opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią?

**Odp.: TAK.**

93. **Pakiet 19:** czy Zamawiający dopuści watę w 100% bawełnianą?

**Odp.: Jeśli Oferent miał na myśli pakiet 2 poz. 19 to odpowiedź brzmi : NIE**

94. **Pakiet 19:** czy Zamawiający dopuści watę 500g z przeliczeniem ilości??

**Odp.: Jeśli Oferent miał na myśli pakiet 2 poz. 19 to odpowiedź brzmi : NIE**

95. **Pakiet 19:** czy Zamawiający dopuści watę będącą wyrobem higienicznym?

**Odp.: Jeśli Oferent miał na myśli pakiet 2 poz. 19 to odpowiedź brzmi : TAK**

96. **Pakiet 20:** czy Zamawiający dopuści watę w 100% bawełnianą?

**Odp.: Jeśli Oferent miał na myśli pakiet 2 poz. 20 to odpowiedź brzmi : NIE**

97. **Pakiet 20:** czy Zamawiający dopuści watę będącą wyrobem higienicznym?

**Odp.: Jeśli Oferent miał na myśli pakiet 2 poz. 20 to odpowiedź brzmi : TAK**

98. **Pakiet 4:** czy Zamawiający dopuści opakowanie 200mb?

**Odp.: TAK.**

99. **Pakiet 4:** czy Zamawiający dopuści przeliczenie na opakowania i podanie ceny za opakowanie?

**Odp.: TAK.**





100. **Pakiet 10:** Czy zamawiający dopuści:

1. lekką siatkę polipropylenową w kształcie żelazka: wersja dla kobiet i mężczyzn o dwóch wymiarach 6cmx14cm 4,5 cmx10 cm o gramaturze ok. 85g/m<sup>2</sup>, o nieregularnym splocie, grubości siatki 0,45mm, grubość nitki 0,16 mm, średnicy makroporów 1 mm, powierzchni makroporów wyrażonej w mm<sup>2</sup> i wynoszącej 0,7 mm<sup>2</sup>, porowatości na poziomie 60%, sile zrywającej 100 N kierunek poprzeczny, 150 N kierunek wzdłużny;
2. prostokątną, o gramaturze ok. 85g/m<sup>2</sup>, o nieregularnym splocie, grubości siatki 0,45mm, grubość nitki 0,16 mm, średnicy makroporów 1 mm, powierzchni makroporów wyrażonej w mm<sup>2</sup> i wynoszącej 0,7 mm<sup>2</sup>, porowatości na poziomie 60%, sile zrywającej 100 N kierunek poprzeczny, 150 N kierunek wzdłużny, do technik otwartych i laparoskopowych, z możliwością docięcia do dowolnego kształtu nawet owalnego o wymiarze 10cmx 16cm, 15cmx15 cm, 20 cmx 30cm i 30cmx 30 cm
3. i czy w wariantcie anatomicznym implant o charakterystyce: nieresorbowalna siatka chirurgiczna trójwymiarowa 3D, posiadająca pamięć kształtu, bez pierścienia kształtującego, wykonana w 100% z polipropylenu, przędza monofilamentowa, wytwarzana techniką dziewiarską, masa powierzchniowa 60 - 85 g/m<sup>2</sup>, grubość siatki 0,74 mm, grubość przędzy 0,16 mm, grubość przędzy znaczników 0,08 - 0,1 mm, powierzchnia porów 3,8-5 mm<sup>2</sup>, siła zrywająca w kierunku wzdłużnym i poprzecznym min. 100 N, rozmiar - mały S/M (14,5 x 11,5 x 5,5 cm), rozmiar duży L (16,5x 11,5x 5x5 cm), do wyboru strona prawa/lewa. Rozmiar i strona wskazana przy składaniu zamówienia. Implant zapakowany w opakowanie bezpośrednie w postaci twardego wyprofilowanego blistra oraz pośrednie typu rękaw papierowo - foliowy z etykietą i instrukcją używania.

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

101. **Pakiet 11:** Czy zamawiający dopuści implant o charakterystyce: Lekka siatka nieresorbowalna 60 g/m<sup>2</sup> makroporowata, z przędzy polipropylenowej monofilamentowej wytwarzana techniką dziewiarską, kolor przędzy transparentny i niebieski o grubości nitki 0,16mm, z powierzchnią oczek 3,3mm<sup>2</sup>, stopień porowatości 70+/- 5%, siła zrywająca w kierunku poprzecznym min. 100 N, w kierunku wzdłużnym min. 150 N. Do operacji otwartych i laparoskopowych? Proponowane rozmiary: 6x11cm, 8x13cm, 10x16cm, 15x15cm, 15x20cm, 20x30cm?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

102. **Pakiet 16, POZ. 3:** Czy można zaoferować serwetę o gramaturze 43 g/m<sup>2</sup> o rozmiarze 130x90cm, pozostałe zgodnie z SWZ.



**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

103. **Pakiet 16, poz. 4,5,6,7:** czy Zamawiający dopuści Odporność na przeniknięcie płynów min.37 cmH<sub>2</sub>O (wymagane w SWZ 40cm H<sub>2</sub>O) wg ISO EN 20811 , wytrzymałość na wypychanie na sucho /mokro min.132/138 kPa (wymagane w SWZ 139/138kPa (wg ISO EN 13838-1)? Pragniemy poinformować, że te minimalne różnice w parametrach, nie wpłyną na walory użytkowe.

**Odp.: TAK, pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

104. **Pakiet 16:** Czy Zamawiający pozwoli na przedstawienie raportu walidacji procesu sterylizacji wystawionego przez wytwórcę i producenta oferowanych wyrobów, sporządzony i zatwierdzony przez wykwalifikowany i kompetentny personel zatrudniony w strukturach firmy na stanowiskach: Dyrektor Zakładu Wyrobów Medycznych, Kierownik Działu Technologicznego, Kierownik Działu Kontroli Jakości i Laboratorium, Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Koordynator ds. technicznych oraz Specjalista ds. technologicznych. Jako polski wytwórca i producent posiadamy własne laboratorium, tym samym firmie zewnętrznej zlecana jest tylko część procesu walidacji dot. maszyn i urządzeń. Pozostałe części, ze względu na pełne wyposażenie fabryk, wykonujemy we własnym zakresie. Ważne jest, aby walidacja zgodnie z normą ISO 11135-1 była przeprowadzana przez kompetentny personel. Firmy, które nie wytwarzają wyrobów, nie mają możliwości przeprowadzenia walidacji procesu sterylizacji, dlatego zlecają to jednostkom zewnętrznym, które z reguły są wytwórcą tych wyrobów.

**Odp.: TAK.**

105. **Pakiet 16, poz. 10:** Czy można zaoferować zestaw do porodu z dodatkową serwetą włókninową 80x60cm przeznaczoną do wytarcia noworodka, a także dodatkowym podkładem chłonnym o rozmiarze 60x60cm? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

**Odp.: TAK.**

*Zamawiający*

**Ewelina Nowicka**  
.....  
**PROKURENT**  
Zarządu Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.