

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Dostawa Specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **22/22PN/2021**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 12

1. Dotyczy: Pakiet Nr 42 - KABEL DO APARATU MORTERA ELI 250C

Pytanie: W poz. 2. Zamawiający wymaga: Kabel pacjenta model AM1 przedsercowy.

Kable przedsercowe do modułu AM12 do aparatu ELI250c występują w dwóch podgrupach: C1-C3 oraz C4-C6. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompletnego zestawu kabli przedsercowych składającego się z odprowadzeni C1, C2, C3, C4, C5 i C6 ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga zestawu kabli przedsercowych składającego się z odprowadzeni C1, C2, C3, C4, C5 i C6.

2. Dotyczy: Pakiet Nr 70 -MANKIET DO APARTU HOLTER

Pytanie: W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga: Mankiet do mierzenia ciśnienia szer. 10 cm. dł. 39-46 cm. wielorazowy do aparatu BOSO.

Mankiety dedykowane do rejestratorów bosso TM-2430 występują w 3 rozmiarach opisywanych obwodem ramienia. Mankiet mały - obwód 15-22 cm, mankieta standard - obwód 22-32 cm oraz mankieta duży - obwód 32-45 cm. Prosimy o określenie prawidłowego rozmiaru oczekiwanego mankieta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje mankieta duży- obwód 32-47cm.

3. Dotyczy: SWZ rozdział VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - warunek dotyczący:

"2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawcy przedstawiać wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączą dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (protokoły odbioru, Referencje itp.). "Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w opisie spełniania warunku

udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający zmodyfikuje zmiany.

4. Dotyczy: SWZ rozdział VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - warunek dotyczący:

"4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca zapewnia specjalistyczny transport przedmiotu zamówienia."

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, jakie warunki musi spełnić "specjalistyczny transport przedmiotu zamówienia"? Czy Zamawiający odstąpi od wymagania "specjalistycznego transportu przedmiotu zamówienia" dla wyrobów, dla których producent nie przewidział szczególnych warunków np. kable do aparatu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Dotyczy: SWZ rozdział IX OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, pkt 3 ppkt 6:6) Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w zakresie podstawy wykluczenia wskazanej w art. 108 ust. 2 p.z.p., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Czy Zamawiający odstąpi od wymagania złożenia na wezwanie zaświadczenia z CRBR?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający wymaga.

W imieniu Zamawiającego

